

Konin, 29.08.2019r.

WSZ-EP-33/836/2019

MODYFIKACJA SIWZ**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-33/2019:

I. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 33/2019 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dotyczących angiografu z funkcją tomografii operacyjnej poprzez:

- 1) wykreślenie parametrów opisanych w pozycjach 19, 42 i 71
- 2) poprawienie omyłki pisarskiej w zakresie pozycji nr 48 i 49, które otrzymują brzmienie:

48.	Regulacja wysokości stołu → 90°
49.	Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej ≥ 90°

- 3) zmodyfikowanie parametrów opisanych w pozycjach 63 i 107, które otrzymują brzmienie:

63.	Zapamiętywanie i przywracanie wybranej pozycji stołu lub statywu i stołu
-----	---

107.	Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej - bolus realizowany przesuwem płynnym lub krokowym stołu przy nieruchomym statywie lub przesuwem płynnym lub krokowym statywu przy nieruchomym stole
------	--

Pozostałe parametry załącznika nr 2 bez zmian.

II. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 33/2019 w zakresie punktu 13, tj.:

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert: do dnia **20.09.2019r.** do godziny: 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.09.2019r.** o godzinie 11:00 w świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (pokój nr 3/8).

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-33/2019 nie zmieniają się.

Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019, uwzględniające powyższe zmiany Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl.