



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
http://www.szpital.miechow.pl,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 5 czerwca 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 10/PN/2023 – Dostawy materiałów opatrunkowych, obłożeń pola operacyjnego, zestawów ambulatoryjnych, serwet, fartuchów do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

1.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zestawy o składzie: Zadanie nr 13 POZ Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami - serweta 150 x 190 cm wzmocniona /owinięcie zestawu/ -1 szt. - serweta samoprzylepna 150 x 240 cm wzmocniona – 1 szt. - serweta samoprzylepna 170 x 175 cm wzmocniona – 1 szt. - serweta samoprzylepna, 75 x 90 cm wzmocniona – 2 szt - serweta na stolik MAYO 80 x 145 cm wzmocniona– 1 szt. - taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 2 szt. - ręcznik celulozowy o wym. 40x40 cm – 4 szt. - kieszeń samoprzylepna na narzędzia 30 x 40 cm - 1 szt. - fartuch pełnobarierowy wzmocniony rozm. XL – 1 szt. - fartuch pełnobarierowy wzmocniony rozm. L – 1 szt. Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy I klasa palności Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

POZ. 2 Sterylny zestaw do cystoskopii - serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 150 cm /wzmocniona/ - 1 szt. - osłony na kończyny dolne 75x120 cm - 2 szt. - serweta do cystoskopii minimum 100 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie. Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy I klasa palności Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

POZ. 3 Sterylny zestaw do operacji dłoni/stopy: -serweta 150 x 190 cm wzmocniona - 1 szt. - serweta na dłoń / stopę 225x300 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, z elastycznym otworem 3x7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. - ręczniki celulozowe 40x40 cm - 4 szt. - serweta Mayo wzmocniona złożone teleskopowo 80x145 cm - 1 szt - taśma samoprzylepna 10x50 2 szt - serweta 75x90 cm - 1 szt. - ręczniki 40x20 cm – 2 szt. Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy I klasa palności Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

POZ. 4 Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych -serweta Mayo wzmocniona złożona teleskopowo 80x145 cm - 1 szt -serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 x 15 cm, ze zintegrowaną torebką na płyny z sitkiem i zaworem - 1 szt - samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE 75x90 cm - taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt - ręczniki celulozowe 40x40

cm - 2 szt. -serweta 150 x 190 cm wzmocniona /75x190/ - 1 szt. Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m². Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy I klasa palności Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylizacji (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

POZ. 6 Sterylizowany zestaw uniwersalny z serwetą "U" -serweta wzmocniona 150 cm x 190 cm, /wzmocnienie 75x190 cm/ - 1 szt -serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm wzmocniona - 1 szt. -serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 1 szt. - serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 x 260 cm wycięcie 10 x 100 cm - 1 szt. serweta samoprzylepna 150 x 240 cm - 1 szt. -ręczniki celulozowe 40 x 40 cm - 4 szt. -taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 1 szt. Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m². Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy I klasa palności Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylizacji (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

POZ. 7 Sterylizowany zestaw do artroskopii kolana z workiem -serweta Mayo wzmocniona złożone teleskopowo 80x145 cm - 1 szt -serweta wzmocniona 150 cm x 190 cm, /wzmocnienie 75x190 cm/ - serweta 150x190 cm- 1 szt -serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów i uchwytem typu rzep 320x 245 cm (otwór 5x7 cm); oraz zintegrowany uchwyt typu rzep i cztery organizatory przewodów - szt -osłona na kończynę 35x80 cm - 1 szt - taśmy samoprzylepne 10x50 cm - 2 szt -ręczniki celulozowe 40x40 - 4 szt. -osłona na kamerę 14x250 cm - 1 szt. Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m². Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy I klasa palności Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 Na opakowaniu odklejana 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy. Zestaw sterylizacji (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Ad. 1 - Zadanie nr 13 POZ.1 Sterylizowany zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami.

Pozostaje jak w SWZ, a szczególnie zapisy: - Wokół pola operacyjnego na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min.109g/m².

- Zapisy dotyczące fartuchów: - 1szt fartuch chirurgiczny standard długość 130cm(+/- 5cm) z miękkiej przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min.35g/m²

- 1szt fartuch chirurgiczny wzmocniony długość 150cm (+/-5cm), gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha min.40g/m², na rękawach min.40g/m².

Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylizowany obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem z tyłu, w okolicy szyi, zapięcie na rzep min.3cm x 6cm i 3cm x 13cm, mankiety o długości 8cm (+ 2cm).

- Zadanie nr 13 POZ.2 Sterylizowany zestaw do cystoskopii.

Zamawiający dopuści zestaw o zaproponowanym składzie.

- Zadanie nr 13 POZ.3 Sterylizowany zestaw do operacji dłoni/stopy.

Pozostaje jak w SWZ.

- Zadanie nr 13 POZ.4 Sterylizowany zestaw do zabiegów ginekologicznych.

Pozostaje jak w SWZ.

- Zadanie nr 13 POZ.6 Sterylizowany zestaw uniwersalny z serwetą "U".

Pozostaje jak w SWZ, a szczególnie zapis dotyczący gramatury:- W serwecie z wycięciem "U" wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 110x50cm(+/-2cm).

Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min.109g/m².

- Zadanie nr 13 POZ.7 Sterylizowany zestaw do artroskopii kolana.

Dopuszczamy , nie wymagamy zestaw o zaproponowanym składzie.

2.

Grupa 1, pozycje 1-2 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 17 nitkową?

Ad. 2 Pozostaje jak w SWZ tj. gaza opatrunkowa 20 nitkowa.

3.

Grupa 1, pozycje 3- Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Ad. 3 Pozostaje jak w SWZ tj. kompresy 8 warstw.

4.

Grupa 1, pozycje 4,6 - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Ad. 4 Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

5.

Grupa 1, pozycje 7-8 - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 10cm x 10cm?

Ad. 5 Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 10cm x 10cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

6.

Grupa 1, pozycje 18 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 58 x 83mm, w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 6 Pozostaje jak w SWZ.

7.

Grupa 1, pozycje 18 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 55mm x 75mm w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 7 Pozostaje jak w SWZ.

8.

Grupa 1, pozycje 21-22 - Czy Zamawiający dopuści podtrzymującą elastyczną opaskę tkaną o właściwościach kohezyjnych?

Ad. 8 Pozostaje jak w SWZ tj. podtrzymująca elastyczna opaska dziana.

9.

Grupa 1, pozycje 24 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 8 warstwową w rozmiarze 45 x 45cm?

Ad. 9 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta 10 warstwowa w rozmiarze 50 x 50cm

10.

Grupa 1, pozycje 26 - Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 10 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta pakowana a'4 szt.

11.

Grupa 1, pozycja 23-27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet z nitką RTG i tasiemką?

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowania serwet z nitką RTG dla poz.23 - 27.

Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowania serwet z nitką RTG i tasiemką dla poz.25 i 27.

Zamawiający wymaga dla poz.23 - 27 zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

12.

Grupa 1, pozycje 27 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 17 nitkową?

Ad. 12 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta 20 nitkowa.

13.

Grupa 1, pozycje 27 - Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'3szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 13 Pozostaje jak w SWZ tj. serweta pakowana a' 2 szt.

14.

Grupa 1, pozycje 28 – Czy Zamawiający dopuści gazę bez nitki RTG?

Ad. 14 Pozostaje jak w SWZ tj. gaza opatrunkowa z nitką RTG.

15.

Grupa 1, pozycje 28 - Czy Zamawiający dopuści gazę z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Ad. 15 Zamawiający dopuści gazę z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

16.

Grupa 3, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek o czasie wiązania 5-6 min?

Ad. 16 Pozostaje jak w SWZ.

17.

Grupa 3, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek nawiniętych na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

Ad. 17 Pozostaje jak w SWZ tj. opaska nawinięta na plastikowy perforowany rdzeń.

18.

Grupa 3, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chusty trójkątnej z włókniny polipropylenowej 35g/m²?

Ad. 18 Zamawiający dopuści zaoferowanie chusty trójkątnej z włókniny polipropylenowej 35g/m².

19.

Grupa 3, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 10 x 10cm a '5 sztuk?

Ad. 19 Pozostaje jak w SWZ tj. kompresy 7,5cm x 7,5cm x 5szt i wszystkie pozostałe parametry jak w SWZ.

20.

Grupa 3, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu papier – folia?

Ad. 20 Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu papier – folia pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

21.

Grupa 3, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów jałowych z nitką rtg typu rożek?

Ad. 21 Pozostaje jak w SWZ tj. tupfer G-groszek jałowy 12 x 12cm x 5szt.

22.

Grupa 3, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów jałowych z nitką rtg typu kula 15cm x 15cm a '10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 22 Pozostaje jak w SWZ

23.

Zadanie 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard, L
- 2 x fartuch chirurgiczny standard, XL
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy. Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

Ad. 23 Zamawiający dopuści zestaw o zaproponowanym składzie pod warunkiem zachowania sposobu opakowania tak jak w SWZ tj. Zestawy obłożeń z poz. od 1 do 10 zapakowane w opakowania zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera tj. klapką umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.

24.

Zadanie 12 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 4 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy. Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Ad. 24 Pozostaje jak w SWZ.

25.

Zadanie 12 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety trzywarstwowe na całej powierzchni, gramatura minim.73g/m²:

- 1 szt serweta z dwuwarstwowego laminatu (PP+PE) w rozmiarze 260cm x 230cm o gramaturze 60g/m² z wycięciem U o wymiarach 100 cm x 20 cm
- 1szt serweta polietylenowo-polipropylenowo-wiskozowa z przylepcem minim.240 x 150cm
- 1 szt pokrowiec na nogę z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) w rozmiarze 120cm x 35 cm o gramaturze 56g/m²
- 1 szt kieszeń na płyny z kształtką 40x30cm
- minim.5 taśm medycznych rozmiar minim.50 x 9cm
- 1 szt serweta na stół do instrumentarium minim.140 x 190cm
- 1 szt serweta stołu Mayo minim.78 x 145cm
- 4 szt serwety do rąk
- 1 szt fartuch chirurgiczny rozm . L
- 2 szt fartuchy chirurgiczne wzmocnione rozm. XL

Ad. 25 Pozostaje jak w SWZ.

26.

Zadanie 12 pozycja 3, 4, 5, 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę ze wstawką Tyvek?

Ad. 26 Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę ze wstawką Tyvek pod warunkiem zachowania sposobu opakowania tak jak w SWZ tj. Zestawy obłożeń z poz. od 1 do 10 zapakowane w opakowania zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera tj. klapką umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.

27.

Zadanie 12 pozycja 3, 4, 5, 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści etykietę centralną umieszczoną w widocznym miejscu wewnątrz zestawu?

Ad. 27 Pozostaje jak w SWZ tj. Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierową.

Na zewnątrz centralna etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Zestawy obłożeń z poz. od 1 do 10 zapakowane w opakowania zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera tj. klapką umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.

28.

Zadanie 12 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 szt serweta z dwuwarstwowego laminatu (PP+PE) w rozmiarze 300cm x 230cm i otworem elastycznym o śr. 3,5cm i chłonności 600% , odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O o gramaturze 60g/m²
- 1szt serweta na stół do instrumentalny minim.190x150cm.
- 1 szt serweta Mayo w rozmiarze 145cm x 80cm, warstwa chłonna 60cm x 140cm, składana teleskopowo folia niepiaskowana, łączna masa powierzchni 80g/m², chłonność 350%
- 4 szt serwetki z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm

Ad. 28 Pozostaje jak w SWZ.

29.

Zadanie 12 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 szt serweta do cesarskiego cięcia w rozmiarze 200/260cm x 310 cm, z folią chirurgiczną wokół otworu i workiem na płyny
- 1 szt podkład chłonny typu rozm. minim.90x60cm
- 1 szt serweta na stół instrumentalny rozm. minim.190x150cm
- 1 szt serweta Mayo z warstwą chłonną o wymiarach 60cm x 145 cm, folia niepiaskowana, o łącznej gramaturze 80g/m²
- 6 szt serweta gazowa 45x45cm 4W 17N rtg tasiemka, klasa 2a reg.7
- 20szt kompresy gazowe 10x10cm przewiązane po 10szt 12W 17N z nitką RTG, kl.2a reg.7
- 1 szt opatrunek wyspowy, rozm. minim. 20x10cm
- 1 szt fartuch chirurgiczny rozm.L
- 2 szt fartuch chirurgiczny do długich i mokrych zabiegów rozm.L

Ad. 29 Pozostaje jak w SWZ.

30.

Zadanie 12 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 szt serweta pod pośladki z workiem na płyny 114 x 150 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², z dodatkowym wzmocnieniem
- 1 szt serweta (owinięcie) minim.150x90cm
- 1 szt serweta kompresowa, biała, minim.40g/m², rozm .minim. 80x60cm
- 6 szt serweta kompresowa, biała, minim.40g/m², rozm .minim. 25x20cm
- 1 szt podkład chłonny z pulpy celulozowej minim.60x60cm
- 1 szt podkład chłonny z pulpy celulozowej minim. 90x60cm
- 1 szt fartuch standard L
- 20 szt kompresy gazowe 7,5x7,5cm 17n, 8w
- 1 szt zacisk do pępowiny

Ad. 30 Pozostaje jak w SWZ.

31.

Zadanie 12 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Ad. 31 Pozostaje jak w SWZ.

32.

Zadanie 12 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma eliptycznym otworami 12 x 15cm wypełnionymi folią operacyjną, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na aparaturę medyczna o średnicy 80 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Ad. 32 Pozostaje jak w SWZ. Brak w proponowanym składzie zestawu kilku pozycji z SWZ.

33.

Zadanie 12 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 szt serweta w rozmiarze 200/300cm x 330cm z otworem w okolicy krocza o średnicy 5cm oraz otworem brzuszny o średnicy 8cm, ochraniaczem na palec, workiem na płyny z sitem, zaworem do mocowania drenów oraz zintegrowanymi nogawicami
- 1 szt serweta na stół instrumentalny rozm. 190 x 150cm
- 1 szt serweta na stół Mayo w rozmiarze 145cm x 80cm, warstwa chłonna w rozmiarze 60cm x 145cm , folia niepiaskowana, łączna masa powierzchniowa 80g/m²
- 2 szt serwetki z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm
- 1 szt taśmy medycznej z tolerancją rozmiaru +/-1cm
- 20 szt kompresy gazowe 16w. 17n. z rtg, waga 1szt=2,89g ,klasa 2a reg.7
- 1 szt fartuch chirurgiczny 35g/m² , rozm.L
- 1 szt fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL o całkowitej długości 138cm (wzmocnienie o dł. 113cm)?

Ad. 33 Pozostaje jak w SWZ.

34.

Zadanie 12 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?

Ad. 34 Dopuszczamy ,nie wymagamy.

35.

Zadanie 12 pozycja 9, 10

Czy zamawiający dopuści etykietę centralną umieszczoną w widocznym miejscu wewnątrz zestawu?

Ad. 35

Pozostaje jak w SWZ tj. Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierową.

Na zewnątrz centralna etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Zestawy obłożone z poz. od 1 do 10 zapakowane w opakowania zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera tj. klapką umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.

36.

Zadanie 12 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1szt serweta 190 x 150cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

- 1szt serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym
- 1szt pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 20 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy
- 1szt fartuch L o długości 128cm (+/-3cm) z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², mankiety z dzianiny o długości 7,5cm, wiązane na dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne, zapięcie na rzep w okolicy karku (lewy rzep 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm), odporność na przenikanie cieczy 35cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,60 kPa, na mokro 76 kPa. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu
- 2szt fartuch XL o długości 138cm z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40g/m², ze wzmocnieniem umieszczonym wewnątrz, mankiety o długości 7,5cm, wiązane na dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne w kartoniku, zapięcie na rzep w okolicy karku (lewy rzep 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Odporność na przenikanie cieczy 102cm H₂O, w strefie mniej krytycznej 35cm H₂O?
- 1szt czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG
- 1szt uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami z elektrodą płaską i kablem
- 1szt ostrze do skalpela nr 24
- 3szt tufier z gazy 30 x 30 cm, 17 nitek (tufery umieszczone w misce nerkowatej)
- 1szt miska nerkowata o poj. 800ml?
- 1szt korcang plastikowy 24 cm z tolerancją rozmiaru +/-1cm?
- 1szt serweta 3-warstwowa przylepna 240 x 150 cm
- 1szt serweta 3-warstwową w rozmiarze 180cm x 180cm?
- 2szt serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm
- 1szt uchwyt rzepowy do kabli w rozmiarze 2cm x 22cm
- 20szt kompres gazowy z nitką RTG 7,5x7,5cm, 16 w, 17n, wiązane a'10
- 1szt kieszeń przylepna PE 1-sekcyjna 40 x 30 cm
- 2szt chusta gazowa z RTG, 45 x 45 cm, 17 nitek, 4 warstwy

Ad. 36 Pozostaje jak w SWZ .

37.

Zadanie 12 pozycja 10

Czy zamawiający dopuści serwety 3-warstwowe z laminatu włókniny PP + PE + PP o gramaturze 75g/m²?

Ad. 37 Pozostaje jak w SWZ tj. serwety 3-warstwowe z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa, o gr.73g/m².

38.

Zadanie 12 pozycja 13, 14, 15, 16, 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 40g/m²?

Ad. 38 Pozostaje jak w SWZ .

39.

Zadanie 12 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem 5 cm?

Ad. 39 Pozostaje jak w SWZ .

40.

Zadanie 12 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm z otworem 6 cm?

Ad. 40 Pozostaje jak w SWZ .

41.

Zadanie 12 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm z otworem 6x8 cm?

Ad. 41 Pozostaje jak w SWZ .

42.

Zadanie 12 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w z otworem 6x8 cm?

Ad. 42 Pozostaje jak w SWZ .

43.

Zadanie 12 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 7 cm?

Ad. 43 Pozostaje jak w SWZ .

44.

Zadanie 12 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 7 cm?

Ad. 44 Pozostaje jak w SWZ .

45.

Zadanie 12 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Ad. 45 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

46.

Zadanie 12 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x240 cm?

Ad. 46 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x240 cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

47.

Zadanie 12 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?

Ad. 47 Pozostaje jak w SWZ .

48.

Zadanie 12 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120 cm z otworem 10 cm?

Ad. 48 Pozostaje jak w SWZ .

49.

Zadanie 12 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120 cm z otworem 8 cm?

Ad. 49 Pozostaje jak w SWZ .

50.

Zadanie 12 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120 cm z otworem 8 cm?

Ad. 50 Pozostaje jak w SWZ .

51.

Zadanie 12 pozycja 20, 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 51 Pozostaje jak w SWZ . Wycena za szt.

52.

Zadanie 12 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 25g/m²?

Ad. 52 Pozostaje jak w SWZ tj. gramatura 35g/m².

53.

Zadanie 12 pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 80x15 0cm?

Ad. 53 Pozostaje jak w SWZ .

54.

Zadanie 12 pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 100x160 cm?

Ad. 54 Pozostaje jak w SWZ .

55.

Zadanie 12 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 120x35 cm?

Ad. 55 Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 120x35 cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

56.

Zadanie 12 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x60 cm?

Ad. 56 Pozostaje jak w SWZ .

57.

Zadanie 12 pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści składowe zestawu: pęseta plastikowa dł. 12,5cm, pojemnik okrągły poj. 120ml?

Ad. 57 Zamawiający dopuści składową zestawu: pęsetę plastikową dł. 12,5cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych składników i parametrów zestawu jak w SWZ.

58.

Zadanie 12 pozycja 27

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardej blister jednokomorowy z dołączonym workiem foliowym?

Ad. 58 Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardej blister jednokomorowy z dołączonym workiem foliowym, pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych składników i parametrów zestawu jak w SWZ.

59.

Zadanie 12 pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- kompresy gazowe 10 x 10cm, 8w, 17nit. - 5szt
- tufery z gazy bawełnianej wielkości śliwki – 6szt
- serweta w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem przylepnym 1 szt
- serweta barierowa rozm. minim.75 x 90cm do zawinięcia zestawu - 1szt

Ad. 59 Zamawiający dopuści zestaw o podanym wyżej składzie.

60.

Zadanie 12 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- serweta chirurgiczna 50cm x 60cm; otwór: śr. 1 szt
- serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 1 szt
- tufier z gazy bez nitki RTG 20cm x 20cm 3 szt
- kompres z włókniny 7,5cm x 7,5cm 5 szt
- pęseta anatomiczna, metalowa dł. 12cm 1 szt
- pęseta plastikowa dł. 12,5cm 1 szt
- igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm 1 szt
- nożyczki ostre/ostre, metalowe dł. 11,4cm; stal nierdzewna 1 szt

Ad. 60 Pozostaje jak w SWZ .

61.

Zadanie 12 pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- serweta kompresowa 25 x 20cm z tolerancją rozmiaru +/-5cm, 6 szt
- podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm-1szt.
- czapeczka biała dla noworodka 12 x 10 - 1szt.
- kocyk flanelowy kolorowy 160 x 75cm - 1 szt.

Ad. 61 Zamawiający dopuści zestaw o podanym wyżej składzie.

62.

Zadanie 12

Czy zamawiający dopuści zestawy z poz.3, 4, 5, 9, 10 zapakowane zbiorczo w opakowanie zewnętrzny karton oraz wewnętrzny worek foliowy?

Ad. 62 Pozostaje jak w SWZ tj. Zestawy obłożeń z poz. od 1 do 10 zapakowane w opakowania zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera tj. klapką umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.

63.

Zadanie 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.56g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 25cm x 60cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109g/m²

- 1szt taśma samoprzylepna minim. 9 x 50cm
- 1szt serweta na stolik Mayo minim.80 x 145cm
- 4 szt ręczników do rąk w rozmiarze 30cm x 30cm
- 1 szt kieszeń samoprzylepna 1 komorową w rozmiarze 30cm x 40cm
- 2szt samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione minim.75 x 90cm
- 1szt samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona minim.180 x 175cm
- 1 szt serweta samoprzylepna w rozmiarze 150cm x 240cm zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
- 1szt serweta na stolik instrumentariuszki minim. 140x190cm
- 1szt fartuch chirurgiczny standard długość 130cm (+/- 5cm) z miękkiej przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min.35g/m²
- fartuch wzmocniony o długości 157cm +/- 3 cm

Fartuchy z zapięciem na rzep w okolicy karku (lewy rzep 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm),
mankiety o długości 7,5cm

Ad. 63 Pozostaje jak w SWZ . W zadanym pytaniu nie podano szczegółowych wymiarów proponowanych serwet a tylko przepisano, skopiowano je z SWZ.

64.

Zadanie 13 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Ad. 64 Pozostaje jak w SWZ.

65.

Zadanie 13 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Ad. 65 Pozostaje jak w SWZ.

66.

Zadanie 13 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Ad. 66 Pozostaje jak w SWZ.

67.

Zadanie 13 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści taśmę o wymiarach 10x50cm, pakowana a' 1 szt. w opakowaniu zbiorczym (karton) 1100 szt.?

Ad. 67 Pozostaje jak w SWZ tj. taśma o wymiarach 9x50cm, pakowana a' 1 szt. w opakowaniu zbiorczym a' 250szt.

68.

Zadanie 13 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Ad. 68 Pozostaje jak w SWZ.

69.

Zadanie 13 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończy o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Ad. 69 Pozostaje jak w SWZ.

70.

Zadanie 14 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących rozmiarach: XL długość 138 +/- 3cm, XXL długość 157 +/- 3 cm?

Ad. 70 Zamawiający dopuści w/w długości fartuchów, pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów fartuchów jak w SWZ.

71.

Zadanie 14 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Ad. 71 Pozostaje jak w SWZ tj. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS lub SMMMS .

72.

Zadanie 14 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m²?

Ad. 72 Pozostaje jak w SWZ tj. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS lub SMMMS .

73.

Zadanie1 ,poz. 4,6 Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm?

Ad. 73 Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

74.

Zadanie1 ,poz. 7,8 Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarze 10 cm x 10 cm?

Ad. 74 Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 10cm x 10cm pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych parametrów jak w SWZ.

75.

Zadanie 1, poz. 6-9 Czy zamawiający dopuści kompresy bez etykiety samoprzylepnej?

Ad. 75 Pozostaje jak w SWZ tj. kompresy z etykietami samoprzylepnymi.

76.

Zadanie 1, poz. 1-5,10-11, Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5,10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Ad. 76 Pozostaje jak w SWZ. Zamawiający nie wydzieli poz. 1-5,10-11 i nie utworzy osobnego pakietu.

77.

Zadanie 1, poz. 3-4 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad. 77 Pozostaje jak w SWZ.

78.

Zadanie 1, poz. 16-17 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Ad. 78 Pozostaje jak w SWZ tj. Opaska elastyczna tkana z zapinką.

79.

Zadanie 1, poz. 13-17 Czy zamawiający wydzieli poz. 13-17 do osobnego pakietu na opaski opatrunkowe, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Ad. 79 Pozostaje jak w SWZ. Zamawiający nie wydzieli poz. 13-17 i nie utworzy osobnego pakietu.

80.

Zadanie 3, poz. 3-6 Czy zamawiający wydzieli poz. 3-6 do osobnego pakietu na opaski opatrunkowe, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Ad. 80 Pozostaje jak w SWZ. Zamawiający nie wydzieli poz. 3-6 i nie utworzy osobnego pakietu.

81.

Zadanie 14 poz.1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha posiadającego oznakowanie rozmiaru w postaci metki przyszytej do górnej części fartucha, pozwalające na identyfikację przed jego rozłożeniem. Pakowane z dwoma rękawkami. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Ad. 81 Pozostaje jak w SWZ.

82.

Zadanie 14 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha oznakowanego literowo jako rozmiar 2XLL – 170cm. Zapięcie na rzep z tyłu, w okolicach szyi 17x2cm i 4x2cm. Posiadające oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed jego rozłożeniem. W opakowaniu dwa rękawki w rozmiarze 38,5x30cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Ad. 82 Pozostaje jak w SWZ.

83.

Zadanie 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody o szer. 18 cm oraz dł. 250 cm, wykonany z mocnej folii PE (50 μ , gramatura 46g/m²) z perforowaną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepnią do mocowania oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Ad. 83 Pozostaje jak w SWZ.

84.

Pakiet 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50 μ , gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepnią do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Ad. 84 Pozostaje jak w SWZ.

podpis elektroniczny