



ADM-ZP.272.1.2.2024

Lublin, dnia 30.01.2024 r.

### *Uczestnicy postępowania*

## **Pytania i odpowiedzi nr 2, Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2.**

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na 2024 rok dla WSSE w Lublinie**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. Treść wspomnianych pytań oraz wyjaśnienia są następujące:

#### **Pytanie nr 1**

PAKIET 7 - wymazówki, pozycja 1 - Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający w pozycji 1 wymaga podłoża Amies GEL?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga podłoża Amies GEL, i równocześnie dokonuje zmiany w Załączniku 2-Formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 7, poz. 1 z Amnies Gel na Amies Gel.

#### **Pytanie nr 2**

PAKIET 7 - wymazówki, pozycja 4- Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający w poz. 4 zamiast 10 szt. wymaga 10 opakowań?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość wycenienia w tej pozycji najmniejszego opakowania handlowego będącego w ofercie Wykonawcy, tj. 50 szt. wymazówek firmy Copan sugerowanych również w poz. 1-3

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wymaga zaoferowania 10 opakowań wymazówek pakowanych po 50 sztuk, łącznie 500 sztuk wymazówek, i równocześnie dokonuje zmiany w Załączniku 2-Formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie jednostka miary ze szt. na op.(tj opakowanie).

#### **Pytanie nr 3**

PAKIET 7 - wymazówki, pozycja 4 - Jeśli zamówienie będzie dotyczyło 10 szt. wymazówek przez cały okres obowiązywania umowy, to prosimy o możliwość wycenienia w tej pozycji najmniejszego opakowania handlowego będącego w ofercie Wykonawcy tj. 50 szt. wymazówek firmy Copan sugerowanych również w poz. 1-3.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wymaga zaoferowania 10 opakowań wymazówek pakowanych po 50 sztuk i równocześnie dokonuje zmiany w Załączniku 2-Formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie jednostka miary ze szt. na op.(tj opakowanie).

#### **Pytanie nr 4**

PAKIET 7 - wymazówki - czy Zamawiający dopuści termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza 8-miesięczny termin ważności asortymentu z Pakietu 7, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego

**Pytanie nr 5**

PAKIET 5 - Szkło laboratoryjne, pozycja 26 - naczynia mają wymiar: średnica 12cm, wysokość 15cm (nie na odwrót). Czy zamawiający wyrazi zgodę na wskazane wymiary?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraża zgodę na naczynia szklane o wymiarach: średnica 12 cm i wysokość 15 cm i równocześnie dokonuje zmiany w Załączniku 2-Formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie wymagania techniczne i jakościowe, pakiet 5 poz.26.

Zamawiający dołącza na stronie internetowej prowadzonego postępowania nowy formularz asortymentowo cenowy, Plik, o nazwie: **formularz asortymentowo cenowy\_30.01.2024**

Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.