



Medline Industries Ltd
3rd Floor
Quayside Wilderspool Business
Park Greenalls Avenue
Warrington WA4 6HL
Wielka Brytania

www.medline.com/en/



Karta Techniczna

Strzygarka chirurgiczna z ostrzami jednorazowego użyciu

Numery katalogowe

Strzygarka chirurgiczna służy do usuwania włosów z operowanego miejsca przed zabiegiem.
DYND70800EU – Strzygarka i ładowarka, wtyczka UE
DYND70800UK – Strzygarka i ładowarka, wtyczka UK
DYND70801EU – Strzygarka
DYND70802EU – Ładowarka, wtyczka UE
DYND70802UK – Ładowarka, wtyczka UK

Charakterystyka

Numery katalogowe ostrzy chirurgicznych	CUB1 – Ostrze uniwersalne	CNB2 – Wąskie ostrze	CCB3 – Grube ostrze
Zalecane użycie	Ogólne zastosowanie do włosów na ciele	Urologia, położnictwo, ginekologia	Neurochirurgia, chir. klatki piersiowej
Obszary	Ciało	Okolice krocza i inne wrażliwe miejsca	Głowa i inne miejsca z grubymi włosami
Wysokość cięcia ostrza (mm)	0.8	1.1	1.2
Szerokość cięcia ostrza (mm)	31.3	20.0	36.2
Czas ładowania strzygarki	12 godzin (elektromagnetyczny, akumulator NiMH)		
Czas pracy strzygarki w pełni naładowany akumulator	90 - 120 minut nieprzerwanej pracy		
Zanurzenie	Zanurzalna w wodzie nie głębszej niż 1 metr przez okres do 30 minut.		
Czyszczenie/dezynfekcja	Mydło i woda - Wacik dezynfekujący / mydło antybakteryjne słukać gorącą lub zimną wodą, a następnie wysuszyć		

Przechowywanie

Temperatura: -10°C do +60°C
Wilgotność: 10% do 100% RH
Ciśnienie: 500hPa - 1060hPa

Główne materiały

Obudowa strzygarki: polioksymetylen
Ładowarka strzygarki: ABS
Ostrza: polioksymetylen i stal nierdzewna
Produkty nie zawierają ftalanów. Bez lateksu.

Opakowanie

Ostrza: 1 szt / blister; 50 szt / pudełko
Strzygarka : 1 szt / pudełko

Manufacturer

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 – EN ISO 13485

Regulacje

Zgodny z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów medycznych (UE) 2017/745 i IEC 60601-1, IPX7
Klasa: I
Proszę zapoznać się z kompletnym oznakowaniem i instrukcją użytkowania przed użyciem produktu.

