

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

p.w. św. Łukasza

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie


KRS nr 0000351024, NIP: 498-024-81-12

kapitał zakładowy 90.695.000,00 zł

www.szpital.piekary.pl

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

tel. 32 39-38-100, fax 32 39-38-101



Piekary Śląskie, dn. 09.12.2022 r.

ZP - 15/2022

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń i zakup sprzętu dla Pracowni Bronchofiberoskopii w Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o dla leczenia pacjentów z powikłaniami pulmonologicznymi po przebytych zakażeniu Covid-19 w celu zapobiegania, zwalczania oraz przeciwdziałania Covid-19”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie 1 – do wykaz wymaganych parametrów – załącznik nr 1b (pakiet nr 2, automatyczna myjnia – dezynfektor do endoskopów elastycznych pkt. 63, szafa do przechowywania endoskopów pkt. 57)

Ze względu na rozbieżności w opisie wymaganych parametrów oraz zapisach w umowie dotyczących terminu usunięcia usterek, prosimy o modyfikację na: „Usunięcie usterki w terminie nie później niż w przeciągu 5 dni roboczych oraz w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych w terminie do 15 dni roboczych” zgodnie z zapisami w umowie – załącznik nr 5 (§4, ust. 6 i 7).

Odp.: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy §4 ust. 6 i 7 wzoru umowy oraz modyfikuje zapisy pkt 63 załącznika Nr 1 B do SWZ dla pakietu nr 2, który otrzymuje brzmienie:

„Usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni lub 15 dni w przypadku konieczności ściągnięcia części z zagranicy”.

Pytanie 2 – do wykaz wymaganych parametrów – załącznik nr 1b (pakiet nr 2, automatyczna myjnia – dezynfektor do endoskopów elastycznych pkt. 64, szafa do przechowywania endoskopów pkt. 58)

Ze względu na rozbieżności w opisie wymaganych parametrów oraz zapisach w umowie dotyczących dostępności części zamiennych prosimy o modyfikację na: „Dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat licząc od daty dostawy” zgodnie z zapisami w umowie – załącznik nr 5 (§4, ust. 8).

Odp.: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy §4 ust. 8 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do przedmiotu umowy przez okres min. 10 (dziesięciu) lat licząc od daty dostawy oraz zapewni serwis pogwarancyjny w tym okresie”.

Pytanie 3 – do wykaz wymaganych parametrów – załącznik nr 1b (pakiet nr 2, dostosowanie pracowni w zakresie instalacji niezbędnej dla montażu urządzeń z poz. 1,2, pkt. 17 i 18 oraz wzór umowy – załącznik nr 5 §3, ust. 15, pkt. 18 i 19)

Z uwagi na to, iż szafa na bronchoskopy nie wymaga podłączenia do wody i kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody prosimy o modyfikację zapisu.

Odp.: Zamawiający z załącznika Nr 1 B dla pakietu nr 2 oraz z § 3 ust. 15, pkt. 18 i 19 wykreśla z pkt 18 słowa: „szafy na bronchoskopy” oraz z pkt 19 słowa: „oraz szafy bronchoskopowej”.

Pytanie 4 – do wzór umowy – załącznik nr 5 (pakiet 2, automatyczna myjnia – dezynfektor do endoskopów elastycznych, §3, ust.6)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia fabrycznie nowego, wolnego od wad materiałowych i konstrukcyjnych, gotowego do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji wyprodukowany w 2021 r.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – do wzór umowy – załącznik nr 5 (§3, ust. 27, 28, 29, 30 i 31)

Z uwagi na szeroki zakres kwalifikacji i uprawnień pracowników niezbędnych do realizacji umowy, opisanych w §3, ust. 15, pkt. 1 prosimy o dopuszczenie innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 – do wzór umowy – załącznik nr 5 (§8, ust. 1, pkt. 1.2, 1.3)

Prosimy o modyfikację zapisu i zastąpienie „...0,5 % wartości **brutto umowy** licząc za każdy dzień zwłoki” na „...0,5 % wartości **brutto przedmiotu usterki** licząc za każdy dzień zwłoki”.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 – do wzór umowy – załącznik nr 5 (§8, ust. 1, pkt. 1.4)

Prosimy o modyfikację zapisu i zastąpienie „...0,5 % wartości **brutto umowy** licząc za każdy dzień zwłoki” na „...0,5 % wartości **brutto przedmiotu przeglądu** licząc za każdy dzień zwłoki”

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 – do SWZ (rozdział VIII) oraz wzór umowy – załącznik nr 5 (§3 ust. 1)

Ze względu na dużą ilość zapisów budzących wątpliwość Wykonawcy oraz przerwę świąteczną znacznie ograniczającą czas wykonania zamówienia zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy do 31.01.2023 r.

Odp.: Patrz odp. nr 1 z dn. 07.12.2022 r.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT


Izabela Bacik