

*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*http://www.szpital.miechow.pl,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 1 grudnia 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy 43/2020** – Dostawę nici chirurgicznych oraz siatek przepuklinowych.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

1.

Dot. zapisów SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Ad. 1 Tak jak w SIWZ.**

2.

Dot. Grupy 1, poz. 16-17. Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 2 Tak jak w SIWZ.**

3.

Dot. Grupy 1, poz. 16-17. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Ad. 3 Tak jak w SIWZ.**

4.

Dot. Grupy 1, poz. 16-17. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

**Ad.4 Tak jak w SIWZ.**

5.


Dot. Grupy 2, poz. 23. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej grupy?

**Ad. 5 Tak jak w SIWZ.**

6.

Grupa 7, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Materiał hemostatyczny z utlenionej, regenerowanej celulozy 100%. Tkanina dziana o pH 2,5 – 3,5 i zawartości grupy Karboksylowej 16 – 24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych – w tym bakterii tlenowych i beztlenowych.

Czas hemostazy: 1-2 min.



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*<http://www.szpital.miechow.pl>,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Czas wchłaniania: 7 – 14 dni

Rozmiar : 7,5 x 10 cm

**Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę.**

7.

Grupa 7, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Materiał hemostatyczny z utlenionej, regenerowanej celulozy 100%. Tkanina dziana o pH 2,5 – 3,5 i zawartości grupy Karboksylowej 16 – 24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych – w tym bakterii tlenowych i beztlenowych.

Czas hemostazy: 1-2 min.

Czas wchłaniania: 7 – 14 dni

Rozmiar : 7,5 x 10 cm

**Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę.**

8.

Grupa 7, poz. 3 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Materiał hemostatyczny z utlenionej, regenerowanej celulozy 100%. Włóknina wysokiej gęstości o pH 2,5 – 3,5 i zawartości grupy Karboksylowej 16 – 24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych – w tym bakterii tlenowych i beztlenowych.

Czas hemostazy: 1-2 min.

Czas wchłaniania: 7 – 14 dni

Rozmiar : 7,5 x 10 cm

**Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę.**

Podpis elektroniczny