



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP 19/24

Poznań, dnia 07.05.2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

„Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do oznaczania testów do diagnostyki alergologicznej, chorób zakaźnych, autoimmunologicznych i neurologicznych z dzierżawą aparatury do ich wykonania na okres 18 miesięcy”.

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 z póź.zm) dalej pzp, wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w sposób jak poniżej:

1. Zmiana SWZ Załącznik nr 1 OPZ

Jest:

TABELA 3: Wymagania dotyczące odczynników oraz ilości oznaczeń
Wykonawca zobowiązany jest podać w tabeli wszystkie dodatkowe (nie zawarte w zestawach) płyny, bufory, itp. oraz akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania testów. W tym celu Wykonawca może rozszerzyć tabelę o niezbędną ilość pozycji.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość oznaczeń/ 2 lata	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy/ podać antygeny w oferowanych testach
-----	----------------------	---------------------------	----------------	------------------------	---------------	-----------------	----------------	---

Zmieniono w sposób jak poniżej:

TABELA 3: Wymagania dotyczące odczynników oraz ilości oznaczeń
Wykonawca zobowiązany jest podać w tabeli wszystkie dodatkowe (nie zawarte w zestawach) płyny, bufory, itp. oraz akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania testów. W tym celu Wykonawca może rozszerzyć tabelę o niezbędną ilość pozycji.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość oznaczeń/ <u>18</u> <u>miesiący</u>	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy/ podać antygeny w oferowanych testach
-----	----------------------	---	----------------	------------------------	---------------	-----------------	----------------	---

2. Zmiana SWZ, Załącznik nr 1 OPZ,

Jest:

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej minimum 2x w roku dla zaoferowanych testów

Zmieniono w sposób jak poniżej:

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej minimum 2x w roku dla zaoferowanych testów (z wyjątkiem dla testu w pozycji 11 Tabela nr 3 (twardzina układowa)

3. Zmiana SWZ, Załącznik nr 1 OPZ, Tabela nr 1

Jest:

23.	Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej min. 2 x w roku dla oferowanych testów – podać rodzaj zaoferowanej kontroli
-----	--

Zmieniono w sposób jak poniżej:

23.	Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (z wyjątkiem dla testu w pozycji 11 Tabela nr 3 (twardzina układowa) min. 2 x w roku dla oferowanych testów – podać rodzaj zaoferowanej kontroli
-----	--

II. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

1. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może potwierdzić, że ilości oznaczeń dla testów ELISA uwzględniają kalibrację i kontrolę? Jeśli nie, to prosimy o podanie w jakich seriach lub z jaką częstotliwością będą robione poszczególne badania metodą ELISA.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podane ilości oznaczeń testów ELISA uwzględniają kontrole i kalibracje.

2. Pytanie nr 2

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując w nagłówku formularza cenowego „Ilość oznaczeń/2 lata, skoro postępowanie przewidziane jest na 18 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w formularzu cenowym stanowi omyłkę pisarską, a okres obowiązywania umowy to zgodnie z dokumentacją postępowania 18 miesięcy.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1.

3. Pytanie nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla testu opisanego w pozycji 11? Aktualnie program QC dla twardziny układowej nie jest dostępny na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla testu w pozycji 11 Tabela nr 3 (twardzina układowa)

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2 i pkt. 3



4. **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2, półilościowy test do diagnostyki alergii o następującym składzie: g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6, CCD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 2 Tabela nr 3 testu półilościowego o podanym składzie

5. **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pozycji nr 17 i wycenienie osobno dwóch formatów testów tj. op. 100 oz. (10x10) oraz op. 50 ozn. (10x05)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie i wycenienie osobno w dwóch formatach testu z pozycji 17 Tabela nr 3.

III. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump **do dnia 17 maja 2024 roku, do godz.: 07:00**. Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump **do dnia 20 maja 2024 roku, do godz.: 07:00**. Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:

Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 17 maja 2024 r. o godzinie 08:00.**, na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

zmienia się na:

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 20 maja 2024 r. o godzinie 08:00.**, na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Część VII Rozdział I pkt SWZ o treści:

Rozdział I : Wniesienie wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: przed upływem terminu składania ofert, tj.: **do 17 maja 2024 r., godz.: 07.00 i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą**, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

zmienia się na:

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: przed upływem terminu składania ofert, tj.: **do 20 maja 2024 r., godz.: 07.00 i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą**, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.

Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 14 sierpnia 2024 r** (nie dłużej niż 90 dni).

zmienia się na:

2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 17 sierpnia 2024 r** (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępni publikacje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kierownik
Centralnego Laboratorium
.....mgr. analityki i med. doświadc. Krawczyk.....
specjalista diagnostyki laboratoryjnej
Przewodniczący Komisji Przetargowej

p.o. DYREKTORA
Szpitala Klinicznego
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
.....A. Pachciarz.....
Agnieszka Pachciarz
p.o. Dyrektora Szpitala

