

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 10/TP/21 część II odpowiedzi**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywną dostawę materiałów szewnych i opatrunkowych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 10/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
15.	<b>Pakiet 1</b> Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające, syntetyczne, sterylne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
16.	<b>Pakiet 1, pozycja 4,5,8,12</b> Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o krzywiźnie 3/8koła odwrotnie tnąca?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
17.	<b>Pakiet 1, pozycja 4</b> Czy Zamawiający dopuści szew z nitką o długości 70cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
18.	<b>Pakiet 1, pozycja 5</b> Czy Zamawiający dopuści szew z nitką w kolorze fioletowym?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
19.	<b>Pakiet 1, pozycja 10</b> Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26mm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
20.	<b>Pakiet 1, pozycja 15</b> Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37mm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
21.	<b>Pakiet 1, pozycja 21</b> Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 36mm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
22.	<b>Pakiet 1, pozycja 21</b> Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 1/2 koła okrągłą standardową, nie „typu GS”?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
23.	<b>Pakiet 4, pozycja 1-4</b> Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o krzywiźnie 3/8koła odwrotnie tnąca?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
24.	<b>Pakiet 4, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści szew z nitką w kolorze czarnym?	Zamawiający dopuszcza kolor czarny, pozostałe zapisy SWZ bez zmian
25.	<b>Pakiet 4, pozycja 1</b> Czy Zamawiający dopuści szew z nitką o długości 75cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian

26.	<b>Pakiet 4, pozycja 3</b> Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37mm i nitką o długości 75cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
27.	<b>Pakiet 7</b> Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
28.	<b>Pakiet 11 pozycja 1 i 2</b> Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe pakowane a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza pakowanie po 6 sztuk z przeliczeniem oczekiwanych ilości pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ, które pozostają bez zmian
29.	<b>Pakiet 15</b> Czy Zamawiający dopuści przyklepiec pokryty klejem akrylowym, pakowany a'6 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości na 267 op.?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
30.	<b>Pakiet 8, poz. 1,2,5:</b> czy Zamawiający dopuści kompresy w pojedynczym opakowaniu jednostkowym?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
31.	<b>Pakiet 8, poz. 3,4:</b> czy Zamawiający dopuści kompresy w pojedynczym opakowaniu jednostkowym?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
32.	<b>Pakiet 8:</b> czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane w parze wodnej, najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
33.	<b>Pakiet 8, poz. 1,2:</b> czy Zamawiający wymaga kompresów o wadze min. 3,09g?	Zamawiający nie wymaga, zapisy SWZ bez zmian
34.	<b>Pakiet 8, poz. 3,4:</b> czy Zamawiający wymaga kompresów o wadze min. 6,21g?	Zamawiający nie wymaga, zapisy SWZ bez zmian
35.	<b>Pakiet 8, poz. 5:</b> czy Zamawiający wymaga kompresów o wadze min.2,35g?	Zamawiający nie wymaga, zapisy SWZ bez zmian
36.	<b>Pakiet 9:</b> czy Zamawiający dopuści sterylizację w parze wodnej, najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
37.	<b>Pakiet 10:</b> czy Zamawiający dopuści sterylizację w parze wodnej, najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
38.	<b>Pakiet 10:</b> czy Zamawiający dopuści serwety w pojedynczym opakowaniu jednostkowym?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
39.	<b>Pakiet 10:</b> czy Zamawiający dopuści serwety a'4 sztuki z przeliczeniem ilości?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian

40.	<b>Pakiet 12:</b> czy Zamawiający dopuści sterylizację w parze wodnej, najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
41.	<b>Pakiet 13:</b> Czy Zamawiający wymaga zaferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.	Zamawiający nie wymaga, zapisy SWZ bez zmian
42.	<b>pakiet nr 1 poz. 4</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 4 szwu z igłą odwrotnie tnącą. Pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą pozostałe wymagania SWZ bez zmian
43.	<b>pakiet nr 1 poz. 15</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz.15 szwu z igłą okrągłą ½ koła 40 mm. Pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający dopuszcza igłę 40mm, pozostałe wymagania SWZ bez zmian
44.	<b>pakiet nr 1 poz. 15</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz.15 szwu z igłą okrągłą ½ koła 37 mm. Pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
45.	<b>pakiet nr 2 poz. 6</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz.6 szwu z igłą okrągłą ½ koła 37 mm. Pozostałe parametry bez zmian.	Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 2 nie ma poz. 6, zapisy SWZ bez zmian
46.	<b>pakiet nr 4 poz. 1</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz.1 szwu o w kolorze czarnym. Pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający dopuszcza kolor czarny, pozostałe wymagania SWZ bez zmian
47.	<b>pakiet nr 6 poz. 1-4</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6 poz.1-4 szwów z igłami podwójnymi. Pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załącznik:

1. Zmodyfikowany zał. nr 2 do SWZ, w zakresie zał. nr 2.1, 2.4, 2.11

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy materiałów szewnych i opatrunkowych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 10/TP/21- nie zmienia się.

PREZES ZARZĄDU  
Lek. med. Barbara Gienak-Pilarczyk

