



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

Wodzisław Śląski, 01.03.2022 r.

DZP/...../2022

**Do uczestników postępowania**

**Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca**

**nr sprawy 1/2022/DZP/PN**

### **Pytanie 1**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz ewentualne naprawy do 7 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu, jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 roboczych dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia, jeżeli zaistnieje taka konieczność pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z zapisami §4 ustęp 7 wzoru umowy. Wykonawca zapewni także bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 2**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się świadczyć serwis gwarancyjny bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, chyba że zajdzie potrzeba wykonania naprawy w siedzibie serwisu” .

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 3**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca oświadcza, iż czas reakcji na awarię będzie wynosił 72h w dni robocze licząc od czasu powiadomienia (telefon, email). Przez czas reakcji rozumie się czas w którym pracownik wykonawcy potwierdzi otrzymanie zgłoszenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 4**



**Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca**  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

---

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy – w zakresie wideobronchoskopu ultrasonograficznego EBUS)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 5**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozpatrzenie reklamacji w terminie do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 6**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,1% na 0,05%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 7**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,1% na 0,05%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 8**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas trwającej naprawy gwarancyjnej?

**Odpowiedź: Tak. Tak należy rozumieć zapis w projekcie umowy.**

#### **Pytanie 9**

Dotyczy Załącznika nr 2, Część nr 2 Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, pkt. 66



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

**Czy Zamawiający zamiast opisanej głowicy będzie wymagał głowicy convex o częstotliwości 1,0 do 5,0 MHz, kąt skanowania 75 stopni, promień 50 mm z przystawką biopsyjną?**

Zaproponowana przez nas głowica nie tylko sprawdzi się w biopsji płuc, ale również idealnie nada się do innych badań np. do badań jamy brzusznej.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 2, Część nr 1 - Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) wraz z procesorem obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym, pkt 1.

**Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zaoferowany videobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) ma być kompatybilny z posiadany procesorem obrazu PENTAX będącym na wyposażeniu placówki.**

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisu tabeli do poniższego wymogu:

1	Współpraca z oferowanym procesorem USG oraz posiadany przez Zamawiającego procesorem wizyjnym i źródłem światła Pentax model EPK-3000	TAK	
---	---	-----	--

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 2, Część nr 1 - Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) wraz z procesorem obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym, pkt 15.

**Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zaoferowany videobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) ma być kompatybilny z posiadany procesorem obrazu PENTAX będącym na wyposażeniu placówki.**

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisu tabeli do poniższego wymogu:

15	Podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego procesora wizyjnego i źródła światła Pentax model EPK-3000 za pomocą jednego konektora	TAK	
----	---	-----	--



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawełca

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13

NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690

tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25

sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

---

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytanie 12**

Dotyczy części 1 wideobronchoskop ultrasonograficzny

pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści częstotliwość 5-12 Mhz?

pkt.3: Czy Zamawiający dopuści kąt skanowania 65 stopni?

pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy min. 2,0 mm?

pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści odchylenie od osi widzenia 10 stopni?

pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 3-100 mm?

pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści 2 dowolnie programowalne przyciski endoskopu?

pkt. 14-17: Czy Zamawiający zrezygnuje z pkt. 14-17 jednoznacznie wskazujących na jednego oferenta?

**Odpowiedź:**

**ad pkt 2 – Nie**

**ad pkt 3 – Nie**

**ad pkt 4 – Nie**

**ad pkt 8 – Nie**

**ad pkt 10 – Tak**

**ad pkt 13 – Nie**

**ad pkt 14-17 – Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

### **Pytanie 13**

Dotyczy Procesor obrazu USG.

Czy Zamawiający dopuści procesor o parametrach w następującej konfiguracji: Wyjścia obrazu HD: DVI, HD-SDI; Wyjścia obrazu SD: S-video, RGB, Composite; Wyjście audio: 1x RCA; Zakres wybieranych częstotliwości pracy endoskopów ultrasonograficznych 5,0 – 12,0 MHz; tryby pracy: B – mode, M – mode, Doppler pulsacyjny PWD, Doppler kolorowy CD, Power Doppler; Możliwość podłączenia endoskopu z głowicą typu convex i radialną Funkcja Elastografii; Funkcja obrazowania harmonicznego CHI (Contrast Harmonic Imaging) przy podawaniu kontrastu ; zakres wzmocnienia STC 6 stopni; Funkcja „obraz w obrazie” obraz endoskopowy z kamery CCD w obrazie z głowicy ultrasonograficznej; Procesor wyposażony w klawiaturę z panelem dotykowym; Możliwość pomiarów parametrów na ekranie monitora; Możliwość pomiarów odległości, obwodu, powierzchni, objętości; Wprowadzania danych badania wyświetlane na ekranie monitora; Procesor wyposażony w co najmniej jedno złącze USB; Możliwość zapisu zdjęć na Pamięci USB; Procesor wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN; Procesor umożliwi archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM; Procesor ultrasonograficzny modułowy z możliwością ustawienia na wózku endoskopowym.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

---

#### **Pytanie 14**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z ilością 221 184 niezależnych kanałów przetwarzania?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

#### **Pytanie 15**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 2 pkt 8**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z 3 aktywnymi gniazdami głowic obrazowych?

Odpowiedź:

**Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

#### **Pytanie 16**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 3 pkt 9**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o dynamice 256 dB?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

#### **Pytanie 17**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 4 pkt 12**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z panelem dotykowym LCD o wielkości 8,4` ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

#### **Pytanie 18**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 5 pkt 13**



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

---

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o częstotliwości 1-18 MHz ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

#### **Pytanie 19**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 6 pkt 14**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o liczbie obrazów pamięci dynamicznej (tzw Cineloop) w ilości 2700 ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

#### **Pytanie 20**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 7 pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o max. odświeżaniu obrazu dla trybu B w ilości 500 obr/s ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

#### **Pytanie 21**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 8 pkt 25**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z obrazowaniem harmonicznym w ilości 3?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

#### **Pytanie 22**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 9 pkt 27**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z zakresem prędkości dopplera kolorowego CD +/- 3 m/s?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 23**



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

---

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 10 pkt 32**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o regulacji bramki dopplerowskiej 1-20 mm?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

**Pytanie 24**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 11 pkt 35**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez automatycznej korekcji kąta bramki?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

**Pytanie 25**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 12 pkt 36**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw. dual doppler). Jest to charakterystyczny parametr dla jednego producenta?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 13 pkt 44**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z możliwością zmian 24 map kolorów dla Color Dopplera ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje SWZ.**

**Pytanie 27**

**Dotyczy: Część nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, 14 pkt 66**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z **głowicą biopsyjną typu convex z kanałem biopsyjnym przez czoło głowicy**

Zakres pracy przetwornika 1,5 – 6 MHz. Praca w trybie II harmonicznej

możliwość wyboru 4 kątów wejścia, w tym 70, 80, 90, 100 stopni - 2 zbliżone do 90 stopni



**Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca**

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13

NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690

tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25

sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

---

możliwość korzystania z igieł z zakresu 13G - 23G

**Uzasadnienie:**

W związku tym, że Zamawiający wymaga aparatu USG do biopsji zmian opłucnowych, tego typu innowacyjna wysokospecjalistyczna głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło głowicy spełni absolutnie najwyższe wymagania dotyczące ergonomii i jakości wykonywania tego typu badań. Dodatkowo nie jest konieczne dołączanie dodatkowych akcesoriów w postaci przystawek, które niestety są wadliwe i nie uzyska się obrazu przez czoło głowicy ( ewentualnie out lub in plane ).

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**