



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/23/19

Sucha Beskidzka, dnia 14.05.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (III)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1: pakiet nr 7, aparat ekg, pkt 27

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości drukowania badania bezpośrednio na drukarce laserowej (A4)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2: pakiet nr 7, aparat ekg, pkt 23

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o bezprzewodową komunikację z komputerem i telefonem komórkowym – smartfonem ( BLUETOOTH lub Wi-Fi)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3: pakiet nr 7, aparat ekg, pkt 19

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem mięśniowym 25 i 40 Hz?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4: pakiet nr 7, aparat ekg, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem termicznym o szerokości 100mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5: pakiet nr 7, aparat ekg, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym ekranem graficznym, kolorowym 4,3”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 480 x 272)?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 6: pakiet nr 7, aparat ekg, pkt 17

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z czułością 5/10/20 mm/mV?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 7: pakiet nr 7, aparat ekg, pkt 15

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym akumulatorem i ładowarką zewnętrzną?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5: pakiet nr 7, aparat ekg, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z analizą sygnału ekg wg programu GLASGOW?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
*mgr Jacek Baczewski*

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  
ul. Szpitalna 22  
34-200 Sucha Beskidzka

tel. 33 872 31 00  
fax 33 872 31 01  
[sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl](mailto:sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl)  
[www.zozsuchabeskidzka.pl](http://www.zozsuchabeskidzka.pl)

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
*h*  
Sylvia Dżurak

**ZGZ** ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

*Olga*