

## Pytania i odpowiedzi

*Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawy aparatury medycznej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, ZP/87/2023*

### **1. Dot. załącznik zestawienie parametrów technicznych – pakiet 27 aparat USG**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację: **Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu, pkt. 7** zgodnie z poniższym:

*„Liczba napraw uprawniających do wymiany modułu/podzespołu na nowe (3 naprawy tego samego modułu/podzespołu)”*

**Uzasadnienie:** Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, jedynie wymiany głównego komponentu w skład, którego wchodzi wymieniany element. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu/ modułu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy

**Odp. Zamawiający dopuszcza zapis „Liczba napraw uprawniających do wymiany modułu/podzespołu na nowe (3 naprawy tego samego modułu/podzespołu)” z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.**

### **2. Dot. Załącznika nr 2 SWZ, §8 Gwarancja, ust. 4, pkt. 4.5, pakiet 27 aparat USG**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zgodnie z poniższym?

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany modułu/ podzespołu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 (trzech) napraw tego samego modułu/ podzespołu, nie wynikających z winy użytkownika. W takim wypadku Wykonawca w przypadku kolejnej awarii sprzętu, nie wynikającej z winy użytkownika wymieni wadliwy moduł/podzespoł na nowy w ciągu 72 godzin (dni robocze) od dnia stwierdzenia w/w awarii na własny koszt

**Uzasadnienie:** Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, jedynie wymiany głównego komponentu w skład, którego wchodzi wymieniany element. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu/ modułu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy

**Odp. Zamawiający dopuszcza zapis „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany modułu/ podzespołu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 (trzech) napraw tego samego modułu/ podzespołu, nie wynikających z winy użytkownika.” z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.**

### **3. Dot. załącznika nr 2 do SWZ, §6 Dostawa i Odbiory, ust.3, pakiet 27 aparat USG**

Prosimy o sprostowanie terminu dostawy w §6, ust. 3., gdyż zgodnie z SWZ termin ten wynosi 45 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

**Odp. w par. 6 pkt. 3 projektu umowy powinno być „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy (...) w terminie do 45 dni od momentu złożenia zamówienia drogą e-mail”.**

### **4. Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet 27 aparat USG**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej

wynagrodzenia określonego w §...umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**5. Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, pakiet 27 aparat USG**

Prosimy odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**