

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy:**

**Postępowania przetargowego na „Na dostawę łóżek, szafek oraz urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy”.**

**znak sprawy: WSzSL/DZ-74/18**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy: Pakietu 1 – łóżko sterowane elektrycznie – 18 szt**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości leża 850 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w punkcie 6 opisu przedmiotu zamówienia, który to opis w naszym przekonaniu zawiera pomyłkę. Sygnalizacja włączenia do sieci nie gwarantuje bowiem możliwości nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka, a jedynie informuje o stanie zasilania łóżka. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie, w którym odpowiednia świecąca się dioda na pilocie przewodowym informuje, że łóżko w danym momencie jest podłączone do sieci lub zasilane z aktywnego akumulatora?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pkt. 6 tabeli.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z dźwigniami CPR umieszczonymi pośrodku leża, po obu jego bokach?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający, dopuści pilot bez graficznej informacji umiejscowienia dźwigni CPR? Prosimy o doprecyzowanie pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia – który w naszym przekonaniu jest nieściśły.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 14 tabeli, dopuścił pilota bez graficznej informacji umiejscowienia dźwigni CPR.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w których leża wypełnione są płytami HPL, przeziernymi dla promieni RTG, gładkimi, łatwymi do dezynfekcji i sterylizacji, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących i promieniowania UV, montowanymi do leża na stałe, na każdym segmencie jedna płyta HPL?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa z widoczną linią zespolenia odlewów, bez funkcji blokowania przed wyjęciem na czas transportu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka, które poza wymaganymi dwiema dźwigniami centralnej oraz kierunkowej blokady kół zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach od strony nóg, posiada także dodatkowe dźwignie hamulca centralnego zlokalizowane nad kołami od strony głowy? Jest to parametr lepszy niż w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 23).

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.**

**Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczalne zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie nr 8**

W punkcie 21 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga funkcji zaawansowanej autoregresji z systemem teleskopowego odsuwania się pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry. System autoregresji może być realizowany w różny sposób, w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, które nie mają znaczenia dla użytkownika, a w szczególności pacjenta. Opisany sposób realizacji funkcji autoregresji (system teleskopowy) wskazuje na konkretnego wykonawcę i może ograniczyć możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców. Czy zatem Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania w funkcji autoregresji systemu teleskopowego, dopuszczając inne systemy?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wskazuje, iż w 21 tabeli dopuścił autoregresje bez systemu teleskopowego i dopuszcza jednocześnie inne systemy??**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka z barierkami bocznymi z następującym mechanizmem składania: Opuszczenie poręczy bocznej polega na odciążeniu zatrzasku jedną ręką, co powoduje zwolnienie blokady i umożliwia złożenie poręczy drugą ręką w kierunku nóg pacjenta. Podnoszenie poręczy polega na uniesieniu poręczy do góry (w kierunku głowy pacjenta) - zablokowanie następuje samoczynnie, co sygnalizowane będzie dźwiękiem zatrzaskującej się blokady?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka bez dodatkowych barierek bocznych montowanych od strony nóg pacjenta?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający będzie skłonny odstąpić od wymogu zaoferowania wraz z łożkiem tworzywowego tabletu nakładanego na barierki lub blatu przejeźdnego?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści łożko bez półki na pościel ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 60 dni.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Dotyczy Pakietu 2**

**Pytanie nr 14**


Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 60 dni?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie zapisy siwz.**

**Uwaga:**

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany związane z pozytywnie udzieloną odpowiedzią wprowadzono czcionką koloru niebieskiego.
3. Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu oferty w formularzu ofertowym, w kolumnie „opis oferowanego przedmiotu zamówienia” należy, w przypadku braku modyfikacji formularza ofertowego, dokładnie określić oferowany parametr, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.
4. Informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.12.2018r. godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Z poważaniem,**

Z-CIA DYREKTORA  
ds. ...  
Wojewódzkiego Szpitala ... w Legnicy  
  
dr n. med. Andrzej Hap

