

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

p.w. św. Łukasza

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie


KRS nr 0000351024, NIP: 498-024-81-12

kapitał zakładowy 90.695.000,00 zł

www.szpital.piekary.pl

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

tel. 32 39-38-100, fax 32 39-38-101



Piekary Śląskie, dn. 09.12.2022 r.

ZP - 15/2022

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń i zakup sprzętu dla Pracowni Bronchofiberoskopii w Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o dla leczenia pacjentów z powikłaniami pulmonologicznymi po przebytych zakażeniu Covid-19 w celu zapobiegania, zwalczania oraz przeciwdziałania Covid-19”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 1 B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: TOR WIZYJNY DO BRONCHOSKOPII (APARAT ULTRASONOGRAFICZNY-ENDOSKOPOWY) – 1 sztuka pkt 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu ultrasonograficznego bez funkcji podglądu filmu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dotyczy Załącznika nr 1 B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: WIDEBRONCHOSKOP ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY - 1 SZTUKA pkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wideobronchoskopu zabiegowo-diagnostycznego, który posiada zawór ssawny z przyłączem ssawnym w pełni odłączanym od bronchoskopu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2022 r. – Pytanie nr 6 w zakresie Załącznika nr 1 B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: Stacja robocza do systemu Pkt 13

W ofercie producenta drukarek korzystających z takich wkładów, nie ma drukarki kompatybilnej z wkładami EcoTank 103, jednocześnie spełniającej wymogu Zamawiającego odnośnie funkcji "duplex". Prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania drukarki z funkcją "duplex" korzystającą z materiałów eksploatacyjnych EcoTank w wersji 101 lub rezygnację przez Zamawiającego z funkcji "duplex".

Odp.: Zamawiający rezygnuje z funkcji „duplex”.

Pytanie nr 4 - dotyczy załącznika nr 1 B do SWZ, Pakiet nr 1 Pozycja: Stacja robocza do systemu, punkt 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o następujących parametrach: ekran ciekłokrystaliczny z matową matrycą min 27” (16:9), Rozmiar plamki maks. 0,311 mm, Jasność Min 250 cd/m², Kontrast statyczny min. 1000:1, Kąty widzenia (pion/poziom) Min. 178/178 stopni, Czas reakcji matrycy max. 8 ms, Rozdzielczość maksymalna min. 1920 x 1080, System podświetlenia LED, Zużycie energii, Maks. 23W, czuwanie maks. 0,5W, Waga maksymalnie 6,80 kg, min. 1x złącze DVI lub VGA(D-sub), 1x złącze DisplayPort lub 1x złącze HDMI.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MENTALNE Sp. z o.o.
PROKURANT
Izabela Bacik