

Konin, 04.07.2019r.

WSZ-EP-19/612/2019

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-19/2019).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Czy w pakiecie 52 Zamawiający dopuści:

Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 14,5FR, przekrój "podwójne D", końcówka cewnika zakończona niestymetrycznie - ok. 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, cewnik wykonany z materiału Carbothane z mufą dakronową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego materiału Ultem. W skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr, igła wprowadzająca grubość 18Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość ok. 1mm, rozszerzacz 12Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdierany 16Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wklucie, 2 nasadki iniekcyjne.

Długość cewnika do mufy w cm: 19,23,28,33cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła: R. Janik