



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - wyposażenie SOR” nr POIS.09.01.00-00-0208/17' w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Włocławek, dnia 06.11.2019 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy postępowania na: „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku – zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń” Znak postępowania : DZP/66/2019**

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 182-442527, data opublikowania w dniu 20.09.2019r.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, zawiadamia działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018.1986 w tym ustawa z 20.7.2018r. zmieniająca Pzp oraz ustawę z 22.6.2016r. o zmianie Pzp ) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **w zakresie zmiany załącznik nr 7 do SIWZ polegająca:**

**Było:**

13.	Średnica otworu gantry (cm)	$\geq 70$		Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość <b>najmniejsza</b> – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie
22.	Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm]	$\geq 200$ cm		Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość <b>najmniejsza</b> – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie
23.	Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu spiralnego	$\geq 184$ cm		Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość <b>najmniejsza</b> – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie
24.	Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu topograficznego	$\geq 190$ cm		Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość <b>najmniejsza</b> – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie
40.	Ilość rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY> 1	TAK (podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno		graniczna - 0 pkt <b>najmniejsza</b> - 5 pkt pozostałe proporcjonalnie



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





		pole widzenia)		
--	--	----------------	--	--

Winno być:

13.	Średnica otworu gantry (cm)	≥ 70		Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość <b>największa</b> – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie
22.	Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm]	≥ 200 cm		Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość <b>największa</b> – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie
23.	Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu spiralnego	≥ 184 cm		Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość <b>największa</b> – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie
24.	Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu topograficznego	≥ 190 cm		Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość <b>największa</b> – 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie
40.	Ilość rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY> 1	TAK (podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia)		graniczna - 0 pkt <b>największa</b> - 5 pkt pozostałe proporcjonalnie

W związku z powyższym Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, zawiadamia działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a pkt 2 oraz art. 12 a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018.1986 ) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.11.2019 r. na dzień 25.11.2019 r., miejsce oraz ustalone godziny pozostają bez zmian.**

**ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik po modyfikacji w załączeniu.

SPORZĄDZIŁ: Małgorzata Nowacka  
tel. : 54 412 91 40 , e-mail: gnowacka@szpital.wloclawek.pl

p.o. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku  
mgr inż. Karolina Welka

