

Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 21 maja 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy 11/2020 – Dostawa sprzętu i materiałów medycznych do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

Zapytanie 1

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji **nr 22 oraz 33 z pakietu 1** i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Ad.1 Tak jak w SIWZ

Zapytanie 2

Grupa 1 poz.18-22

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Ad.2 Tak jak w SIWZ

Zapytanie 3

Grupa 1 poz.25-27

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Ad.3 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 4

Grupa 1 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wykonanych z FEP.


Ad.4 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 5

Grupa 1 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu.

Ad.5 Tak jak w SIWZ.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 6

Grupa 1 poz.25

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule były wyposażone w 4 paski radiocieniujące?

Ad.6 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 7

Grupa 1 poz.26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada 2 paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona jest także w filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, posiada również elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszywania, opakowanie typu Tyvec, sterylizowana tlenkiem etylenu.

Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
	20 G	1,1 x 25	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Ad.7 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 8

Grupa 1 poz.27. Czy Zamawiający wymaga aby trzpień koreczka znajdował się poniżej jego krawędzi, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

Ad.8 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 9

Grupa 1 poz. 27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Ad.9 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 10

Grupa 1 poz.44. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Ad.10 Tak jak w SIWZ.


Zapytanie 11

Grupa 1 poz.44. Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w/w przyrządu był wyposażony w uchwyt na dren?

Ad.11 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 12

Grupa 1 poz.49-53. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Ad.12 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 13

Grupa 1 poz.49-52. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę do pomp z rozszerzoną skalą 50/60ml.

Ad.13 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 14

Grupa 1 poz.51-52. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę do pomp innego producenta niż Janpol.

Ad.14 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 15

Grupa 1 poz.51-52. Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały dwustronną skalę pomiarową?

Ad.15 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 16

Grupa 1 poz.51-52. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę do pomp pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Ad.16 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 17

Grupa 1 poz.53

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę do tbc pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Ad.17 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 18

Grupa 2 poz.17. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda powoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Ad.18 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 19

Grupa 2 poz.17. Czy Zamawiający wymaga aby w/w kranik był wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?

Ad.19 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 20

Grupa 2 poz.20,21. Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu była równa 1,2mm?

Ad. 20 Tak jak w SIWZ.


Zapytanie 21

Grupa 3 poz.1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Ad.21 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 22

Grupa 3 poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z filtrem air stop oraz filtrem



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

hydrofobowym, przyrząd posiada zabezpieczenie na kolec, zaciskacz rolkowy wyposażony w dodatkowy zaczep na dren, elastyczna komora kroplowa, przyrząd przystosowany do infuzji grawitacyjnej, długość DRENU: 180cm, przyrząd wolny od ftalanów.

Ad.22 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 23

Grupa 3 poz.3. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Ad.23 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 24

Grupa 3 poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini-spike , zielony, z filtrem bakteryjnym 1,2um, bez zastawki.

Ad.24 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 25

Grupa 3 poz.8,9. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Ad.25 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 26

Grupa 3 poz.8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada 2 paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, port boczny umieszczony w osi skrzydełek, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona jest także w filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, posiada również elastyczne skrzydełka z dziurkami do przysycia, opakowanie typu Tyvec, sterylizowana tlenkiem etylenu.

Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
	20 G	1,1 x 25	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Ad.26 Tak jak w SIWZ.


Zapytanie 27

Pakiet 3 poz.9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków wykonanych przez innego producenta niż w/w kaniule.

Ad.27 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 28

Pakiet 3 poz.9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Ad.28 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 29

Grupa 3 poz.11. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Ad.29 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 30

Grupa 3 poz.11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków tylko w kolorze czerwonym.

Ad.30 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 31

Grupa 3 poz.11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Ad.31 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 32

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 16 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :19 cm, 23 cm,27cm,31cm,35cm od mufki do zakończenia cewnika ?


Ad.32Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 33

Dotyczy: grupa 16 pozycja 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 grupa 16 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy EvolutionFlow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54, 55/76 do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Ad.33 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 34

Dotyczy: grupa 28 pozycja 7. Czy Zamawiający w pozycji 7 grupa 28 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i zakrzywionymi o przekroju 13Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący sztaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowo komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Ad.34 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z grupy 28 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?


Ad.35 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 36

Czy Zamawiający w pozycji 1 grupa 16 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy EvolutionFlow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54, 55/76 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Ad.36 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 37

Pakiet nr 18. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 18,19 , takie rozwiązanie pozwoli uzyskać bogatszy wachlarz wyboru dla Zamawiającego.

Ad.37 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 38

Grupa 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26mm lub 24mm i 32mm.

Ad.38 Dopuszczamy nie wymagamy.

Zapytanie 39

Grupa 22. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie jednorazowych szczotek dwustronnych z włosiem o średnicy 6mm, długości robocze 1800mm, 2300mm.

Ad.39 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 40

Grupa 22. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawu jednorazowych szczotek średnica włosa 2,0mm, dł. robocza 2300mm oraz szczotek krótkich do gniazd zaworów z włosiem o średnicy 12 mm i dł. 60 mm, końce zaokrąglone dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem gniazd zaworów.

Ad.40 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 41


Grupa 22. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie jednorazowych szczotek dwustronnych krótkich o rozmiarach szczotek 12x60mm oraz 5x40mm, końce zaokrąglone dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem gniazd zaworów.

Ad.41 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 42

Grupa 22. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli rotacyjnych o rozmiarze 15, 25 i 32 mm, długość 1800 mm i 2400 mm, średnica cewnika 2,4 mm, do kanału roboczego 2,8mm.

Ad.42 Tak jak w SIWZ.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 43

Grupa 22.Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy cewnika 2,4 mm.

Ad.43 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 44

Grupa 22.Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,4 mm, średnicy igły 22G, 23G, 25G i długości igły 4mm lub 6mm.

Ad.44 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 45

Grupa 22.Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ustników z otworem 22 mm x 27 mm.

Ad.45 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 46

Grupa 22.Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczotek posiadających trzy główki czyszczące ustawione na końcach i pośrodku cewnika, włosie o średnicy 6 mm i długości 20 mm w każdym położeniu, dł. narzędzia 230mm, końce szczotki zakończone plastikowymi kulkami.

Ad.46 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 47

Grupa 22.Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie klipsownic z klipssem o długości ramienia minimum 7 mm.

Ad.47 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 48

Grupa 22.Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy cewnika 2,4mm.

Ad.48 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 49

Grupa 26.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 zestawów PEG ze zglębnikiem dł. 60cm.

Ad.49 Tak jak w SIWZ.


Zapytanie 50

Grupa 26.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 zglębników CH20 balon 20ml.

Ad.50 Dopuszczamy nie wymagamy.

Zapytanie 51

Czy Zamawiający w **Grupie 6** w pozycji 11dopuszcza zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera (technika jednostopniowego rozszerzenia), z jednostopniowym rozszerzadłem zawierający: skalpel nr 15, igłę 14Ga z kaniulą, strzykawkę 10ml do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, krótkie rozszerzadło 14F, cewnik prowadzący, jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „**rogu nosorożca**” z hydrofilną warstwą poślizgową, o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, z



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

mankietem niskociśnieniowym, mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem; miękką opaskę, 2 wymienne kaniule wewnętrzne, szczoteczka do kaniul, żel poślizgowy 5g, gaziki. W rozmiarach: 7,0mm, 8,0mm lub 9,0mm (do wyboru). Całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą.

Ad.51 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 52

Czy Zamawiający w **Grupie 6** zgodzi się na wydzielenie pozycji 11 do odrębnej grupy? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo na wydzieloną pozycję.

Ad.52 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 53

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego jej wykonywania, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Ad.53 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 54

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Realizacji zamówienia w ciągu pięciu dni roboczych (tj. poniedziałku do piątku) lub w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego”?

Ad.54 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 55

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacja towaru wadliwego (niezgodna z ofertą) będzie składana pisemnie lub faksem (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) i rozpatrzona przez Wykonawcę zamówienia w terminie do 10 dni roboczych”?


Ad.55 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 56

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Ad.56 Tak jak w SIWZ.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 57

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Ad.57 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 58

Dotyczy warunków umowy § 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Ad.58 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 59

Dotyczy warunków umowy § 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,7%?

Ad.59 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 60

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Ad.60 Nie zostały podjęte ww. działania.

Zapytanie 61

Grupa 7, pozycje 2. Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z żeberkową powierzchnią, pozostałe parametryzgodne z SIWZ?

Ad.61 Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 62

Grupa 7, pozycje 3. Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego rozmiaru 7mm (CH 21) oraz podwójnego opakowania (wewnętrzne folia + zewnętrzne folia-papier)?

Ad.62 Tak jak w SIWZ.


Zapytanie 63

Grupa 7, pozycje 10. Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne Pezera w opakowaniu podwójnym: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.63 Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 64

Grupa 7, pozycje 12. Czy Zamawiający dopuści dreny Khera wykonane ze 100% silikonu o długości ramion 450mmx180mm, w opakowaniu podwójnym: opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne perforowana folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Ad.64 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 65

Grupa 7, pozycje 15. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Ad.65 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 66

Grupa 7, pozycje 20-23. Czy Zamawiający dopuści sterylne maski tlenowe?

Ad.66 Dopuszczamy, nie wymagamy.

Zapytanie 67

Grupa 7, pozycje 26Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarach CH18 i CH 20?

Ad.67 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 68

Grupa 7, pozycje 24. Czy Zamawiający dopuści worki na mocz (do 7 dni) z bezigłowym portem do pobierania próbek, dren 90 cm lub 120 cm lub 150 cm, czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatnadopomiarudiurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.68 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 69

Grupa 7, pozycje 34. Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki, pojemność worka 1500 ml, dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Ad.69 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 70

Grupa 7, pozycje 34. Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy bez kanki, dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką?


Ad.70 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 71

Grupa 7, pozycje 36-37. Czy Zamawiający dopuści żel o następującym składzie:

- Chlorowoderek lidokainy 2,000 g
- GlukonianChlorheksydydy 0,050 g
- Hydroksybenzoesan metylu 0,060 g
- Hydroksybenzoesan propylu 0,025 g?

Ad.71 Tak jak w SIWZ.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 72

Grupa 7, pozycje 36-37. Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

Ad.72 Tak, Zamawiający potwierdza.

Zapytanie 73

Grupa 7, pozycje 36-37. W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Ad.73 Nie wymagamy przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny.

Zapytanie 74

Grupa 7, pozycje 36-37. Czy Zamawiający wymaga żel z aplikaturze w formie ampułkostrzykawkki umożliwiający pełne wykorzystanie żelu?

Ad.74 Dopuszczamy, nie wymagamy.

Zapytanie 75

Dot. przedmiotu zamówienia: Grupa 20 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne o długości 15cm?

Ad.75 Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 76

Grupa 1, poz. 27,29,38,40,44,48,49-50,56-59,65. Czy zamawiający wydzieli poz. 27,29,38,40,44,48,49-50,56-59,65 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Ad.76 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 77

Grupa 1, poz. 27,56,57,65. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.77 Tak jak w SIWZ, wycena za 1 sztukę.


Zapytanie 78

Grupa 1, poz. 49-50. Czy zamawiający dopuści pojemność 50/60ml, skalę rozszerzoną?

Ad.78 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 79

Grupa 3, poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą bioreczą dwukanałową, trójplaszczyzną – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Ad.79 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 80

Grupa 3, poz. 1-2. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Ad.80 Zamawiający wymaga.

Zapytanie 81

Grupa 3, poz. 1-2. Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Ad.81 Zamawiający wymaga.

Zapytanie 82

Grupa 3, poz. 9,11. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.82 Tak jak w SIWZ, wycena za 1 sztukę.

Zapytanie 83

Grupa 3, poz. 9. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny.

Ad.83 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 84

Grupa 3, poz. 9. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Ad.84 Tak jak w SIWZ.


Zapytanie 85

Grupa 3, poz. 9. Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Ad.85 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 86

Grupa 3, poz. 11. Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Ad.86 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 87

Grupa 3, poz. 1-2,9,11. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,9,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Ad. 87 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 88

Grupa 7, poz. 28-31,34. Czy zamawiający wydzieli poz. 28-31,34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Ad.88 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 89

Grupa 7, poz. 28-29. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.89 Tak jak w SIWZ, wycena za 1 sztukę.

Zapytanie 90

Grupa 7, poz. 30

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad.90 Tak jak w SIWZ, wycena za 1 sztukę.

Zapytanie 91


Grupa 7, poz. 28. Czy zamawiający dopuści worek z możliwością stosowania do 7 dni, poświadczone przez producenta?

Ad.91 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 92

Grupa 7, poz. 29. Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni u pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 110 cm z klamrą, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika, dokładny z podziałką co 25 ml, pojemność 2000 ml?

Ad.92 Dopuszczamy nie wymagamy.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 93

Grupa 7, poz. 34. Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Ad.93 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 94

Grupa 11.Poz.1. Prosimy o podanie, czy elektroda ma być z kablem?

Ad.94 Elektroda ma być bez kabla.

Zapytanie 95

Grupa 11.Poz. 2. Prosimy o podanie modelu generatora Erbe

Ad.95 ICC – 300.

Zapytanie 96

Grupa 11.Poz. 3. Prosimy o podanie, czy chodzi o uchwyt ze złączem 3pin

Ad.96 Tak, uchwyt ze złączem 3pin.

Zapytanie 97

Grupa 11.Poz. 5. Prosimy o podanie, czy chodzi o adapter 3 pin na 1 pin 4mm ?

Ad.97 Adapter 3 pin lub 1 pin 4mm do wyboru przez zamawiającego.

Zapytanie 98

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Ad.98 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 1 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?


Ad.99 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 100

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9:

Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu nieterminowej części dostawy zamówionej partii materiałów medycznych w kwocie stanowiącej 0,5% ich wartości brutto za każdy dzień zwłoki. To samo dotyczy zwłoki spowodowanej dostawą przedmiotu z wadami, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej/ wadliwej części dostawy.

Ad.100 Tak jak w SIWZ.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 101

Dotyczy Grupy 5 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy do respiratora o oporze przepływu do 9,4mm H₂O przy 30 l/min, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.101 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 102

Dotyczy Grupy 5 poz. 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższa konstrukcja SIWZ ogranicza konkurencję do jednego, preferowanego wykonawcy (potwierdzeniem są chociażby kolejne postępowania nr 15/2019, 15/2018, 25/2016 prowadzone przez Szpital św. Anny w Miechowie- jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta przetargowa tego samego wykonawcy – firmy Biameditek). Prowadzenie postępowania przetargowego w obecnej konstrukcji jest w tym zakresie zbędne, gdyż wybór wykonawcy określony jest jeszcze przed terminem składania ofert. Powyższe powoduje konieczność zawarcia umowy na niekorzystnych finansowo warunkach, co nie powinno być bez znaczenia, mając na względzie środki publiczne oraz sytuację finansową Państwa jednostki.

Ad.102 Tak jak w SIWZ. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie. Opisane w SIWZ filtry są dobrej jakości, sprawdzone w użytkowaniu, nie ma potrzeby zmian w opisie parametrów tego sprzętu.

Zapytanie 103

Dotyczy Grupy 5 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy anestetyczny do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z trójnikiem bez portów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.103 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 104

Dotyczy Grupy 5 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?


Ad.104 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie 105

Dotyczy Grupy 5 poz. 13-14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższa konstrukcja SIWZ ogranicza konkurencję do jednego, preferowanego wykonawcy (potwierdzeniem są chociażby kolejne postępowania nr 15/2019, 15/2018, 25/2016 prowadzone przez Szpital św. Anny w Miechowie- jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta przetargowa tego samego wykonawcy – firmy Biameditek). Prowadzenie postępowania przetargowego w obecnej konstrukcji jest w tym zakresie zbędne, gdyż wybór wykonawcy określony jest jeszcze przed terminem składania ofert. Powyższe powoduje konieczność zawarcia umowy na niekorzystnych finansowo warunkach, co nie powinno być bez znaczenia, mając na względzie środki publiczne oraz sytuację finansową Państwa jednostki.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Ad.105 Tak jak w SIWZ. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie. Opisane w SIWZ obwody są dobrej jakości, sprawdzone w użytkowaniu, nie ma potrzeby zmian w opisie parametrów tego sprzętu.

Zapytanie 106

Dotyczy Grupy 6 poz. 2-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych, niż ma to miejsce w obecnej sytuacji (obecna konstrukcja wskazuje wyłącznie na wykonawcę Teleflex)?

Ad.106 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 107

Grupa 1 pozycje 12, 24, 35, 39, 41, 42, 47, 60, 71. Czy Zamawiający wyłączy pozycje 12, 24, 35, 39, 41, 42, 47, 60, 71 z Grupy 1 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Ad.107 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 108

Grupa 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby umożliwił składanie ofert na poszczególne pozycje w zakresie Grupy 1.

Ad.108 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 109

Grupa 1 pozycja 24. Czy Zamawiający dopuści wykonanie z TPU?

Ad.109 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 110

Grupa 1 pozycja 35. Czy Zamawiający dopuści czyste mikrobiologicznie?

Ad.110 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 111

Grupa 5 pozycje 4, 5, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26. Czy Zamawiający wyłączy pozycje 4, 5, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 z Grupy 5 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Ad.111 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 112


Grupa 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby umożliwił składanie ofert na poszczególne pozycje w zakresie Grupy 5.

Ad.112 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 113

Grupa 5 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności filtracji 99,999%?

Ad.113 Tak jak w SIWZ.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 114

Grupa 5 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie 32 mg/l H₂O przy Vt 500 ml??

Ad.114 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 115

Grupa 5 pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści długość dodatkowej rury 100 cm?

Ad.115 Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 116

Grupa 5 pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści objętość 1650 ml?

Ad.116 Zamawiający nie dopuszcza objętości 1650 ml.

Zapytanie 117

Grupa 5 pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dodatkowych złączek?

Ad.117 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 118

Grupa 5 pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści zawór ciśnieniowy 60cm H₂O?

Ad.118 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 119

Grupa 5 pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści objętość 550 ml?

Ad.119 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 120

Grupa 6 pozycje 2, 3, 4, 6, 10. Czy Zamawiający wyłączy pozycje 2, 3, 4, 6, 10 z Grupy 6 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Ad.120 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 121

Grupa 6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby umożliwił składanie ofert na poszczególne pozycje w zakresie Grupy 6.

Ad.121 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 122


Grupa 6 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE oraz symbol nie do powtórnego użycia na łyżce, natomiast pozostałe informacje na opakowaniu?

Ad.122 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 123

Grupa 6 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści termin ważności 3 lata od daty produkcji?

Ad.123 Tak jak w SIWZ.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 124

Grupa 6 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2 – długość ok.106mm oraz rozmiar 4 – długość ok.155mm?

Ad.124 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 125

Grupa 6 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści łyżkę na baterie 2xC?

Ad.125 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 126

Grupa 6 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę wykonaną z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, możliwość pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowania pojedynczo?

Ad.126 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 127

Grupa 6 pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

- 6FR/2.0mm
- 10FR/3.3mm
- 14FR/4.7mm?

Ad.127 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 128

Grupa 6 pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 16ml, wadze 9g, oporności 0,5 przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 24 mg przy Vt 500ml?

Ad.128 Tak jak w SIWZ.


Zapytanie 129

Grupa 7 pozycje 17, 18, 19. Czy Zamawiający wyłączy pozycje 17, 18, 19 z Grupy 7 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Ad.129 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 130

Grupa 11 poz. 35-37. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje żelu do jałowego cewnikowania w postaci harmonijkowego aplikatora umożliwiającego przygotowanie i podaż za pomocą jednej ręki?



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Ad.130 Tak Zamawiający oczekuje żelu do jałowego cewnikowania w postaci harmonijkowego aplikatora umożliwiającego przygotowanie i podaż za pomocą jednej ręki.

Zapytanie 131

Grupa 11 poz. 35-37. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny?

Ad.131 Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 132

Dotyczy pakietu nr 11 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby elektroda neutralna jednorazowa była o powierzchni czynnej 103cm², o powierzchni ogólnej 168cm² ?

Ad.132 Dopuszczamy, nie wymagamy.

Zapytanie 133

Pytania do grupy 27: Pytanie do pozycji 1 grupy 27: Czy zamawiający dopuści nową wersję czujnika spirometrycznego z zestawem linii 2104297-001?

Ad.133 Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że czujnik jest kompatybilny z modułem E-5COVX.

Zapytanie 134

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego na: do 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) lub w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego?

Ad.134 Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 135

Dotyczy wzoru umowy § 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu nieterminowej dostawy na: 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki?


Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, iż brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej: „(...)”, nie więcej jednak niż 20 % tej wartości.

Ad.135 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 136

Dotyczy wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie dodatkowego paragrafu w umowie:



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będą poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej

Ad.136 Tak jak w SIWZ

Zapytanie 137

Dotyczy: 11/2020, Grupa 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm, 55cm - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość z końcówką Y. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radioceniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodiny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, strzykawkę, łącznik przewodnika Y, przewodniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J, skalpel, rozszerzacz z powłózką hydrofilową, zdejmowana koszulka introduktora, tepy zakrzywiony tunel z mankietem, tasma mocująca cewnik, korki do wstrzykiwań.

Ad. 137 Tak jak w SIWZ.

Zapytanie 138

Grupa 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o dł 2 m, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Ad. 138 Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 139

Grupa 5 poz. 17


Czy Zamawiający w Grupie 5 poz. 17 dopuści resuscytator oddechowy dla dorosłych o objętości oddechowej 1000ml, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Ad. 139 Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 140

Dotyczy igieł doszpikowych - grupa 1. Czy Zamawiający wydzieli z grupy 1 - igły doszpikowe oraz utworzy dla tego asortymentu odrębny pakiet ?

Ad. 140 Tak jak w SIWZ.



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Zapytanie 141

Czy Zamawiający wymaga , aby zaoferowane igły doszpikowe posiadały min. 80% pełnego okresu ważności w dniu dostawy do Zamawiającego?

Ad. 141 Dopuszczamy, nie wymagamy.