



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.43.11.(DT-SERW/24).2024.E.HR.

Poznań, dnia 5 lipca 2024 r.

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej**” nr rejestru: **SZP/DT-SERW/24/2024.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 5**

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy części nr 4 – Akcesoria do elektrochirurgii**

Pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone na dwie części, z pasem okalającym każdą z dwóch części, dla dorosłych i dzieci powyżej 15 kg, powierzchnia przewodzenia 110 cm<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita 170 cm<sup>2</sup>, opakowanie handlowe 50szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż powyższe parametry techniczne elektrod mieszczą się w zakresie wymaganych parametrach technicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – OWPT. W związku z powyższym w/w elektrody są dopuszczalne.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy części nr 4 – Akcesoria do elektrochirurgii**

Pozycja nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dla noworodków i dzieci do 5 kg, dzielone na dwie części, z pasem okalającym każdą z dwóch części, powierzchnia kontaktowa 37 cm<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita 77 cm<sup>2</sup>, podłoże wykonane z polietylenowej pianki, pokryte hydrożelem przewodzącym, opakowanie handlowe 50szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż powyższe parametry techniczne elektrod mieszczą się w zakresie wymaganych parametrach technicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – OWPT. W związku z powyższym w/w elektrody są dopuszczalne.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego**

**Przemysław Daroszewski**

Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: E. Hendzelewska-Redo  
Sporządzono w 1 egzemplarzu  
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa

*Sekcja Zamówień Publicznych*

tel. (61) 8310-142; 8310-242  
email: [zamowienia.publiczne@orsk.pl](mailto:zamowienia.publiczne@orsk.pl)