

## PAKIET 1

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	<b>Aparat EKG</b>
1.	Rejestracja EKG: 1) 1-kanałowa 2) 3-kanałowa 3) 6-kanałowa 4) 12 kanałowa
2.	12 odprowadzeń EKG
3.	Zapis badania w trybie: 1) ręcznym 2) automatycznym z długością zapisu regulowaną w przedziale co najmniej od 6 do 30 sekund
4.	Funkcja ustawiania parametrów przebiegów: 1) prędkości zapisu w zakresie co najmniej od 5 do 50 mm/s 2) czułości zapisu w zakresie co najmniej od 2,5 do 20 mm/mV 3) intensywności wydruku
5.	Praca na otwartym sercu
6.	Filtr 1) zakłóceń mięśniowych 2) zakłóceń sieciowych 3) izolinii 4) możliwość włączania i wyłączania filtrów
7.	Pomiar częstości akcji serca
8.	Automatyczna detekcja zespołów QRS
9.	Wykrywanie odpięcia elektrody INOP niezależne dla każdej elektrody
10.	Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących
11.	Odporność na impuls defibrylujący
12.	Automatyczna analiza i interpretacja wyników badania
13.	Pamięć urządzenia na co najmniej 1000 badań
14.	Wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu co najmniej 7 cali prezentujący: 1) 1,3,6,12 przebiegów badania w układzie a) standardowym b) Cabrera 2) częstość pracy serca 3) wyniki analizy i interpretacji badań zapisanych w pamięci
15.	Klawiatura membranowa
16.	Wbudowana drukarka termiczna
17.	Wydruk z bazy pacjentów –imię i nazwisko przypisane do badania
18.	Zasilanie 1) bateryjne pozwalająca na przeprowadzenie co najmniej 130 badań 2) 2) 230 V / 50 Hz
19.	Wypożyczenie 1) elektrody kończynowe – 4 szt. 2) elektrody przyssawkowe przedsercowe – 6 szt. 3) kabel EKG 4) papier do drukarki -1 rolka 5) żel do EKG 6) wózek do EKG
20.	Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego