

PAKIET 2

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Wideotoskop
1.	Powiększenie 2x
2.	Oświetlenie: 1) białe diody LED 2) regulacja jasności oświetlenia
3.	Wykonywanie podczas badania ucha: 1) zdjęć 2) filmów
4.	Maksymalna rozdzielczość: 1) zdjęć: 1920x1080 2) nagrywania filmów 1080x720
5.	Formaty zapisu danych: JPEG, MP4
6.	Kolorowy wyświetlacz LCD 1) przekątna ekranu co najmniej 1,5 cala 2) prezentacja obrazu z przeprowadzanego badania 3) odtwarzanie nagranych filmów i wykonanych zdjęć 4) prezentacja informacji o: a) powiększeniu b) poziomie naładowania baterii
7.	Funkcja transmisji obrazu z przeprowadzanego badania na ekranie komputera lub tabletu
8.	Tryb do doświetlania błony bębenkowej w przypadku wąskiego i zakrzywionego kanału słuchowego
9.	Pamięć co najmniej 32 GB
10.	Możliwość eksportu danych do komputera
11.	Zasilanie bateryjne
12.	Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego