

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

**Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych artykułów medycznych i drobnego sprzętu medycznego dla OCZ w Ostrzeszowie - nr sprawy OCZ-PP-8/2022**

Pytanie nr 1 **Pakiet 1, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pałeczki do wymazów o długości 150mm w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 **Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na wymiociny bez zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 **Pakiet 1, pozycja 9**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'50 szt.?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza wycenę po 50 szt., tj. 13 op.

Pytanie nr 4 **Pakiet 1, pozycja 13-14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 18ml lub 25 ml?

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 **Pakiet 1, pozycja 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 17,5 cm?

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 **Pakiet 1, pozycja 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 25 cm?

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 7 Pakiet 1, pozycja 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy z drenem 115cm z zaciskiem przesuwным zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką oraz workiem o pojemności 1500ml z otworem do zawieszenia?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 8 Pakiet 1, pozycja 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy z kanką o wymiarach (mm): 90x10?

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9 Pakiet 1, pozycja 20-21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników rektalnych z atraumatycznym, lekko zaokrąglonym zamkniętym końcem dystalnym, który umożliwi precyzyjne wprowadzenie oraz z dwoma otworami bocznymi o łagodnych krawędziach?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 10 Pakiet 1, pozycja 20-21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanek doodbytniczych z otworem centralnym, bez otworów bocznych?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11 Pakiet 1, pozycja 23-25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE?

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 12 Pakiet 1, pozycja 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 0,7l wysokość 97mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 93mm?

Odpowiedź nr 12

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 13 Pakiet 1, pozycja 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 0,7l średnica górna 100mm?

Odpowiedź nr 13

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 **Pakiet 1, pozycja 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników 1l wysokość 140mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 92,5mm, otwór wrzutowy 40mm?

Odpowiedź nr 15

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 **Pakiet 1, pozycja 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników 1l wysokość 120mm, średnica górna 120mm, średnica dolna 110mm, otwór wrzutowy 90mm?

Odpowiedź nr 16

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 **Pakiet 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników 2l wysokość 246mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 95mm?

Odpowiedź nr 16

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 **Pakiet 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników 2l wysokość 220mm, średnica górna 120mm, średnica dolna 105mm, otwór wrzutowy 90mm?

Odpowiedź nr 17

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 **Pakiet 1, pozycja 27-30**

Jeżeli zadrukowanie oznacza etykietę czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników bez etykiety?

Odpowiedź nr 18

Tylko z dodatkową etykietą do naklejenia.

Pytanie nr 19 **Pakiet 1, pozycja 27-29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników wykonanych z polietylenu?

Odpowiedź nr 19

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 **Pakiet 1, pozycja 30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników wykonanych z polipropylenu?

Odpowiedź nr 20

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 21 Pakiet 1, pozycja 30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 2300 ml?

Odpowiedź nr 21

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 22 Pakiet 1, pozycja 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki o pojemności 1200 ml?

Odpowiedź nr 22

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 23 Pakiet 1, pozycja 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szczotek za opakowanie zbiorcze a'40 szt. w formie podajnika z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości oraz zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 24 Pakiet 1, pozycja 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej ściereczki w rozmiarze 40cm x 40cm?

Odpowiedź nr 24

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 25 Pakiet 1, pozycja 38**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź nr 25

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 26 Pakiet 1, pozycja 40**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr 26

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 27 Pakiet 1, pozycja 43**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'800 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań – 2 lub 3?

Odpowiedź nr 27

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'800 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych 2 opakowań.

**Pytanie nr 28 Pakiet nr 1, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści pałeczkę o długości min. 150mm?

Odpowiedź nr 28

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 29 Pakiet nr 1, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści pałeczkę o długości min. 150mm?

Odpowiedź nr 29

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 30 Pakiet nr 1, pozycja nr 6** – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny wyposażony w funkcję „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz?

Odpowiedź nr 30

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 31 Pakiet nr 1, pozycja nr 12** – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 30ml?

Odpowiedź nr 31

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 32 Pakiet nr 1, pozycja nr 15** – Czy zamawiający dopuści długość min. 14cm?

Odpowiedź nr 32

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 33 Pakiet nr 1, pozycja nr 16** – Czy zamawiający dopuści długość min. 25cm?

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 34 Pakiet nr 1, pozycja nr 19** – Czy zamawiający dopuści worek posiadający kankę o długości 9cm?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie dopuści worka posiadającego kankę o długości 9cm.

**Pytanie nr 35 Pakiet nr 1, pozycja nr 23** – Czy zamawiający dopuści pojemnik wykonany z PE, o wysokości 120mm, wymiarach 100mm x 55mm oraz średnicy otworu wyrzutowego 37mm?

Odpowiedź nr 35  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 36 Pakiet nr 1, pozycja nr 24** – Czy zamawiający dopuści pojemnik wykonany z PE, o wysokości 125mm, średnicy górnej 140mm, średnicy dolnej 102mm oraz średnicy otworu wyrzutowego 60mm?

Odpowiedź nr 36  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 37 Pakiet nr 1, pozycja nr 25** – Czy zamawiający dopuści pojemnik wykonany z PE, o wysokości 160mm, średnicy górnej 165mm, średnicy dolnej 120mm oraz średnicy otworu wyrzutowego 70mm?

Odpowiedź nr 37  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 38 Pakiet nr 1, pozycja nr 27-30** – Czy zamawiający dopuści pojemniki wykonane z PP?

Odpowiedź nr 38  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 39 Pakiet nr 1, pozycja nr 27** – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 190ml?

Odpowiedź nr 39  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 40 Pakiet nr 1, pozycja nr 27** – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 366ml?

Odpowiedź nr 40  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 41 Pakiet nr 1, pozycja nr 28** – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 520ml?

Odpowiedź nr 41  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 42 Pakiet nr 1, pozycja nr 29** – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1200ml?

Odpowiedź nr 42  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 43 Pakiet nr 1, pozycja nr 30** – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2300ml?

Odpowiedź nr 43  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 44 Pakiet nr 1, pozycja nr 31** – Czy zamawiający dopuści basen tylko w kolorze białym?

Odpowiedź nr 44  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 45 Pakiet nr 1, pozycja nr 37** – Czy zamawiający dopuści ścierki o wymiarach 40x40cm?


Odpowiedź nr 45  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 46 Pakiet nr 1, pozycja nr 37** – Czy zamawiający dopuści niesterylne ścierki o wymiarach 30x33cm, pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedź nr 46  
Zamawiający nie dopuści niesterylnych ścierek o wymiarach 30x33cm, pakowanych po 50 sztuk .

**Pytanie nr 47 Pakiet nr 1, pozycja nr 38** – Czy zamawiający dopuści równoważny worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- innowacyjne rozwiązania zapewniające odporność na infekcje
- zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik drenu zabezpiecza przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley
- skalowany jak na zdjęciu poniżej
- dren dwuświatłowy zabezpiecza przed zaleganiem moczu w drenie
- bezigłowy port do pobierania próbek moczu
- pojemność 2l
- Zmniejsza ryzyko zakażeń wstępujących dzięki obecności 2 zastawek antyzwrotnych
- Konstrukcja z komorą umieszczoną nad workiem zmniejsza ryzyko infekcji układu moczowego
- Transport pacjenta bez ryzyka przepływu wstecznego i utraty pomiaru



Odpowiedź nr 45  
Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 46 Pakiet nr 1, pozycja nr 39** – Czy zamawiający dopuści pojemnik wielorazowego użytku, do dezynfekcji?

Odpowiedź nr 46

Tak, Zamawiający dopuści.

Zbigniew Kluczkowski  
Członek Zarządu OCZ Sp. z o.o.

Członek Zarządu  
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

*Zbigniew Kluczkowski*