



WszSL.FZ.381./70/456/2023

Legnica 17.10.2023r.

Dotyczy:

Do wszystkich zainteresowanych

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH**

znak sprawy WszSL/FZ-70/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku Skład zestawu : nasadka na endoskop z 6, 7 i 9 opaskami (do wyboru), głowica z nicią o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętkiem do naciągania nici. Słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki . Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki Opaski zapewniają doskonałą widoczność w obrazie endoskopu Zestaw wyposażony w port Luer/złącze do irygacji Opaski w niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym **Zestaw gotowy do bezpośredniego zakładania – nić przewleczona przez rękojeść.** Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.5-11.3 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Uwaga:

Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Urniaż