

Wołów, 11.10.2022 r.

12/PCM/2022/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania nr: 12/PCM/2022/ZP/A **Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - Pkt 5 Najniższa odległość wiązki poziomej równoległej do podłogi ≤ 35 cm

Czy Zamawiający dopuści minimum parametru, najniższą odległość wiązki poziomej równoległej do podłogi 48,5 cm?

Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającemu, że tak mała różnica, nie wpłynie negatywnie na płynność i wygodę pracy a umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 - Pkt 4 Zakres ruchu lampy RTG w pionie ≥ 155 cm

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu lampy w pionie 148,5 cm

Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającemu, że tak mała różnica, nie wpłynie negatywnie na płynność i wygodę pracy a umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 - Pkt 7 Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 45 cm

Czy Zamawiający dopuści minimalną wysokość blatu od podłogi 53,5cm

Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającemu, że tak mała różnica, nie wpłynie negatywnie na płynność i wygodę pracy a umożliwi nam złożenie ważnej oferty

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwołow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wołow.pl

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

Piotr Burdach

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wołow.pl