




**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/76/2022

Przasnysz, 06.12.2022 r.

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi.

Pyt. 1

Pakiet I – Środki opatrunkowe:

Poz. nr 38 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji urologicznych zgodnego z opisem, ale serweta na stolik narzędziowy posiada wzmocnienie w rozmiarze 75cm x 190cm (zamiast 75x150cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Pakiet VII – Środki opatrunkowe – opatrunki specjalistyczne i przeciwoleżynowe:

Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego przezroczystego opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 5cm x 7,5cm, mającego zastosowanie do zaopatrywania ran suchych lub o niewielkim wysięku znajdujących się w fazie ziarninowania i naskórkowania? Proponowany opatrunek polecany jest także do powierzchniowych oparzeń, ran pourazowych, a także popromiennych uszkodzeń skóry.

Charakterystyka:

- Zapewnia ranie optymalny balans wilgoci dzięki wysokiej zawartości wody (około 60%);
- Wspiera proces gojenia;
- Ze względu na swoją wilgotną powierzchnię opatrunek chłodzi, a tym samym uśmierza ból i zapewnia komfort pacjentom;
- Dobre właściwości wysięclające opatrunku zapewniają ochronę dla procesu gojenia;
- Przezroczystość opatrunku pozwala na kontrole stanu rany w dowolnym momencie, bez konieczności jego zmiany;
- Umożliwia bezbolesną zmianę, ponieważ nie przywiera do obszaru rany;
- Ze względu na integralność żelu nie pozostawia na skórze resztek opatrunku;

- Dzięki możliwości zastosowania dłuższych okresów czasowych pomiędzy zmianami (do 7 dni) zapewnia niezakłócony proces gojenia;
- Łatwy w użyciu - może być przycięty dożądanego rozmiaru, posiada dwuwarstwowy system aplikacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Pakiet VIII, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek zarejestrowany w klasie III i sterylizowany radiacyjnie?

Odp. Zamawiający wymaga zgonie z SWZ.

Pyt. 4

Pakiet 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji niszczącego biofilm z uwagi na wycofanie opatrunku z oferty producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Pakiet VIII

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ma opakowania, tj. 100 op. a`10 sztuk, czyli 1000 sztuk opatrunków.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Pakiet VIII

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ma opakowania, tj. 50 op. a`10 sztuk, czyli 500 sztuk opatrunków.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7

Do Umowy

§ 4 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY pkt. 1

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw częściowych do 3 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8

Pakiet VIII

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`20 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ma opakowania, tj. 250 op. a`20 sztuk, czyli 5000 sztuk opatrunków.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9

Pakiet VIII

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`20 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ma opakowania, tj. 75 op. a`20 sztuk, czyli 1500 sztuk opatrunków.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10
Pakiet VIII
Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`20 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ma opakowania, tj. 20 op. a`20 sztuk, czyli 400 sztuk opatrunków.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 11
Pakiet VIII
Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ma opakowania, tj. 60 op. a`100 sztuk, czyli 6000 sztuk opatrunków.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 12

Pakiet 3, poz. 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na 100% polipropylenowy implant ultralekki o masie powierzchniowej 26 +/-4 g/m², przy czym masa powierzchniowa nie uwzględnia mocowań i uchwytów, o grubości nici 0.08 mm, i wielkości porów 0,6 mm², stopień porowatości 60%, o szerokości 1,1 +/- 1 cm, wyposażonej w dwie niebieskie linie orientujące na zewnętrznych krawędziach implantu, sposób dziania nie wymaga stosowania osłonki, taśma przeznaczona do metod TVT/ TOT, długość 45 cm. Wyrób zaopatrzony jest w niebieskie uchwyty zabezpieczone osłonką z rurki termokurczliwej, która ma ułatwić mocowanie w aplikatorze.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 13

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w §5 ust. 1a) na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 14.12.2022 r. godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 14.12.2022 r. godz. 10:15.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora
SP ZZOZ w Przasnyszu

mgr Urszula Maćkowska

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405

KIEROWNIK APTEKI
SPZZOZ w Przasnyszu
mgr Wanda Kaluźkiewicz