



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
Im. Bohaterów Westerplatte
ul. Inż. J. Śmidowicza 69
81-127 GDYNIA



Akademia Marynarki Wojennej
Sekcja Zamówień Publicznych

AMW-KANC.SZP.2712.47.2024

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp pt.:
**Modernizacja Laboratorium Eksploatacji Okrętowych Urządzeń Elektrycznych
i Laboratorium Podstaw Elektrotechniki**

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

dotyczy: CZĘŚĆ IV

Prosimy o sprecyzowanie jakie konkretnie sondy pomiarowe są wymagane – ma to wpływ na wycenę Magnetometru.

Odpowiedź 1

Sonda 1

- sonda dedykowana i w pełni kompatybilna z dostarczonym miernikiem,
- para sond umożliwiająca pracę w układzie bezwzględny lub różnicowy,
- zakres pomiarowy nie gorszy niż 1 nT do 100 μ T (w układzie bezwzględny) lub 200 μ T (w układzie różnicowy),
- możliwość określenia magnetyzmu szczątkowego,
- kompensacja wpływu ziemskiego pola magnetycznego w przypadku układu różnicowego,

Sonda 2

- sonda dedykowana i w pełni kompatybilna z dostarczonym miernikiem,
- sonda umożliwiająca wyznaczanie względnej przenikalności magnetycznej,
- zakres pomiarowy nie gorszy niż 1 do 2 ,
- zgodność z IEC 60404-15 lub ASTM A342/A342M – metoda 4,
- kalibracja zgodna z IEC 60404-15, ASTM A342/A342M – metoda 1, H = 30 kA/m

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia.