



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
tel. 41 38-20-100, fax41 38-20-342  
**REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869**  
***<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)***

Miechów, dnia 12 marca 2020 r.

**/wszyscy uczestnicy postępowania/**

---

**Nr sprawy 7/2020** – Dostawa zestawów do krioablacji żył płucnych wraz z dzierżawą urządzeń dla Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

**Pytanie 1**

Załącznik 2 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści dzierżawę systemu elektrofizjologicznego bez pompy do elektrod irygowanych?

**Ad.1 Zamawiający, dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Umowa dzierżawy (zał. 3a), par. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dzierżawiony sprzęt był własnością nie Wykonawcy, tylko spółki / firmy należącej do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, przy jednoczesnym oświadczeniu Wykonawcy, że ma prawo tym sprzętem rozporządzać i czerpać z tego tytułu korzyści?

**Ad.2 Zamawiający, wyraża zgodę.**