




Znak: AE/ZP-27-85/23

Tarnów, 2023-11-06


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sterylnych: zestawów obłożeń operacyjnych, fartuchów, serwet, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów czepków, masek chirurgicznych, ochraniaczy na obuwie, pościeli, podkładów, prześcieradeł w roli, koszul i spodenek dla pacjentów, osłon na kończynę, pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:


1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 4 szt. ręcznikami?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno dołączoną serwetą 75x90cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi dodatkowo 4 ręczniczki chłonne 30x30cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.



200x260cm
1szt./pc.



170x180cm
1szt./pc.



150x180cm
1szt./pc.




30x30cm
4szt./pcs




10x50cm
1szt./pc.



30x60cm
1szt./pc.



80x140cm
1szt./pc.




150x190cm
1szt./pc.

7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?



8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłonami na kończyne w rozmiarze 30x60cm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi dodatkowo 4 ręczniczki chłonne 30x30cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno dołączoną serwetą w rozmiarze 150x200cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi dodatkowo 4 szt. ręczników chłonnych, 1 szt. taśmy samoprzylepnej o wymiarach 10 cm x 50 cm?
12. **Dotyczy Pakietu 1 pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi dodatkowo 4 szt. ręczników chłonnych?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetami wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi dodatkowo 4 szt. ręczników chłonnych, 1 szt. taśmy samoprzylepnej o wymiarach 10 cm x 50 cm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²?
16. **Dotyczy Pakiet Nr 1 pozycja 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
 - 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.



17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzmocnionej serwety porodowej o wymiarach 114cm x 150cm. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm. Zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi podłączenia drenów o różnej średnicy?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu z serwetą samoprzylepną o wymiarach 240cm x 350cm z dwoma otworami przylepnymi udowymi o średnicy 9,5 cm oraz dwoma otworami przylepnymi promieniowymi 6 x 9 cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi dodatkowo 4 szt. ręczników chłonnych?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

22. **Dotyczy Pakietu Nr 6 pozycja 1, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 1** - W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.
Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w rozmiarze L i XL?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 1** – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej? Pragniemy zauważyć, że włóknina polipropylenowa nie spełnia właściwości wodoodpornych.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany na całej powierzchni?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 7 pozycja 2, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 8 pozycja 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający ma na myśli osłony na kończyne sterylne?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 8 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 35x120cm?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 8 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 30x60cm?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 10 pozycja 2** - Czy Zamawiający poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 10 pozycja 2** - Czy Zamawiający poszewkę na poduszkę w rozmiarze 80x90cm?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 11 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 11 pozycja 3** - Czy Zamawiający podkład o chłonności 1326g?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 11 pozycja 4** - Czy Zamawiający prześcieradło z perforacją co 38cm?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 12 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną w rozmiarze uniwersalnym, o długości 120cm i obwodzie 140cm?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 12 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Dostępna w rozmiarach: L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm)?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 12 pozycja 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 13** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy warstwa chłonna = wzmocnienie czy warstwa chłonna = chłonny polipropylen z laminatu dwuwarstwowego. Serweta główna 200x260cm dodatkowo wzmocniona
44. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. zestawie Serwety o wymiarach 75x90cm pakowanej osobno.
45. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji: Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia (pozycja leżąca) w którym: serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, przyklepnym oknem 28x12x18cm



otoczonym częściowo folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi, serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

46. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6 i 7** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Serwety głównej wykonanej z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: serwety przylepnej 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, bez wycięcia oraz Serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnego obłożenia uniwersalnego z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnego obłożenia uniwersalnego z 4 szt. ręcznikami, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą również wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego z serwetami wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażonymi we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowanymi z organizatorami przewodów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego z osobno dołączoną serwetą 75x90cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego w skład którego wchodzi dodatkowo 4 ręczniczki chłonne 30x30cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** zestawu do operacji stawu barkowego opisanego w pytaniu.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** sterylnego zestawu serwet przeznaczonego do artroskopii kolana z serwetami wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażonymi we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowanymi z organizatorami przewodów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** sterylnego zestawu serwet przeznaczonego do artroskopii kolana z osłonami na kończynę w rozmiarze 30x60cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy, a osłona na kończynę jest elastyczna.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** sterylnego zestawu serwet przeznaczonego do artroskopii kolana w skład którego wchodzi dodatkowo 4 ręczniczki chłonne 30x30cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** sterylnego zestawu serwet przeznaczonego do artroskopii kolana z osobno dołączoną serwetą w rozmiarze 150x200cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** sterylnego zestawu serwet do cięcia cesarskiego w skład którego wchodzi dodatkowo 4 szt. ręczników chłonnych, 1 szt. taśmy samoprzylepnej



o wymiarach 10 cm x 50 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** sterylnego zestawu wzmocnionych serwet uniwersalnych w skład którego wchodzi dodatkowo 4 szt. ręczników chłonnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** obłożenia sterylnego do zabiegów ginekologicznych z serwetami wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażonymi we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowanymi z organizatorami przewodów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** obłożenia sterylnego do zabiegów ginekologicznych w skład którego wchodzi dodatkowo 4 szt. ręczników chłonnych, 1 szt. taśmy samoprzylepnej o wymiarach 10 cm x 50 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** zestawu sterylnych obłożeń do implantacji portu naczyniowego z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** zestawu sterylnych obłożeń do implantacji portu naczyniowego opisanego w pytaniu.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** serwety pod pośludki z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażonymi we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** serwety opisanej w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 19 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** zestawu serwet zabiegowych do angiografii, dopuszcza natomiast serwetę opisaną w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, tym w zestawie jest również serweta nieprzemakalna 100-150 cm x 150-200 cm lub serweta o określonym rozmiarze pakowana oddzielnie.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** zestawu serwet zabiegowych do angiografii w skład którego wchodzi dodatkowo 4 szt. ręczników chłonnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zestawie będą wszystkie wymagane w Załączniku Nr 1 do SWZ elementy.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** masek chirurgicznych pakowanych w opakowania handlowe po 50 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 2600 opakowań po 50 masek.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** czepków chirurgicznych- operacyjnych pakowanych w opakowania handlowe po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 200 opakowań po 100 czepków. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** czepków chirurgicznych męskich typu furazeka pakowanych w opakowania handlowe po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 80 opakowań po 100 czepków.

Ad. 23 Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 5.3 SWZ zaoferowane w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchy z włókniny winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r poz. 974 z późn. zm.). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów z włókniny tylko w rozmiarze L i XL.

Ad. 25-26 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 1**.



Ad. 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów z włókniny pakowanych po 10 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 2300 opakowań po 10 fartuchów.

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów z włókniny z rękawem zakończonym mankietem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów z włókniny typu SMS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** fartuchów foliowych pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 150 opakowań po 100 fartuchów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** osłon foliowych na buty pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 70 opakowań po 100 osłon.

Ad. 31 Zamawiający wymagania dla osłon na kończyne oferowanych w **Pakiecie Nr 8 poz. 1 i 2** określił w SWZ, i nie miał na myśli osłon sterylnych ponieważ nie określił takiego wymagania, dopuszcza natomiast by były to osłony sterylne.

Ad 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** osłon na kończyne w rozmiarze 35 x 120 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** osłon na kończyne w rozmiarze 30x60 cm.

Ad 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 2** poszewek na poduszkę w rozmiarze 60x80 cm.

Ad 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 2** poszewek na poduszkę w rozmiarze 80x90 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** podkładów nieprzemakalny z warstwą chłonną pakowanych w opakowania handlowe po 25 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 30 opakowań po 25 podkładów.

Ad. 37 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 11 poz. 3**.

Ad 38 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** prześcieradeł papierowo-foliowych w roli perforacją co 38 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 39 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** koszul dla pacjenta tylko w rozmiarze uniwersalnym o długości 120cm i obwodzie 140cm.

Ad 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** koszul dla pacjenta opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym wymogu nieprzeźroczystości i kroju prostego, wkładanego przez głowę.

Ad. 41 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** koszul dla pacjenta pakowanych w opakowania po 10 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 750 opakowań po 10 koszul. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 12 poz. 2** spodenek dla pacjenta pakowanych w opakowania handlowe po 10 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 180 opakowań po 10 spodenek.

Ad. 42 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** myjek-rękawic pakowanych w opakowania po 50 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 300 opakowań po 50 myjek-rękawic.

Ad. 43 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego spełniającego wymagania określone w SWZ, przy czym wskazane serwety mają być z warstwą chłonną -Zamawiający nie wskazywał i nie będzie wskazywał z czego ta warstwa ma być wykonana. Zamawiający dopuszcza serwetę główną o wymiarach 200x260 cm dodatkowo wzmocnioną, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** sterylnego zestawu serwet przeznaczonego do artroskopii kolana z serwetą o wymiarach 75x90 cm pakowaną osobno, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.



Ad. 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** sterylnego zestawu serwet do cięcia cesarskiego opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym zestaw zawiera również pozostałe elementy wymienione w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ).

Ad. 46 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** sterylnego zestawu wzmocnionych serwet uniwersalnych z serwetą na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym zestaw zawiera również pozostałe elementy wymienione w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** obłożenia sterylnego do zabiegów ginekologicznych kroczywych z serwetą na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym zestaw zawiera również pozostałe elementy wymienione w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ).

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** obłożenia sterylnego do zabiegów ginekologicznych kroczywych z serwetą główną zgodną wymiarami z serwetą opisaną w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ) wykonaną z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym zestaw zawiera również pozostałe elementy wymienione w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ).

Ad. 48 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** zestawu sterylnych obłożeń do implantacji portu naczyniowego z serwetą przylepną 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, bez wycięcia oraz serwetą na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym zestaw zawiera również pozostałe elementy wymienione w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ).

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

7/2

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

