



ZP.261.19.1.2023

Lębork, dn. 25.07.2023 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-1ecf8ce0-208d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Uczestnicy postępowania ZP-TP/19/23

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - na dostawę automatu do barwień, nakrywarki do szkiełek oraz stołu.

Znak sprawy: ZP-TP/19/23.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje nakrywarkę do szkiełek o poniższych parametrach?

Specyfikacja – Nakrywarka do szkiełek	
1.	Urządzenie nowe rok produkcji 2023
2.	Automatyczny system służący do nakrywania szkiełek mikroskopowych
3.	Wydajność aparatu 1200 szkiełek na godzinę.
4.	Regulowany czas nakrywania jednego szkiełka co 3 sekundy
5.	Długość cięcia taśmy nakrywkowej regulowany indywidualnie w zakresie 45-60 mm
6.	Płynna regulacja podawania ksyłenu podczas zaklejania
7.	Dotykowy kolorowy szklany panel sterowania
8.	Panel sterowania odporny na ksylen
9.	Kosze na 30 szkiełek
10.	Pojemność butelki na ksylen 500 ml
11.	Taśma nakrywającą o wymiarach 24 mm x 70 m
12.	Urządzenie posiada filtr węglowy dla pochłaniania oparów
13.	Możliwość podłączenia do wentylacji zewnętrznej
14.	Butelka zbierająca nadmiar ksyłenu o pojemności 100 ml
15.	System pozwalający wymienić taśmę bez użycia narzędzi.
16.	Podwójne drzwi szklane umożliwiające podgląd pracy urządzenia
17.	Wymiar: (szer/gł/wys): 730/310/545 mm
18.	Waga : 65 kg

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie nakrywarki do szkiełek o ww. parametrach.**
2. Dot. §4 ust. 2 Wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 2 z następującego: „*Strony ustalają, że przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego w chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego* na następujący zapis: Strony ustalają, że przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego w chwili całkowitej spłaty ustalonego wynagrodzenia.
Uzasadnienie: Przedmiotem umowy jest zakup urządzeń na raty, więc zasadne wydaje się przeniesienie prawa własności dopiero po całkowitej spłacie zakupionego towaru.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
3. Dot. § 3 ust. 1 pkt 7) Wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszoną awarię z przystąpieniem do usunięcia usterki: z max 48 godzin od momentu zgłoszenia na max 72 godziny od momentu zgłoszenia?
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji na zgłoszoną awarię.**
4. Dot. § 7 ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 1 pkt 1) z następującego:
„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w dostarczeniu i / lub uruchomieniu urządzenia w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w § 2 ust. 1;”
na następujący:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w dostarczeniu i / lub uruchomieniu urządzenia w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w § 2 ust.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
5. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 3
„Minimalna ilość stacji 44”
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych, wyposażonego w 26 stacji.
Zaproponowane rozwiązanie, umożliwi Użytkownikowi przeprowadzenie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP) z wydajnością do 360 szkiełek mikroskopowych na godzinę.
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie 26 stacji.**
6. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 4
„Minimum 30 stacji odczynnikowych z agitacją. Pojemność stacji 350 ml z możliwością zmniejszenia do pojemności 250-260 ml”
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych, wyposażonego w 23 stacje odczynnikowe o jednej pojemności - 480 ml ± 20 ml.

Zaproponowane rozwiązanie, umożliwi Użytkownikowi przeprowadzenie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP) z wydajnością do 360 szkiełek mikroskopowych na godzinę.

- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie 23 stacji o jednej pojemności 480 ml.**

7. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 6

„Minimum 4 stacje załadowcze i minimum 4 stacje wyładowcze umożliwiające załadowanie i rozładowanie barwiarki bez konieczności otwierania pokrywy osłaniającej przed emisją oparów”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych wyposażonego w 4 stacje załadowczo-wyładowcze z możliwością zdefiniowania ich według preferencji Użytkownika w 3 wariantach: stacja załadowcza – 3 szt./stacja wyładowcza 1 szt.; stacja załadowcza – 2 szt./stacja wyładowcza 2 szt.; stacja załadowcza – 1 szt./stacja wyładowcza 3 szt.

Zaproponowana ilość stacji załadowczo-wyładowczych wraz z możliwością ich dowolnej konfiguracji, zapewnia elastyczność pracy oraz umożliwia Użytkownikowi przeprowadzenie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP) z wydajnością do 360 szkiełek mikroskopowych na godzinę.

Zaproponowane rozwiązanie oferuje możliwość załadunku i wyładunku koszyków bez konieczności otwierania pokrywy ochronnej.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w 4 stacje załadowczo-wyładowcze z możliwością zdefiniowania ich wg preferencji użytkownika z 3 wariantach.**

8. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 8

„Możliwość załadowania 12 koszy.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych, umożliwiającego załadowanie jednoczesne 11 koszyków. Jest to wartość wystarczająca do osiągnięcia bardzo dużej przepustowości przy równoległym zachowaniu doskonałej jakości barwienia.

Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu umożliwiającego załadowanie jednocześnie 11 koszyków.

9. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 10

„Koszyki metalowe na szkiełka o pojemności 30 szkiełek.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych, wyposażonego w koszyki na szkiełka o pojemności 30 sztuk wykonanego z odpornego na odczynniki stosowane w procesie tworzywa sztucznego. Proponowane przez nas rozwiązanie z powodzeniem stosowane jest w codziennej pracy w Zakładach Patomorfologii.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się koszyki wykonane z tworzywa sztucznego.**

10. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 18

„Możliwa rozbudowa o moduł transferowy do zaklejarki”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych, umożliwiającego pełną, automatyczną integrację mechaniczną oraz elektryczną z systemem automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych bez konieczności użycia dodatkowego łącznika transferowego.

- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na aparat zintegrowany z systemem automatycznego nakrywania szkiełek.**

11. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 20

„W przypadku awarii zasilania wewnętrzny system UPS pozwalający na możliwość dalszej pracy”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych wyposażonego w zewnętrzny system zasilania awaryjnego – UPS.

Z użytkowego punktu widzenia, jest to rozwiązanie optymalne. Pozwala na dowolność w wyborze, a także obniża koszty jego wymiany po zużyciu.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie zewnętrznego systemu zasilania awaryjnego - UPS.**

12. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 21

„Przechowywanie i zapisywanie danych na wewnętrznym dysku twardym, a także na wymiennej karcie pamięci”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych bez możliwości zapisu danych na wymiennej karcie pamięci. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że zaproponowane rozwiązanie z powodzeniem wykorzystywane jest zarówno w pracowniach histopatologii jak i przy projektach badawczych.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aparat bez możliwości zapisu danych na wymiennej karcie pamięci.**

13. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 22

„Funkcja zapasowych danych aktualnych ustawień i raportów na zewnętrznej karcie pamięci wraz wgraniem z nowymi programami barwienia”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych przechowujących informacje w pamięci urządzenia, bez funkcji tworzenia kopii zapasowych danych, aktualnych ustawień i raportów na zewnętrznej karcie pamięci. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że zaproponowane rozwiązanie z powodzeniem wykorzystywane jest zarówno w pracowniach histopatologii jak i przy projektach badawczych.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aparat przechowujący informacje w pamięci urządzenia.**

14. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 23

„Podłączenie do drukarki”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych bez możliwości podłączenia drukarki.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że zaproponowane rozwiązanie z powodzeniem wykorzystywane jest zarówno w pracowniach histopatologii jak i przy projektach badawczych.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się aparat bez możliwości podłączenia drukarki.**

15. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 24

„Automatyczna taca ociekowa pod głowicą zbierająca krople zabezpieczająca przed mieszaniem się odczynników”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych, wyposażonego w wysoko wydajną funkcję ociekania/odsączania koszyków ze szkiełkami podczas barwienia, która w optymalny sposób zabezpiecza odczynniki przed zmieszaniem bez konieczności stosowania tacy ociekowej pod głowicą. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że zaproponowane rozwiązanie z powodzeniem wykorzystywane jest zarówno w pracowniach histopatologii jak i przy projektach badawczych.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się ww. funkcję.**

16. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 26

„Wydajność barwienia do 500 szkiełek na godzinę”

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych o wydajności do 360 szkiełek mikroskopowych na godzinę, umożliwiające Użytkownikowi przeprowadzenie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP)

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że zaproponowane rozwiązanie wykorzystywane jest z powodzeniem przez naszych klientów w kraju, zarówno w dużych zakładach jak i małych pracowniach.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się aparat o wydajności barwienia do 360 szkiełek na godzinę.**

17. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 27

„System oświetlenia wewnętrznej komory”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga stosowania dodatkowych źródeł światła wewnątrz komory, zapewniające jednocześnie możliwość podglądu procesu barwienia na każdym jego etapie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że urządzenia tego typu (barwiarka/nakrywarka) instalowane są najczęściej w pomieszczeniach posiadających własne oświetlenie sufitowe, panelowe, naścienne lub inne, podobne - co w zupełności wystarcza do zapewnienia Użytkownikowi bezpiecznej i komfortowej pracy.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aparat bez dodatkowego źródła światła.**

18. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 31

„Automat posiada regulację poboru wody w zakresie 0-60 litrów / h”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych w którym

proces poboru wody ustalany jest automatycznie w zależności od specyfiki programu barwienia. Zaproponowane rozwiązanie gwarantuje powtarzalność wyników i najwyższą jakość barwienia za każdym razem.

Zaproponowane rozwiązanie z powodzeniem wykorzystywane jest zarówno w pracowniach histopatologii jak i uniwersyteckich placówkach badawczych.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się aparat w którym proces poboru wody ustalany jest automatycznie w zależności od specyfiki programu barwienia.**

19. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 1, Pozycja nr. 32

„Waga max 120 kg”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwień histopatologicznych i cytologicznych o wadze 130 kg. Jest to niewielka różnica względem wymaganej przez producenta wagi, gwarantująca stabilność pracy ramienia transportowego, nie wpływająca w żadnym razie na komfort pracy Użytkownika.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aparat o wadze 130 kg.**

20. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 2, Pozycja nr. 4

„Możliwość pracy ze szkiełkami o wym. 24 mm x 32/40/50/60”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki do szkiełek pracującej przy użyciu szkiełek nakrywkowych o wymiarze 24x50 mm. Zaproponowane rozwiązanie jest typowe, standardowe i z powodzeniem wykorzystywane, zarówno w pracowniach histopatologii jak i uniwersyteckich placówkach badawczych.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się użycie szkiełek nakrywkowych o wymiarze 24x50 mm.**

21. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 2, Pozycja nr. 8

„Dysza dozująca medium zaklejające 1,5 mm”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu. Rozmiar dyszy dozującej w żaden sposób nie przekłada się na komfortu pracy oraz jakości zaklejania preparatów mikroskopowych. Rozmiary dysz stosowane w tego typu urządzeniach oraz technika dozowania medium zaklejającego na szkiełko jest indywidualną, często opatentowaną cechą konkretnych producentów i są one tak zaprojektowane żeby zapewnić Użytkownikowi najwyższą jakość preparatów mikroskopowych.

- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na odstąpienie od ww. wymogu.**

22. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 2, Pozycja nr. 9

„Dozowanie objętości medium zaklejającego w zakresie od 0,04 do 0,2 cm³”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki do szkiełek z domyślnym optymalnym programem dozowania medium. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia pełen komfort pracy oraz przekłada się na wysoką jakość zaklejonych preparatów mikroskopowych. Program zaklejania jest optymalny i dobrany w taki sposób, aby zapewnić Użytkownikowi najwyższą jakość pracy z różnego rodzaju materiałem tkankowym naniesionym na szkiełko mikroskopowe (materiały histologiczne i cytologiczne). Dodatkowo, sam proces zaklejania szkiełek mikroskopowych jest w pełni zautomatyzowany. Urządzenie

nakrywające, po pobraniu koszyka uruchamia procedurę zaklejania szkiełek bez ingerencji Użytkownika aby za każdym razem zapewnić najwyższą jakość zaklejonych preparatów, bez względu na ilość oraz rodzaj naniesionego na szkiełko materiału tkankowego.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania nakrywarę o ww. parametrach.**

23. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 2, Pozycja nr. 12

„Dostosowanie prędkości nakrywania szkiełek – min 7 zmian prędkości”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki do szkiełek z domyślnym, optymalnym programem nakrywania szkiełek. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia pełen komfort pracy oraz przekłada się na wysoką jakość zaklejonych preparatów mikroskopowych. Program zaklejania jest optymalny i dobrany w taki sposób, aby zapewnić Użytkownikowi najwyższą jakość pracy z różnego rodzaju materiałem tkankowym naniesionym na szkiełko mikroskopowe (materiały histologiczne i cytologiczne). Dodatkowo, sam proces zaklejania szkiełek mikroskopowych jest w pełni zautomatyzowany. Urządzenie nakrywające, po pobraniu koszyka uruchamia procedurę zaklejania szkiełek bez ingerencji Użytkownika aby za każdym razem zapewnić najwyższą jakość zaklejonych preparatów, bez względu na ilość oraz rodzaj naniesionego na szkiełko materiału tkankowego.

- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie nakrywarki do szkiełek z domyślnym, optymalnym programem nakrywania szkiełek.**

24. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 2, Pozycja nr. 19

„Urządzenie posiada system do odciążu oparów ksylenu z możliwością sterowania odciążu oparów - funkcja wł./wył.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki do szkiełek bez funkcji wyłączenia wentylacji. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż możliwość wyłączenia wentylacji jest funkcjonalnością, która może powodować niebezpieczeństwo operatora, który będzie narażony na niebezpieczne opary odczynnikowe.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza nakrywarę do szkiełek bez funkcji wyłączenia wentylacji.**

25. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 2, Pozycja nr. 22

„Wymiar nie większe niż (szer/gł/wys): 500x55x650 mm”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki do szkiełek o maksymalnych wymiarach:

680 x 790 x 660 (szerokość x głębokość x wysokość /mm)

Jest to niewielka różnica względem parametrów określonych w SWZ przez Zamawiającego, nie wpływająca w żadnym razie negatywnie na komfort pracy Użytkownika.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza nakrywarę o ww. wymiarach.**

26. Dotyczy: Załącznik nr. 4 do SWZ, Pakiet nr. 2, Pozycja nr. 23

„Waga max: 60 kg”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie nakrywarki do szkiełek o maksymalnej wadze 90kg

680 x 790 x 660 (szerokość x głębokość x wysokość /mm)

Różnica względem wagi określonej przez Zamawiającego w SWZ, wynika z konstrukcji urządzenia i nie wpływająca w żadnym razie negatywnie na komfort pracy Użytkownika.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się nakrywarę o wadze 90 kg.**

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Załącznikach do SWZ.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania ofert na 28.07.2023 r. do godz. 10:00.