



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 25.09.2024 r.

DZP-40/2024

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 16

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego zakres temperatury wynosi:

Ustawienie pomiędzy +3°C a +5°C. Ustawienie fabryczne to +4°C.

Uprzejmie informujemy, iż stała temperatura +4°C jest optymalną w przypadku urządzeń do przechowywania krwi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 16

Zamawiający napisał: " Wymiary zewnętrzne urządzenia: 600 x 600-680 x minimum 160 mm (szer. x gł. x wys. mm)". Wysokość 160 mm to zaledwie 16 cm - nie ma tak małych chłodziarek medycznych do krwi. Prosimy o poprawienie parametru wysokości na "minimum 1600 mm".

Odp.: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska i wyjaśnia, że minimalna wysokość urządzenia winna wynosić 1600 mm.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę należy złożyć **do dnia 27.09.2024 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 27.09.2024 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 26.10.2024 r.**

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie