



Piekary Śląskie, dn. 04.10.2022 r.

**ZP - 11/2022**

**Wyjaśnienia treści SWZ  
do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  
na dostawę gazów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

**Pytanie nr 1 – dot. podpisania umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp.: Zgodnie z zapisami rozdziału XXIV, pkt 5), 6) SWZ przez osobę/osoby upoważnione, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

**Pytanie nr 2 – Pakiet 4**

Czy mieszanina gazów N<sub>2</sub>O 50% + O<sub>2</sub> 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiającą ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

Odp.: Tak.

### **Pytanie nr 3 – Pakiet 4**

Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny 50 % tlen medyczny / 50 % podtlenek azotu medyczny, ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga obligatoryjnie/ zawsze zastosowania dodatkowego jednorazowego filtra lub jednorazowego zaworu wydechowego z filtrem (podanie mieszaniny bez tych zabezpieczeń będzie niemożliwe)? Taki wybór zniweluje konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub celowego użytkowania zaworu dozującego bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego).

Odp.: Tak.

### **Pytanie nr 4 – Pakiet 4**

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50 % tlen medyczny / 50 % podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet? I pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?

Odp.: Tak.

### **Pytanie nr 5 – Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu zawartego pod formularzem asortymentowo cenowym, iż zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50 % podtlenek azotu (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia, np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

Odp.: Tak.

### **Pytanie nr 6 – Pakiet 4**

Czy Zamawiający oczekuje dostępność oferowanego zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów j 50 % tlen i 50 % podtlenek azotu wyposażonego w standardową wersję z przewodem o długości 3 m oraz w wersji o powiększonej długości, tj. dłuższej (niż 3m)?

Odp.: Tak.

**Pytanie nr 7 – Pakiet 4**

Czy Zamawiający oczekuje aby długość zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów j 50 % tlen i 50 % podtlenek azotu wraz z oferowanym sprzętem jednorazowym niezbędnym do podawania mieszaniny mierzona w płaszczyźnie poziomej do podłoża była nie większa niż 12 cm? (co ma na celu możliwie jak największe zmniejszenie opór przepływu zarówno przy wdechu jak i wydechu, co oznacza mniejszy wysiłek dla pacjenta).

Odp.: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

**Pytanie 8 – Dot. Załącznik Nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy par. 3 ust. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu. Proponujemy zapis: *Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia e-mailem. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe:*

- a) od poniedziałku do piątku całodobowo – w zakresie ciekłego tlenu medycznego (pakiet nr 1);*
- b) od poniedziałku do piątku 7:00 – 16:00 – w zakresie pozostałego przedmiotu zamówienia.*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9 – Dot. Załącznik Nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy par. 3 ust. 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu. Proponujemy zapis: *Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na przedmiot zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie Wykonawcy zrealizowane zostanie na minimalnym poziomie wynoszącym 65 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 3.*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10 – Dot. Załącznik Nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy par. 8 ust. 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu.

Proponujemy zapis: *W przypadku, w którym Zamawiający udowodni, że poniósł stratę lub szkodę z winy Wykonawcy, Wykonawca odpowiada wyłącznie za bezpośrednie straty materiałowe do łącznej wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, spowodowane wyłącznie jego działaniem lub zaniechaniem.*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 11 – Dot. Załącznik Nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy par. 9 ust. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu. Proponujemy zapis: *W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od jej zgłoszenia. Reklamacja może zostać złożona mailem. Nierozpoznanie reklamacji we wskazanym wyżej terminie traktowane jest jako uznanie reklamacji przez Wykonawcę.*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 12 – Dot. Załącznik Nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy par. 9 ust. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu. Proponujemy zapis: *Wykonawca w czasie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem.*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 13 – Dot. Załącznik Nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy par. 10 ust. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu. Proponujemy zapis: *W przypadku zwłoki w realizacji dostawy lub realizacji reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Uprawnienie Zamawiający może zrealizować w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu terminu dostawy lub realizacji reklamacji. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej prawidłowego wykonania z wyznaczeniem 72-godzinnego terminu dodatkowego.*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 14 - Dot. Załącznik Nr 1 A do SWZ pakiet nr 4 pozycja 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zapotrzebowania na mieszaninę podtlenku azotu 50 % i tlenu 50 % w jednostce: m<sup>3</sup>. Prośba motywowana jest różnymi pojemnościami butli dostępnymi na rynku. Zabieg ten pozwoli na wycenę gazu za jednostkę, czyli 1m<sup>3</sup> w celu uzyskania porównywalnych ofert i zachowania zasady o uczciwej konkurencji.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę (zmodyfikowany załącznik Nr 1 A do SWZ w zakresie pakietu nr 4, poz. 1 w załączeniu do nn. pisma).

**Pytanie 15 – Dot. Załącznik Nr 1 A do SWZ pakiet nr 4 pozycja 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50 % tlenu medycznego/ 50 % podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania w położnictwie, zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 16 – Dot. Załącznik Nr 1 A do SWZ pakiet nr 4 pozycja 6**

Czy dla zapewnienia pacjentkom bezpieczeństwa mikrobiologicznego, Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych wyrobów medycznych: ustników z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego parametru oświadczeniem producenta lub kartą produktu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 17 – Dot. Załącznik Nr 1 A do SWZ pakiet nr 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu. Proponujemy zapis: *Zamawiający dopuszcza by mieszanina mogła być stosowana do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi potwierdzona stosownym wpisem w Charakterystyce Produktu Leczniczego.*

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
PREZES Zarządu  
  
mgr Małgorzata Smoleń

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
PROKURENT  
  
Izabela Bacik