

Gdańsk, dnia 01.03.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach.**

nr postępowania: GUM2021 ZP0012

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu 6.

Pytanie 1: Prosimy o odstąpienie od wymogu rozpakowania, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 6 – zbiornika do przechowywania próbek w ciekłym azocie. Wyspecyfikowany zbiornik jest prostym urządzeniem, nie wymagającym montażu ani instalacji. W związku z tym nie jest tutaj konieczna interwencja serwisu, która dodatkowo podraża wartość oferty.

Odpowiedz: Zamawiający w zakresie Pakietu 6 odstępuje od wymogu rozpakowania, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu 4.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści łaźnię ultradźwiękową o wymiarach wewnętrznych 240x140x150 (dł. X szer. X głęb.; mm) i wadze 4,2kg? Wymiary zewnętrzne łaźni mieszczą się w granicach określonych przez Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza łaźnię ultradźwiękową o wymiarach wewnętrznych 240x140x150 (dł. X szer. X głęb.; mm) i wadze 4,2kg, przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych określonych w SWZ.

Kanclerz
/-/
Marek Langowski

Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska