



PODDEBICKIE  
CENTRUM ZDROWIA®  
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddebice, dn. 19.04.2023 r.

**Wszyscy zainteresowani  
postępowaniem**

PCZ/ZP/206/2023

Dotyczy: „Wykonywanie usług przeglądów technicznych i usług serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed Elite Select 16, strzykawkii automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się w „Poddebickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3330/3/2023

### **Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień ogłoszenia o zamówieniu i SWZ dotyczącego postępowania pn. „Wykonywanie usług przeglądów technicznych i usług serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed Elite Select 16, strzykawkii automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha i stacji opisowej AW znajdujących się w „Poddebickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Oświadczenia Wykonawcy, §2 ust. 2**  
Wykonawca zwraca uwagę, że oświadczenie, o jakim mowa w §2 ust. 2 jest składane według stanu wiedzy Wykonawcy z daty zawarcia umowy, w związku z czym prosimy o uzupełnienie postanowienia o następujące wskazanie: „Wykonawca oświadcza, że **na dzień zawarcia umowy zapoznał się (...).**”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Zapis §2 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:  
„Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zapoznał się z miejscem prowadzenia konserwacji a także ze stanem urządzeń objętych zakresem umowy, warunki prowadzenia konserwacji są mu znane i nie stanowią przeszkody do bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy oraz nie będzie z tego tytułu podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń w szczególności nie będzie żądał waloryzacji wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.”
- Pytanie 2. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Obowiązki Wykonawcy, §2 ust. 3**  
Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy?  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 3. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Wykonywanie napraw, §2 ust. 4 lit. d)**  
Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie Wykonawca ma dokonywać „bezpłatnych napraw”, o których mowa w postanowieniu §2 ust. 4 lit. d)?  
Czy chodzi tu o ryczałt 60 roboczogodzin napraw wskazany w ust. 18?  
Czy koszt części zamiennych będzie pokrywany przez Zamawiającego niezależnie od ww. godzin ryczałtowych? Prosimy o doprecyzowanie postanowienia.

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

**Odpowiedź:** W trakcie trwania umowy Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnie wszystkich napraw. Koszt części zamiennych uwzględniony jest w kwocie ryczałtu. Ryczałt 60 roboczogodzin napraw dotyczy napraw na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

**Pytanie 4. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Harmonogram, §2 ust. 6**

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, iż każdorazowe ostateczne terminy przeglądów podlegają obustronnemu ustaleniu przez strony umowy w formie mailowej lub telefonicznej potwierdzonej mailowo. Czy w takim przypadku wiążący będzie termin ustalony przez strony zgodnie z powyższym (Wykonawca pyta o to także w kontekście kary umownej wynikającej z §7 ust. 1 pkt 1.1.)?

Prosimy również o potwierdzenie, że harmonogram, o którym mowa w §2 ust. 6 będzie stanowił punkt wyjściowy dla szczegółowych ustaleń stron dat przeglądów w trakcie obowiązywania umowy.

Zwracamy się o dopisanie w §2 ust. 6 zdania ostatniego: „Szczegółowe i ostateczne terminy realizacji przeglądów będą ustalone obustronnie przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie mailowej lub telefonicznej potwierdzonej mailowo.”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 5. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Gwarancja na usługi, §2 ust. 11**

Prosimy o wyjaśnienie, co zdaniem Zamawiającego oznacza i co miałyby obejmować gwarancja jakości „na wykonanie przedmiotu umowy”?

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że towar jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości można udzielić wyłącznie na towary/rzeczy, czyli w przypadku umów serwisowych sprzętu medycznego **na części zamienne**. Natomiast, zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego, w przypadku wadliwego wykonania usługi, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie.

Mając na uwadze wyjaśnienia zwracamy się o zmianę postanowienia:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone na podstawie niniejszej umowy usługi oraz udziela 3 miesięcznej gwarancji na wymienione części zamienne, liczonej od dnia wymiany.”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 6. Dotyczące projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), Gwarancja, §11 ust. 12**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia o zdanie drugie w brzmieniu:

„Po upływie okresu udzielonej gwarancji na lampę RTG, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę roszczeń powstałych przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym – udzielona przez Wykonawcę gwarancja wygasa, bez względu na rodzaj realizowanych w tym czasie uprawnień z tytułu gwarancji, co oznacza, iż gwarancja na wymienioną w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia lampę RTG **nie biegnie od nowa**.”

Lampa RTG jest elementem zużywającym się (mającym określoną, naturalną żywotność) i w związku z tym, w przypadku zwykłego zużycia nie powinno mieć miejsce odnowienie gwarancji, bez względu na czas, w jakim doszło do przedmiotowego wyeksploatowania. W związku z powyższym, uprawnienie do wymiany urządzenia z powodu naturalnego zużycia może przekształcić się w niewyczerpywalne prawo Zamawiającego do otrzymywania nowego elementu i prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia, co w ocenie Wykonawcy przeczy zasadom współżycia społecznego i odpłatnemu charakterowi zawieranych umów na dostawy sprzętu medycznego. Zapisy w brzmieniu proponowanym przez Zamawiającego, bez odpowiedniego zastrzeżenia na rzecz Wykonawcy, mogą prowadzić do nielimitowanego odnawiania gwarancji, mimo naturalnego zużycia przedmiotu umowy, co przeczy funkcji, jaką pełni w obrocie gwarancja.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 7. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Termin realizacji napraw, §2 ust. 14**

Zwracamy się o wydłużenie czasu usuwania wady, ze zróżnicowaniem czas naprawy z użyciem części zamiennych pozyskiwanych z zagranicy. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści postanowień ust. 14:

„Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego a w przypadku potrzeby zastosowania części sprowadzanych z zagranicy - 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 8. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Odpowiedzialność, §2 ust. 15**

Prosimy o uzupełnienie postanowienia o zastrzeżenie, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w tym zapisie jest związana z „nienależytą realizacją przedmiotu umowy” – stosownie do brzmienia art. 471 k.c.  
**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 9. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Termin realizacji napraw, §2 ust. 16 i 17**

Ustalanie przez Zamawiającego zbyt krótkich terminów realizacji napraw niewątpliwie może wpłynąć na cenę oferty. W skrajnych przypadkach terminy ustalone umownie mogą okazać się obiektywnie niewykonalne (świadczenie niemożliwe do spełnienia). Czas potrzebny na pozyskanie części lub materiałów, w tym z zagranicy musi uwzględniać czynności związane z zamówieniem takich części oraz dostarczeniem do miejsca przeznaczenia, przy uwzględnieniu możliwości czasowych transportu dostępnymi środkami czy czynności związanych z odprawą celną.

Zgodnie z utrwaloną praktyką w branży urzędzeń medycznych, prosimy o wydłużenie terminów wynikających z ustępów 16 i 17:

*„16. Awarie wynikłe w okresie między przeglądami zostaną usunięte przez Wykonawcę bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 18 oraz kosztów części i podzespołów ponoszonych przez Zamawiającego stosownie do ust. 20. Czas reakcji serwisu do 4 godzin od powiadomienia w godzinach 8:00-17.00 w dni robocze, przy czym Wykonawca podejmie interwencje przy urządzeniu nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez reakcję serwisu rozumie się także rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Zamawiającego lub diagnostykę zdalną.*

*17. Naprawa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku konieczności zamówienia niezbędnych podzespołów lub części z zagranicy w ciągu 10 dni roboczych. Nie podlegają wliczeniu do czas naprawy czas niezbędny na przygotowanie i akceptację pisemną przez Zamawiającego kosztów części zamiennych lub podzespoły.”*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 10. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Umowa ubezpieczenia, §2 ust. 26**

Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pozostaje także w interesie Wykonawcy, niemniej termin na przedłożenie odpowiedniego potwierdzenia Zamawiającemu powinien być adekwatny do okoliczności i proporcjonalny, umożliwiający realne przedstawienie dokumentu przez Wykonawcę. Jednocześnie, w związku z tym, że nie praktykuje się okazywania oryginału polisy (kopia ma stanowić w tym przypadku wyjściowo załącznik do umowy) – zwracamy się o możliwość przekazania odnowionej polisy także w formie kopii.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. postanowienia jak niżej:

*„W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia o której mowa w §2 ust. 25 niniejszej umowy przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu kopii odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.”*

Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy kopia polisy może zostać przekazana Zamawiającemu drogą mailową?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Kopia polisy może zostać przekazana drogą mailową. Zapis §2 ust. 26 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

*„W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia o której mowa w §2 ust. 25 niniejszej umowy przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu kopii odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.”*

**Pytanie 11. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Wykonanie zastępcze, §2 ust. 27**

Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści postanowienia fragmentu „i ryzyko”. Wybór wykonawcy zastępczego, to okoliczność zależna wyłącznie od Zamawiającego, w związku z tym stosowanie tego rodzaju zapisu stanowi w ocenie Wykonawcy działanie sprzeczne z treścią art. 433 pkt 3) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne). Zwracamy się także o dopisanie w treści postanowienia zastrzeżenia, że przed zleceniem wykonania usługi w trybie wykonawstwa zastępczego Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji Umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin nie krótszy niż **3 dni robocze**.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „i ryzyko” słowem „i niebezpieczeństwo”. Pozostałe zapisy bez zmian. Zapis §2 ust. 27 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

*W przypadku zwłoki w usunięciu awarii bądź zgłoszonej wady przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania wskazanych napraw osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.*

**Pytanie 12. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Zakres wykorzystania zamówienia, §2 ust. 28**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu umowy Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% wartości umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 13. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Zmiana osób, §3 ust. 2 zd. 4**

W nawiązaniu do wcześniejszych pytań dotyczących ustalania terminów realizacji przez Wykonawcę obowiązków umownych – prosimy o zmianę terminu wynikającego z tego postanowienia i ustalenie, że Wykonawca prześle zaktualizowaną listę pracowników w terminie 3 dni roboczych, co może nastąpić także drogą mailową:

*„Zamawiający wymaga, aby wykaz osób, o których mowa w ust. 2 stanowiący Załącznik nr 4 do umowy był aktualizowany za każdym razem, gdy nastąpi zmiana osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany (aktualizacja może zostać przekazana drogą mailową).”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie zaktualizowanego Załącznika nr 4 do umowy w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany. Zapis §3 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

*„Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących usługi przeglądów technicznych oraz usługi serwisowe, wykazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali przedmiot umowy. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących usługi, o których mowa w ust. 1. Zamawiający wymaga, aby wykaz osób, o których mowa w ust. 2 stanowiący Załącznik nr 4 do umowy był aktualizowany za każdym razem, gdy nastąpi zmiana osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany.”*

**Pytanie 14. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Termin przedstawienia dokumentów, §3 ust. 3**

Wykonawca wnosi o wprowadzenie minimalnego terminu na przedstawienie dokumentów, o których mowa w ww. postanowieniu poprzez wskazanie „*W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający w wyznaczonym pisemnie terminie nie krótszym jednak niż 14 dni w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt a), b) i d) oraz 21 dni w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt c) (...)*”.

Czas, w jakim Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia odpowiednich wyjaśnień lub dowodów nie powinien być pozostawiony wyłącznie jednostronnej i uznaniowej decyzji Zamawiającego, a powinien być uzasadniony zakresem żądanych informacji i przede wszystkim możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:** Zapis §3 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

3. *W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie nie krótszym jednak niż 7 dni w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. a), b) i d) oraz 14 dni w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. c), zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego:*
  - a) *oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać, w szczególności, dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;*
  - b) *poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres*

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1781 t.j. ze zm.), tzn. powinna/y zawierać imię i nazwisko, data zawarcia umowy, wymiar etatu i nie powinny zawierać adresów pracowników, nr PESEL pracowników;

- c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. b).

**Pytanie 15. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Skutki nieprzedłożenia dokumentów, §3 ust. 4**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia poprzez wskazanie, że tylko zawinione przez Wykonawcę nieprzedłożenie dokumentów zgodnie z Umową może być poczytywane, jako brak zatrudnienia. Wykonawca wskazuje, że nie może ponosić odpowiedzialności za skutki np. zdarzeń losowych, uniemożliwiających mu zadośćuczynienie obowiązkowi.

Prosimy zatem o zmianę postanowienia zgodnie z poniższym:

*„Zawinione niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.”*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 16. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Kara umowna, §7 ust. 1 pkt 1.1.**

Zaproponowana wartość kar z tytułu nieterminowej realizacji jest w ocenie Wykonawcy wygórowana w dacie jej zastrzeżenia, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana **w wartości ułamkowej**, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Łódź, XII C 698/19). Prosimy zatem o modyfikację postanowienia w zakresie zastosowanego współczynnika zgodnie z propozycją:

*„w wysokości **0,2%** kwoty brutto wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy w terminach wynikających z § 2 ust. 6 oraz ust. 21 niniejszej Umowy.”*

**Odpowiedź:** Zapis §7 ust. 1 pkt. 1.1 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.1 w wysokości 2% kwoty brutto wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy w terminach określonych w harmonogramie opisanym w § 2 ust. 6 oraz ust. 21 niniejszej Umowy.

**Pytanie 17. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Kara umowna, §7 ust. 1 pkt 1.2.**

Na zasadzie określonej jak dla pkt 1.1. zwracamy się o dokonanie modyfikacji w pkt 1.2.: *„w wysokości **0,2%** kwoty brutto wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień zawinonego przez Wykonawcę postoju urzędnika pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego w pierwszym dniu uszkodzenia a Wykonawca nie dotrzymał warunków określonych w §2 niniejszej umowy. Za każdy dzień postoju uważa się przerwę nie mniejszą niż 12 godzin.”*

**Odpowiedź:** Zapis §7 ust. 1 pkt. 1.2 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.2 w wysokości 2% kwoty brutto wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień zawinonego przez Wykonawcę postoju urzędnika pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego w pierwszym dniu uszkodzenia a Wykonawca nie dotrzymał warunków określonych w §2 niniejszej umowy. Za każdy dzień postoju

uważa się przerwę nie mniejszą niż 12 godzin.

**Pytanie 18. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Kara umowna, §7 ust. 1 pkt 1.3.**

Uwzględniając fakt, że przedmiotem umowy są usługi (świadczenie ciągłe) - ewentualne odstąpienie/wypowiedzenie od umowy odnosi skutek na przyszłość (ex nunc).

W ocenie Wykonawcy nie jest uzasadnione w takiej sytuacji wyliczanie kwoty kary umownej za zerwanie kontraktu w odniesieniu do usług już rozliczonych pomiędzy stronami - uznanych za wykonane prawidłowo, zwłaszcza w sytuacji, gdy do odstąpienia/wypowiedzenia dojdzie pod koniec obowiązywania umowy. Wykonawca nie powinien być karany za realizację tej części umowy, co do której nie było zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Kara umowna nie powinna być także naliczana od całości wynagrodzenia z tej przyczyny, iż zgodnie z pozostałymi postanowieniami, Wykonawca nie ma pewności co do realizacji 100% wartości umowy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt 1.3.:

„w wysokości 10% **niezrealizowanej** wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, umowy gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia.”

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 19. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Kara umowna, §7 ust. 1 pkt 1.4. i 1.5.**

Wskazujemy, iż zgodnie z art. 433 pkt 2) ustawy Pzp zakazane jest naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy.

Realizacja obowiązków formalnych związanych z dostarczeniem certyfikatów czy polisy ubezpieczeniowej nie ma zasadniczego powiązania z prawidłowym wykonywaniem napraw czy przeglądów sprzętu medycznego.

Prosimy zatem o wykreślenie postanowień, jako sprzecznych z ww. przepisem prawa.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 20. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Kara umowna, §7 ust. 1 pkt 1.6.**

Zważywszy na fakt, że ryzyka obciążenia wykonawców karami umownymi podlegają w kalkulowaniu w cenę ofertę, w interesie Zamawiającego jest także, aby poziom ustanowionych kar umownych oraz możliwe przypadki ich naliczenia uwzględniały powyższą zależność.

Wykonawca zwraca się z prośbą, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w pkt 1.6. na **1000,00 zł**?

**Odpowiedź:** Zapis §7 ust. 1 pkt. 1.6 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

*1.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:*

*1.6 za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, o których mowa w §3 ust. 1 umowy dla których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 2 000 zł. brutto za każdy taki przypadek.*

**Pytanie 21. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Kara umowna, §7 ust. 1 pkt 1.7.**

W związku z tym, że wykaz osób, o którym mowa w pkt 1.7. jest przedstawiany na podstawie umowy, nie zaś wezwania Zamawiającego, jak również biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z art. 433 pkt 2) ustawy Pzp, powoływane we wcześniejszym pytaniu – wnosimy o wykreślenie postanowienia pkt 1.7. ze wzoru umowy.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 22. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Kara umowna, §7 ust. 1 pkt 1.8.**

Stosownie do regulacji wynikających z postanowień wcześniejszych punktów, w celu minimalizacji ryzyk finansowych, które będą musiały zostać objęte ceną zamówienia, Wykonawca zwraca się o zmianę wysokości kary wynikającej z postanowienia na **0,1% wynagrodzenia miesięcznego** Wykonawcy brutto – w miejsce aktualnie ustanowionej kary.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 23. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Zasady ogólne odpowiedzialności, §7 ust. 2**

Prosimy o potraktowanie Wykonawcy symetrycznie (przy zachowaniu równowagi kontraktowej stron) w stosunku do Zamawiającego i zmianę treści ust. 2:

*„Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 24. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Limit kar umownych, §7 ust. 3**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy z 30% na **15%**.

Ze względu na koszt zamówienia będący punktem odniesienia do naliczania kar zasadne jest, aby ryzyka związane z umową zostały wyważone należycie, a zatem tam, gdzie jest to możliwe zminimalizowane.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 25. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Odstąpienie, §8 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie w ww. postanowieniu §8 ust. 1 zastrzeżenia, że oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Zamawiającego: *„po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji obowiązku lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniom w przyszłości i wyznaczeniu mu w tym celu terminu co najmniej 5 dni roboczych.”*

Chcąc zapobiec potrzebie zrywania umowy Wykonawca znajduje uzasadnienie, aby wyznaczyć mu dodatkowy czas na podjęcie przez niego odpowiednich działań, mających na celu przywrócenie prawidłowej realizacji zobowiązań umownych. Zapobieganie zrywaniu umowy chroni także interesy Zamawiającego, który nie jest w takim przypadku zmuszony do poszukiwania nowego dostawcy usługi po nowej, z dużym prawdopodobieństwem - wyższej cenie.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 26. Dotyczące wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), Wyłączenia, §9 ust. 2**

Adekwatnie do pozostałych postanowień wzoru umowy, zwracamy się o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §9 ust. 2 zastrzeżenia: *„W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umownych, w tym §2 ust. 28.”*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 27. Dotyczy wzoru umowy powierzenia danych**

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub czy udostępni swój wzór z możliwością zadania dodatkowych pytań?

**Odpowiedź:** Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych załączono do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie 28.** Czy Zamawiający wymaga by inżynierowie przystępujący do wykonania przeglądów i napraw posiadali najbardziej aktualne szkolenia z zakresu serwisowania (napraw i konserwacji) sprzętu?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 29.** Czy Zamawiające celem zapewnienia ciągłej i należytej opieki serwisowej będzie wymagał dostępu do min. 2 przeszkolonych inżynierów posiadających aktualne na bieżąco prowadzone szkolenia oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje ?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 30.** Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby serwisanci wskazani jako osoby posiadające najbardziej aktualne przeszkolenie posługiwali się językiem polskim i dokonywali wpisów do paszportu w tym języku?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 31.** Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 32.** Prosimy o podanie daty ostatniej wymiany lampy w tomografie komputerowym i jej aktualnego przebiegu.

**Odpowiedź:** Ostatnia wymiana gwarancyjna lampy RTG nastąpiła w dniu 05.01.2023 r. Testy w dniu 05.01.2023 r. Okres gwarancji na lampę upływa w dniu 05.01.2024 r. Do dnia 17.04.2023 r. lampa wykonała 16 mln mAs ekspozycji na gwarantowane 80 mln mAs.

**Pytanie 33. Dot. SWZ, Rozdział VI Podstawy wykluczenia**

W związku z faktem, iż w ostatnim czasie na rynku serwisu aparatury medycznej, w tym **usług serwisowych tomografów komputerowych**, usługi świadczą firmy, z którymi rozwiązano umowy z uwagi na nienależyte wykonanie ww. usług, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę zgodnie z **art. 109 ust. 7 ustawy PZP** tj. Wykonawcę, który *z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego (...), co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy (...).*

Wyrażenie zgody na realizację usług serwisowych tomografów komputerowych przez nierzetelnych Wykonawców, z którymi rozwiązano umowy na skutek nienależytego wykonania umowy w ww. zakresie, może prowadzić do licznych przestoju w pracy urządzenia medycznego, a co za tym idzie zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Szpitala i uniemożliwić realizację badań.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego (...), co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy (...).

Zgodnie z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału VI. ust. 1 SWZ poprzez dodanie pkt. 3) o następującej treści:

**3) w art. 109 ust. 1 pkt. 7 uPzp, tj.:**

- a) *który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękopisami za wady;*

Zmianie ulegają również zapisy Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ w pkt. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

*2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.*

**Pytanie 34. Dot. SWZ, Załącznik nr 8, pkt IV, Rozdział III pkt 20**

Zamawiający w pkt.20 Rozdziału III zapisał *Konieczność zakupu podzespołów i części zamiennych do urządzeń Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu wraz ze wstępną kalkulacją kosztów, przed ich zakupem Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.*

Natomiast w Załączniku nr VIII pkt IV Zamawiający wskazuje, iż *Wynagrodzenie, poza pracami konserwacyjnymi i naprawczymi, obejmują ceny materiałów i użytych części wykorzystanych do naprawy, w tym zakup i montaż lampy RTG (1szt.) do tomografu komputerowego, koszty dojazdu, delegacji i transportu dla dowolnej technicznie uzasadnionej liczby napraw.*

Ww. zapisy wykluczają się. Prosimy o ich ujednoczenie i potwierdzenie czy zakres zamówienia obejmuje w zakresie części zamiennych dostawę jedynie lampy RTG czy również innych części zamiennych niezbędnych do realizacji napraw.



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: *Konieczność zakupu podzespołów i części zamiennych do urządzeń Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu wraz ze wstępną kalkulacją kosztów, przed ich zakupem Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.*

§2 ust. 20 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) – Załącznik nr 5 do SWZ oraz w rozdziale III ust. 20 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

*Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy. Podzespoły i części zamienne użyte do napraw, konserwacji itd. powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania. Części i podzespoły, które wymagają wymiany muszą być nowe i przeznaczone do danego typu urządzenia. Zamawiający dopuszcza, po uzyskaniu wcześniejszej zgody, możliwość zaoferowania części i podzespołów używanych lub regenerowanych w przypadku konieczności ich wymiany, pod warunkiem udzielenia gwarancji na okres min. 12 m-cy na części i podzespoły używane lub regenerowane.*

Zakres zamówienia obejmuje dostawę lampy RTG (1 szt.) oraz innych części zamiennych niezbędnych do realizacji napraw.

**Pytanie 35. Dot. SWZ, Załącznik nr 8, pkt IV**

Prosimy, o potwierdzenie, że Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu będzie wymagał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o wartości 10 mln zł.

Powyższe zagwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą tylko wiarygodne i rzetelne firmy, a Zamawiający będzie miał pewność, że w przypadku awarii w/w aparatu z winy Wykonawcy serwisującego przedmiotowe urządzenie, odpowiedzialność poniesie Wykonawca serwisujący i będzie w stanie pokryć roszczenia do wysokości 10 mln zł za każde zdarzenie. Taki wymaganie pozwoli Zamawiającemu uzyskać oferty od rzetelnych Wykonawców, co jest istotne w kontekście działalności Państwa ośrodka i będzie gwarancją zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznych procedur.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 36. Dot. SWZ Rozdział VII pkt 4 – dokumenty na wezwanie - certyfikaty urządzeń zg z normą PN EN 62353 i PN EN 60601**

W celu zapewnienia Zamawiającemu najwyższej jakości usług, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy – przed wyborem najkorzystniejszej oferty - przedłożenia certyfikatów urządzeń kontrolno-pomiarowych wymaganych do wykonywania przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi normy PN EN 62353 i PN EN 60601 lub równoważnych.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 37. Dot. § 2 pkt 16 wzoru umowy – czas reakcji na zgłoszenie awarii – kary umowne**

W celu zapewnienia wysokiej jakości serwisu oraz egzekwowania czasu reakcji serwisu rozumianego jako podjęcie interwencji przy urządzeniu, prosimy o dodanie w par. 7 umowy poniższego zapisu:

*„Za zwłokę w przybyciu do siedziby Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki”.*

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 38. Dotyczy rozdziału VI SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonawcę, któremu w okresie ostatnich trzech lat została wypowiedziana umowa z przyczyn leżących po jego stronie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego (...), co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy (...).

Zgodnie z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału VI. ust. 1 SWZ poprzez dodanie pkt. 3) o następującej treści:

**3) w art. 109 ust. 1 pkt. 7 uPzp, tj.:**

- a) *który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia*

*lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;*

Zmianie ulegają również zapisy Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ w pkt. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

*2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.*

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- **składania ofert: 27.04.2023 r. godz. 10:00;**

- **otwarcia ofert: 27.04.2023 r. godz. 10:30;**

- **termin związania ofertą: 26.05.2023 r.**

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia *po modyfikacji*,

- Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu *po modyfikacji*,

- Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Wzór umowy) *po modyfikacji*,

- Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

*WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.*

*DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ*

*Wiceprezes Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. –*

*lek. med. Urszulę Marjańską.*