

Ostrzeszów dnia: 2024-07-05

**Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.**

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa rękawic i opatrunków do apteki szpitalnej..

Numer referencyjny: OCZ/ZP-11/2024

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający, **Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 44:**

Pakiet nr 2 Diagnostyczne -lateksowe i nitylowe poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne LATEKSOWE ,niejałowe ,bezpudrowe z wewnętrzną powłoką chlorowaną, zawartość protein lateksu 26ug/g, grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,12 mm, na dłoni minimum 0,10 mm ,na mankiecie minimum 0,07 mm. Długość minimum 240mm.Poziom AQL 1,5 (informacja fabryczna na opakowaniu). Siła zrywu przed starzeniem minimum 7N. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100szt. Rozmiar S-L

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 45:**

Pakiet nr 2 Diagnostyczne -lateksowe i nitylowe poz. 4-7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana. Kolor fioletowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,11 mm,

na dłoni minimum 0,07 mm. Na mankiecie minimum 0,06mm. Długość minimum 265 mm. Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ). Siła zrywu przed starzeniem minimum 6 N. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100 szt. Rozmiar S-XL.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 46:**

Pakiet nr 2 Diagnostyczne -lateksowe i nitylowe poz. 8-11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Wewnętrznie chlorowane (bez obustronnej polimeryzacji). Kolor czarny, z teksturą na końcach palców. Grubości minimalne: na palcu 0,10 mm, na dłoni 0,09 mm oraz na mankiecie 0,07 mm. Długość minimum 240 mm. Poziom AQL 1,5. Siła zrywu przed starzeniem min. 7N. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Odporne na bakterie, grzyby i wirusy, odporność chemiczna (bez cytotatyków). Opakowanie x 100 szt. Rozmiar S-XL

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 47:**

Pakiet nr 2 Diagnostyczne -lateksowe i nitylowe poz. 12-14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Wewnętrznie chlorowane (bez obustronnej polimeryzacji). Kolor biały. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,09 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm. Długość minimum 240 mm. Poziom AQL 1,5 (informacja fabryczna na opakowaniu ). Siła zrywu przed starzeniem minimum 6 N. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III .Opakowanie x 100 szt (z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań) Rozmiar S-L.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 48:**

Pakiet nr 2 Diagnostyczne -lateksowe i nitylowe poz. 15-17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Wewnętrznie chlorowane (bez obustronnej polimeryzacji). Kolor pomarańczowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,17 mm, na dłoni minimum 0,12 mm, na mankiecie minimum 0,08 mm. Długość minimum 280 mm. Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 13,5N .Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III . Opakowanie x 100 szt. Rozmiar S-L

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 49:**

Pakiet nr 2 Chirurgiczne pudrowane poz. 1-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE pudrowane , zawartość protein lateksu poniżej 10 ug/g . Siła zrywu przed starzeniem minimum 14N, długość minimum 280 mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,20 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III . Rozmiar 6,5-8,5.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 50:**

Pakiet nr 2 Chirurgiczne bezpudrowe poz. 1-2

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne jałowe , ORTOPEDYCZNE ,bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną , powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni, silikonowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana . Kolor brązowy , długość minimum 295 mm. Grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,33 mm (+/-0,03)mm . Poziom AQL 0,65 . Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIA i środek ochrony osobistej kategorii III. Siła zrywu przed starzeniem minimum 27N. Rozmiar 7,5-8,0

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 51:**

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania poniższych rękawic:  
Rękawice chirurgiczne jałowe , ORTOPEDYCZNE ,bezpudrowe, mankiet rolowany bez opaski samoprzylepnej, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana; powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana . Kolor brązowy , długość minimum 280 mm. Grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,28 mm. Poziom AQL 0,65 . Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIA i środek ochrony osobistej kategorii III. Siła zrywu przed starzeniem minimum 13,35 N. Rozmiar 7,5-8,0

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 52:**

Pakiet nr 2 Chirurgiczne bezpudrowe poz. 3-5

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania poniższych rękawic:  
Rękawice chirurgiczne jałowe NEOPRENOWE, bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana, kolor kremowy, długość minimum 300mm; siła zrywu przed starzeniem min. 10N, wydłużenie minimalne przed starzeniem 950%. Rozmiar 6,5-8,0

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 53:**

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania poniższych rękawic:  
Rękawice chirurgiczne jałowe NEOPRENOWE, bezpudrowe, mankiet rolowany bez opaski samoprzylepnej. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana; powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana w technologii warstwowej; kolor jasnobrązowy, długość minimum 295mm; siła zrywu przed starzeniem min. 11N. Rozmiar 6,5-8,0

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 54:**

Pakiet nr 2 Chirurgiczne bezpudrowe poz. 6-10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania poniższych rękawic:  
Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna pokryta polimerem, zawartość lateksu  $\leq 10,0 \mu\text{g/g}$ . Siła zrywu przed starzeniem min. 13N, długość rękawa min. 281mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,20 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIA, środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 6,5-8,5

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**