	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3		

Elbląg, dnia 19.11.2024r.

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku- uzupełnienie\_3, Nr sprawy ZP/35/2024.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

#### Pytanie 1 – SWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w tych pozycjach, gdzie jednostką miary jest sztuka?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 2 – p 51

Niektóre oferowane w pakiecie 51 wyroby tj: pipety typu Pasteura, końcówki do pipet automatycznych, bagietki laboratoryjne, ssawki gumowe do szklanych pipet, próbówki szklane laboratoryjne, szczotki do probówek, nie są wyrobami medycznymi, lecz laboratoryjnymi. Przy sprzedaży obowiązuje je podstawowa stawka VAT 23%. W związku z tym prosimy też o zmianę wymagań określonych w SWZ część XIII pkt 1.1 i dopuszczenie produktów, które nie są wyrobami medycznymi oraz wprowadzenie wymogu posiadania wymienionych w tym punkcie dokumentów tylko dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający posiada odpowiedni zapis w SWZ.**

#### Pytanie 3 – p 51 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pipetek transportowych typu Pasteura z PE o dł. 150mm, o poj. użytkowej 1ml z podziałką.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 4 – p 51 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie korków do probówek 4 ml pakowanych po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 5 – p 51 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie korków do probówek 11 ml pakowanych po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 6 – p 51 poz 12

Prosimy o dopuszczenie korków do probówek 4 ml pakowanych po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 7 – p 51 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek szklanych wykonanych ze szkła boro krzemowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 8 – wzór umowy § 6 ust 1- pakiet 7 i 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki?


**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

#### Pytanie 9 - § 6 ust 2- pakiet 7 i 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,2% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu?

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

#### Pytanie 10 - § 6 ust 2- pakiet 7 i 45

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy:  <b>ZP/35/2024</b></p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-  uzupełnienie_3</p>		

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.?

**Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza kary umowne w w/w zakresie do 20%. Zmiany dołącza do wyjaśnień.**

**Pytanie 11 – p 40**

Zestaw zawierający :

- 1 silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w XRO, długość 60cm średnica 2.0 x 3.2mm
- 1 wprowadzacz typu Desilet
- 1 igła typu Alena Fr 10
- 1 końcówka uciskowa (kod 2196.30)
- 1 17G igła długość 98mm
- 2 łączniki ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12 – p 43 poz 1**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników saturacji, jednorazowego użytku, dla noworodka lub dorosłego, <3kg lub >40kg ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13 – p 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk w opakowanie handlowe typu dyspenser: 30 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 14 – p 43**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje czujnika w technologii Nellcor czy w Nellcor Oximax?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujnika w technologii Nellcor.**

**Pytanie 15 - § 2 ust. 3 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16 - §3 ust 3 wzoru umowy**

Czy Zamawiający odstąpi od potwierdzania reklamacji poprzez faks? W dobie elektroniczacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od składania reklamacji za pomocą faks.**

**Pytanie 17 - § 6 ust. 8 wzoru umowy**

Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. potrącania wysokości kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 18 – p 33 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 33 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:


Kaniuła typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obróbka panewki stawu barkowego. Dostępność w poniższych rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego.

- o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm
- o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm
- o średnicy 6 mm i długości 70 mm
- o średnicy 6 mm i długości 90 mm
- o średnicy 7 mm i długości 70 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 19 – p 51**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 51 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy:  <b>ZP/35/2024</b></p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3</p>		

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Szpeciallynie trudne stanie się wycenienie szkiełek nakrywkowych czy końcówek, jeśli Zamawiający zgodzi się na podanie cen do 3-4 miejsc po przecinku, to również zaoszczędzi środki finansowe, gdyż będzie można zaoferować niższą cenę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 20 – wzór umowy**

Par. 2 pkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu nr 2 pkt 1 wzoru umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21 – wzór umowy**

Dot. par. 5. Prosimy o umożliwienie przesyłania faktur w formacie PDF drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22 – wzór umowy**

Dot. par. 6 pkt 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w paragrafie 6 ust. 4 wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości brutto umowy niezrealizowanej z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 23 – p 51 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie pipetek transportowych typu Pasteura z PE o dł. 150mm, o poj. użytkowej 1ml i całkowitej ~4ml, z podziałką do 1,0ml co 0,25 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24 – p 51 poz 2**

Czy Zamawiający wymaga płyty do oznaczania grup krwi i serologii z rowkiem usztywniającym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 25 – p 51 poz 6**

Prosimy o dopuszczenie opak. po 10 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 26 – p 51 poz 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 27 – p 51 poz 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek szklanych wykonanych ze szkła boro krzemowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 28 – p 51 poz 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek szklanych o poj. 5 ml, o podanych wymiarach 12x75 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**


**Pytanie 29 – p 51**

Prosimy o umożliwienie zmiany podanej w zał. Nr 1.51 stawki VAT – dotyczy produktów niebędących wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający posiada odpowiedni zapis w SWZ.**

**Pytanie 30- p 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3		

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przeliczenia ilości.**

**Pytanie 31 – p 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następujących czułościach i swoistościach względem metody porównawczej PCR?

Grypa A czułość 93,02% swoistość 97,26%  
 Grypa B czułość 93,62% swoistość 97,84%  
 Sars-Cov-2 czułość 95,00% swoistość 99,75%  
 RSV czułość 94,12% swoistość 97,87%

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 32 – p 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, Grypy A/B, RSV próbkach z wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła u ludzi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 33 – p 33**

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie gwintowanej kaniuli do artroskopii barku o długościach 75mm oraz 90mm, średnice 5,0mm; 6,5mm; 8,0mm do wyboru przez Zamawiającego? Produkt jednorazowy, sterylny.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 34 – p 13**

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści porty w całości wykonane z tworzywa wysokosprawnego- korpusu portu i elementu ustalającego są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą zapobiegającą powstawaniu skrzepin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu), 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm, średnica membrany 12,7 mm, pojemność 0,52ml – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa, igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g, igła wprowadzająca 18 G, rozrywalna koszulka, prowadnica. Możliwość podawania kontrastu PSI do 300. Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć, Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 -Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m) W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

dla pozycji 3 port 8F średnica zewnętrzna 2,6mm, wewnętrzna 1,6mm  
 dla pozycji 4 port 6F średnica zewnętrzna 2,1mm, wewnętrzna 1,3mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 35 – p 14**

Czy Zamawiający umożliwi składanie ofert na pozycje 1,2 bez pozycji 3? Producenci portów naczyniowych pakują zestawy do wszczepiania portów w jedno opakowanie wraz z portami. Nie ma uzasadnienia dla wymogu dodatkowego zestawu do wszczepiania portu. Pozostawienie zapisu budzi wątpliwości odnośnie zachowania zasad konkurencyjności w pakiecie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia według własnych potrzeb.**

**Pytanie 36 – p 14**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści port naczyniowy tytanowy o wysokości „do” 13,8 mm i o średnicy podstawy „do” 30 mm z cewnikiem posilikonowym o długości od 500 mm-660mm (nadmiar można uciąć). Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm-2,5mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm-1,4mm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem


**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 37 – p 14**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści port wykonany w całości z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon) o wysokości „do” 13,8 mm i o średnicy podstawy „do” 30 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości od 500 mm- do 630 mm (nadmiar można uciąć). Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm-2,6mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm-1,6mm. Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką wykonaną z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon). Pozostałe parametry zgodnie z opisem

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 38 – p 19**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3		

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia przez nos dostępne w rozmiarach CH 06, CH08 i CH10?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 39 – p 21**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do usuwania zszywek wykonany z ABS-u?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 40 – p 21**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do usuwania zszywek w opakowaniu zbiorczym a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 41- p 49**

Czy Zamawiający dopuści aspirator do rozlanych płynów z drenem o długości min. 182cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 42 – p 50 poz 1c**

Czy Zamawiający dopuści licznik igieł z nieprzezroczystym wieczkiem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 43 – p 2 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej maski tlenowej dla dzieci z drenem 2,1m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający, dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przęciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) – 79,7% (+/-1,7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). W masce dwa otwory po obu stronach maski (średnica ok. 2cm). Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, złącza standardowe, żeńskie na wcisk. Maska posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 1000 sztuk masek, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 44 – p 2 poz 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej maski tlenowej dla dorosłych z drenem 2,1m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający, dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przęciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) – 79,7% (+/-1,7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). W masce dwa otwory po obu stronach maski (średnica ok. 2cm). Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, złącza standardowe, żeńskie na wcisk. Maska posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 1000 sztuk masek, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 45 – p 2 poz 3**


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do nebulizacji z możliwością wpięcia do układu oddechowego składający się z łącznika T, nebulizatora, ustnika, rury karbowanej i drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym 2,1 m. Sterylny, pakowany pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przęciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) – 79,7% (+/-1,7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M pasującym do masek i ustników?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 46 – p 2 poz 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej maski tlenowej dla dzieci z drenem 2,1m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający, dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji.



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy:  <b>ZP/35/2024</b></p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3</p>		

Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) – 79,7% (+/-1,7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). W masce dwa otwory po obu stronach maski (średnica ok. 2cm). Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, złącza standardowe, żeńskie na wcisk. Maski posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 1000 sztuk masek, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 47 – p 2 poz 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej maski tlenowej dla dorosłych z drenem 2,1m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający, dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) – 79,7% (+/-1,7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). W masce dwa otwory po obu stronach maski (średnica ok. 2cm). Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, złącza standardowe, żeńskie na wcisk. Maski posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 1000 sztuk masek, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 48 – p 6 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 5, dla pacjentów o wadze 70-100kg o maksymalnej objętości mankieta 50ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 49 – p 7 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z pompowanym mankiem. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Przezroczysta kopuła umożliwi ciągłą obserwację pacjenta. Dobrze przylegający, miękki mankiet pompowany przy pomocy zaworu. Rozmiary: 0-6. Port łączący dla rozmiarów 0-1: 15mm, dla rozmiarów 2-6: 22mm. Maski jednorazowego użytku, wykonane z PCV bez zawartości ftalanów i lateksu. Opakowanie foliowe, mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 50 – p 7 poz 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 51 – p 7 poz 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o oporze 0,6 przy 30l/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 52 – p 7 poz 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 22g?


**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 53 – p 8 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Potrójny znacznik głębokości
- Skalowana jednostronnie co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2024</p>
---	---	----------------------------------

**Pytanie 54 – p 8 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę, z uwagi na fakt, iż rurki zbiorczo pakowane są po 25 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 55 – p 10 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji dla dorosłych o masie ciała >40kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 56 – p 10 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z workiem o pojemności 1650ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 57 – p 10 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z drenem o długości 2,1m?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 58 – p 10 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z rezerwuarem tlenowym o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 59 – p 10 poz 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji dla dzieci o masie ciała 10-30kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 60 – p 10 poz 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji nie posiadający zastawki PEEP?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 61 – p 10 poz 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z maską w rozmiarze 2 (maska w rozmiarze 3 dołączona osobno)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 62 – p 10 poz 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z drenem o długości 2,1m?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 63 – p 10 poz 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z rezerwuarem tlenowym o pojemności 1600ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 64 – p 43 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla noworodka lub dorosłego o wadze <3kg lub >40kg?


**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 65 – p 45 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku- uzupełnienie_3</p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2024</p>
--	--	----------------------------------

#### **Pytanie 66 – SWZ**

Prosimy w zakresie pakietu nr 31 o wydłużenie terminu dostaw, będącego jednocześnie kryterium oceny ofert, z maksymalnie 3 dni roboczych do maksymalnie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wskazany maksymalny 3-dniowy termin dostaw jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 67 – wzór umowy §3 ust.5**

Wnosimy wydłużenie terminów dotyczących reklamacji ilościowych oraz jakościowych do 5 dni roboczych liczonych odpowiednio od dnia zgłoszenia w wypadku reklamacji dotyczących ilości oraz od dnia otrzymania przez Wykonawcę wadliwego asortymentu, w wypadku reklamacji jakościowych.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie 68 – wzór umowy §4 ust.1**

Wnosimy o odstąpienie od zapisów powyższego ustępu jako zbyt restrykcyjnego dla Wykonawcy. Zamawiający przewidział już we wzorze umowy kary umowne w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru wadliwego oraz przewidział możliwość zakupu interwencyjnego (§ 6 ust 2 i 3 ) co jest już dostatecznie dotkliwym środkiem dyscyplinującym dla Wykonawcy

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie 69 – wzór umowy §6 ust.1**

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 do wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotowej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia częściowego.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie 70 – wzór umowy §6 ust.2**

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.2 do wysokości 0,3% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotowej umowy ponad termin określony w §3 ust. 5., jednak nie więcej niż 5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie 71 – wzór umowy §6 ust.4**

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.4 do wysokości 5% wartości brutto umowy niezrealizowanej.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie 72 – wzór umowy §6 ust.7**

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienił warunek umowy, zmianę dołączono do wyjaśnień.**

#### **Pytanie 73 – p 49**

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych klasyfikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby oferowane w postępowaniu, zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ww ustawy i tym samym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w przypadku zaferowania sprzętu, który nie jest wyrobem medycznym (Vat 23%) w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, Zamawiający oczekuje stosownego oświadczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieścił stosowną informację w SWZ.**


#### **Pytanie 74 – p 45 poz 1**

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny jednorazowego użytku o przestrzeni martwej 60 ml, objętość oddechowca 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,999%, oporze przepływu mniejszym lub równym 2mbar przy 30l/min oraz wadze 22,8g? Filtr bez PVC i lateksu, ze złączem kątowym oraz portem próbkującym. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 75 – wzór umowy §1 ust. 1 pkt 3**



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy:  <b>ZP/35/2024</b></p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3		

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §1 ust. 1 pkt 3) umowy kolejne zdania w następującym brzmieniu: „Zamawiający nie może udostępniać przedmiotu użyczenia osobom trzecim pod rygorem możliwości jego natychmiastowego odebrania. Przedmiot użyczenia będzie użytkowany zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji, ponadto Zamawiający zabezpieczy go przed zagubieniem i uszkodzeniem. Usterki spowodowane nieprawidłową eksploatacją przedmiotu użyczenia będą usuwane na koszt Zamawiającego. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przedmiot użyczenia zostanie zwrócony w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.”?

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do umowy w brzmieniu” Zamawiający nie może udostępniać przedmiotu użyczenia osobom trzecim pod rygorem możliwości jego natychmiastowego odebrania. Przedmiot użyczenia będzie użytkowany zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji, ponadto Zamawiający zabezpieczy go przed zagubieniem i uszkodzeniem. Usterki będą usuwane na koszt Dostawcy. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przedmiot użyczenia zostanie zwrócony Dostawcy”**

**Pytanie 76 – wzór umowy §4 ust. 1-3 oraz §6 ust. 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §4 ust. 1-3 oraz §6 ust. 5 projektu umowy, że prawo Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym dotyczyć będzie tylko powtarzających się trzykrotnie, zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę uchybień?

Uzasadnienie:

Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony powinno nastąpić przed upływem okresu na jaki została zawarta jedynie wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Z tego względu ww. prawo powinno aktualizować się po stronie Zamawiającego w przypadku wielokrotnych i rażących naruszeń wynikających z winy Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy umowy w §6 ust. 5.**

**Pytanie 77 – wzór umowy §5 ust. 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie pkt 1 (w całości) w treści §5 ust. 3 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Niedochowanie terminu płatności przez Zamawiającego stanowi naruszenie warunków umowy i w takiej sytuacji Wykonawca musi mieć prawo podjęcia stosownych działań, w tym przerwania dostaw. Zaznaczyć należy przy tym, że Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych zaś nieregulowanie w terminie wymagalnych zobowiązań stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto, klauzula daje Zamawiającemu nieuzasadnioną przewagę względem Wykonawcy, co nie może mieć miejsca – współpraca stron ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i musi zapewniać mu rentowność.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 78 – §7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie klauzul przewidujących obniżenie cen zaoferowanego towaru – tj. §7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 (drugi z tak oznaczonych) projektu umowy?

Uzasadnienie:

Ww. klauzula zapewnia Zamawiającemu nieuzasadnioną przewagę, naruszając zasadę kontraktowej równowagi stron. Przede wszystkim należy wskazać, że cena ofertowa stanowi wynik kalkulacji, która uwzględnia ryzyko zarówno obniżki, jak i podwyżki cen na rynku producentkim, wobec czego Zamawiający nie może oczekiwać od Wykonawcy rabatów/upustów. W przypadku waloryzacji, mechanizm ewentualnej obniżki powinien być analogiczny w stosunku do tego, który obowiązuje w odniesieniu do podwyżki cen – strony powinny bowiem posiadać analogiczne zabezpieczenie swoich interesów.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 79 – §7 ust. 3**

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §7 ust. 3 (pierwszy z tak oznaczonych) projektu umowy punkt nr 4?

Uzasadnienie:

Wykonawca stoi na stanowisku, że ustawa PZP przewiduje określenie w treści umowy limitu dla wszystkich zmian wynagrodzenia, a nie dla poszczególnych zmian – dlatego prosi o wykreślenie pkt 4 z uwagi na brak podstaw do wprowadzenia do umowy takiego ograniczenia.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**


**Pytanie 80 –**

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §7 ust. 5 projektu umowy, że Zamawiający zrealizuje umowę w min. 80% jej wartości i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy ?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka, co byłoby niekorzystne dla każdej ze stron. W ww. zakresie Wykonawcy powinno służyć roszczenie o realizację umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesów Wykonawcy byłaby w zasadzie jedynie iluzoryczna.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2024</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3</p>		

### Pytanie 81 – wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §7 ust. 7 projektu umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: „Jeżeli cena zamiennika będzie wyższa niż cena towaru objętego umową, Wykonawca dostarczy zamiennik po aktualnej cenie rynkowej.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do realizowania umowy ze stratą. Jeśli zamienniki dostępne na rynku będą droższe niż towary objęte umową, to Wykonawca może je dostarczać po aktualnych cenach.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

### Pytanie 82 – wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie w §7 ust. 8 projektu umowy fragmentu: „przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.”?

Uzasadnienie:

Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony powinno nastąpić przed upływem okresu, na jaki została zawarta jedynie wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W sytuacji opisanej w ww. klauzuli, Zamawiający powinien realizować umowę do końca okresu jej obowiązywania, ewentualnie – wprowadzić prawo jej rozwiązania za wypowiedzeniem, by zapewnić Wykonawcy większą stabilność w zakresie wiążącego strony stosunku obligacyjnego.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

### Pytanie 83 – p 20 poz 1

Prosimy o dopuszczenie zestaw do nawilżania z adapterem stanowiący system zamknięty zawierający sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny) spełniającą normę sterylności USP 71, pojemność 350ml. Czysty łącznik między pojemnikiem a reduktorem wyposażony w bolec, który automatycznie podczas nakręcania przekłupa pojemnik. Sposób przepływu tlenu zapewniający właściwe nawilżenie – tlen zintegrowany z pojemnikiem kanałem jest kierowany do mikrodyfuzorów w podstawie. Mikrodyfuzor wytwarza mniejsze pęcherzyki tlenu przechodzące przez wodę i większe poruszenie powierzchni, co zapewnia cichą pracę. Łącznik posiada zintegrowaną zastawkę bezpieczeństwa która wytwarza alarm dźwiękowy ostrzegający personel o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego. Zestaw kompatybilny z dozownikami dostosowanymi do systemu typu Respiflo m.in. Farum, Awamed. Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 84 – p 43

Prosimy o dopuszczenie Czujnik saturacji, jednorazowego użytku, dla noworodka lub dorosłego, <3kg lub >40kg, kompatybilny z Nellcor (oryginalny), mikrobiologicznie czysty, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%, niezawierający lateksu, z kablem o długości 90cm. Opakowanie x 24 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 85 – p 26

Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o poniższych parametrach:

Materiał wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjnych zawierający mieszaninę hialuronianu sodu i chondroitynosiarczanu sodu.

Stężenie 2% hialuronianu sodu i 2% chondroityny siarczanu

Masa cząsteczkowa 3 mln Da (mln Daltonów)

Lepkość 40 000 +15 000mPa-s

Osmolarność 340-400 mOs/kg

Temperatura przechowywania 2°-25°C

Ph: 6.8-7.6


Objętość sterylnej ampułkostrzykawki 1,0ml

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 86

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3		

### Pytanie 87 – wzór umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

### Pytanie 88 – wzór umowy

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

### Pytanie 89 – wzór umowy

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian**


### Pytanie 90 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis, zmiany dołączono do wyjaśnień.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/35/2024</p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3		

#### Pytanie 91 – p 52 poz 1a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników ze szczelną zatyczką. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 92 – p 52 poz 1h

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników z zakręcaną zakrętką pakowanych po 36 sztuk (w równej ilości 25 opakowań). Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 93 – p 18

Czy w Pakiecie 18 Zamawiający dopuści test o następujących czułościach i swoistościach dla wymazu z nosa, wyznaczonych wobec najlepszej i najbardziej dokładnej metody PCR:

Antygen grupy A czułość 85%, swoistość 99%; Antygen grupy B czułość 95%, swoistość 100%; Antygen RSV czułość 92,31%, swoistość 100%; Covid czułość 93%, swoistość 100%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 94 –

Testy diagnostyczne są wyrobem medycznym wymagającym zachowania specjalnych warunków przechowywania (temperatura przechowywania w zakresie ściśle określonym przez producenta). Przechowywanie testów w nieodpowiednich warunkach skutkuje uzyskaniem zafałszowanych wyników pomiarów, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wykonawca, który przechowuje testy w warunkach nie odpowiadających wymogom producenta, szczególnie latem lub zimą (np. w starej szopie lub nieogrzewanym garażu), nie zagwarantuje prawidłowego działania takiego wyrobu. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na Pakiet 18 certyfikatu jednostki notyfikowanej wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora lub reprezentującego go wykonawcy, potwierdzającego spełnienie normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania testów diagnostycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pytanie 95 – p 2 poz 1

Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa pediatriczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 cm i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 96 – p 2 poz 2


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 97 – p 2 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 µm potwierdzone w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy:  <b>ZP/35/2024</b></p>
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku-uzupełnienie_3		

**Pytanie 98 – p 2 poz 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerzolowa pediatryczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 99 – p 2 poz 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerzolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 100 – p 45 poz 1**

Czy W pakiecie nr 45, poz. 1 Zamawiający dopuści filtr:

Filtr mechaniczny HEPA jednorazowego użytku,

- przestrzeń martwa, mniejsza, korzystniejsza 35ml,
- objętość oddechowa, szersza, korzystniejsza 100-150 ml ( obsługuje objętość 300-1500 ml)
- 3 -krotnie wyższa filtracja bakteryjna i wirusowa 99,999999%,
- opór przepływu niższy, korzystniejszy 0,8 mbar przy 30l/min,
- masa 35g,
- bez PVC i lateksu,
- jeden króciec skośny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Dyrektor  
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  
(-)  
lek. Mirosław Gorbaczewski