



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/23/19

Sucha Beskidzka, dnia 17.05.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (III)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy Załącznik nr 1c - Pakiet nr 3 Lampa bezcieniowa mobilna

1. Ad5. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której 18 diod rozmieszczonych jest równomiernie w jednym module? Tego typu rozwiązanie nie wpływa na parametry i funkcjonalność lampy. Jest to rozwiązanie równoważne.

Odp. Ilość diod tak, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Ad6. Czy Zamawiający dopuści wymianę modułu z 18 diodami? Wymiana całego modułu gwarantuje jednakowe parametry wszystkich diod. Jest to rozwiązanie lepsze niż wymagane. Czy w związku z tym Zamawiający przyzna za to rozwiązanie 25 punktów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Ad9. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, wyposażoną w 18 diod równomiernie rozmieszczonych w jednym module? Rozwiązanie takie gwarantuje większą jednorodność plamy świetlnej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Ad12. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja natężenia i włączanie oraz wyłączanie realizowane jest przy pomocy paneli umieszczonych na kopule? Jest to rozwiązanie równoważne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Ad13. Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 4400K? Jest to różnica niezauważalna dla oka, czy Zamawiający przyzna za to rozwiązanie 25 punktów?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, parametr oceniany.

6. Ad14. Czy Zamawiający dopuści współczynnik $R9 = 82$? Wysokość tego parametru jest wystarczająca dla lamp zabiegowych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej
mgr Janusz Barczewski

Dział Zamówień Publicznych
Członek Stowarzyszenia