



ZZP.2380.66.2024

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Dostawa wraz z obsługą serwisową cyfrowej linii drukującej do produkcji fotografii w technologii elektrograficznej dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.<sup>1</sup>

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pkt 1.6 OPZ.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie, które obsługuje baner o maksymalnym rozmiarze 330x1260 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie, które obsługuje baner o maksymalnym rozmiarze 330x1260 mm. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany<sup>2</sup> treści SWZ polegające na zmianie zapisu w pkt 1.6.1 OPZ, który otrzymuje brzmienie:

*1.6.1 Co najmniej od 100 x 148 mm do 330 x 487 mm, do 330 x 1260 mm (dot. obsługi mediów banerowych);*

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pkt 1.12 OPZ.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie, które będzie wyposażone w dwie kasety podciśnieniowe dla formatu papieru 330x488 mm z obsługą gramatury od 40 do 470 g/m<sup>2</sup> o pojemności całkowitej 4400 arkuszy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na urządzenie, które będzie wyposażone w dwie kasety podciśnieniowe dla formatu papieru 330x488 mm, jednak kasety te muszą być regulowane również do formatu A3, tj. 297x420. Ponadto uwzględniamy możliwość obsługi gramatury od 40 do 470 g/m<sup>2</sup> o pojemności całkowitej 4400 arkuszy.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany<sup>2</sup> treści SWZ polegające na zmianie zapisu w pkt 1.12.1 OPZ, który otrzymuje brzmienie:

*1.12.1 Urządzenie wyposażone w co najmniej dwie kasety podciśnieniowe dla formatu papieru 330x488 mm (kasety te muszą być regulowane również do formatu A3 tj. 297x420 mm) z obsługą gramatury od 40 do 470 g/m<sup>2</sup> o łącznej pojemności co najmniej 4400 arkuszy.*

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
w Poznaniu  
Zzup. 2380.66.2024  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Poznaniu  
mgr inż. Michał Małota

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus.

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą”

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy