

Nr sprawy 26AZ/SM/VIII/2020

Gniezno, dn. 15.09.2020 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR I

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 26AZ/SM/VIII/2020 – Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego 2-segmentowe leże wykonane jest z solidnych, odpornych na dezynfekcję, przeziernych dla promieni RTG paneli z tworzywa HPL (bez ostrych krawędzi i rogów)?

Ad. 1 Tak dopuszcza

2. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 8. i 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego szerokość całkowita niezależnie czy barierek są podniesione, czy opuszczone wynosi 840mm?

Najbardziej wystającymi elementami wózka są krążki odbojowe, po których obrysie liczona jest szerokość całkowita – w związku z czym pozycja barierek nie ma wpływu na szerokość całkowitą wózka.

Ad. 2 NIE zgodnie z SIWZ

3. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony, i przyzna 5pkt. wykonawcy, który zaoferuje wózek z wymiarami leża:

- długość: 1990mm
- szerokość: 600mm

Ad. 3 NIE zgodnie z SIWZ

4. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w składane, ergonomiczne ręczki zlokalizowane od strony głowy pacjenta (składane poniżej poziomu materaca dla ułatwienia dostępu podczas reanimacji), natomiast od strony nóg pacjenta wózek zaopatrzony w wyjmowany uchwyt do pchania wózka?

Ad. 4 NIE zgodnie z SIWZ

5. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego centralny system blokowania kół obsługiwany jest za pomocą trójpozycyjnych dźwigni dostępnych w każdym z 4 narożników wózka?

Ad. 5 NIE zgodnie z SIWZ

6. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcie pleców regulowany jest za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0-62°?

Ad. 6 NIE zgodnie z SIWZ

7. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcie pleców regulowany jest za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0-75°?

Ad. 7 NIE zgodnie z SIWZ

8. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony, i przyzna 5pkt. wykonawcy, który zaoferuje wózek z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 0-14°, realizowaną za pomocą obustronnie dostępnych dźwigni nożnych?

Ad. 8 NIE zgodnie z SIWZ

9. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego regulacja wysokości, pozycji Trendenbarga i anty-Trendelenburga realizowana jest za pomocą dwóch dedykowanych, obustronnie zlokalizowanych dźwigni nożnych?

Ad. 9 NIE zgodnie z SIWZ

10. Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych - 2szt. Pkt. 24.

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony, i przyzna 5pkt. wykonawcy, który zaoferuje wózek wyposażony w materac o grubości 10cm w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, paro-przepuszczalnym, niepalnym, stabilizowanym na leżu za pomocą stalowych uchwytów?

Ad. 10 NIE zgodnie z SIWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni (6 tygodni) od podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować zamówienie. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia

Ad.1 TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy z 30dni na 42 dni

2. Prosimy (w pkt. 5) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w pionowy uchwyt na butlę z tlenem?

Ad. 2 Zamawiający oczekuje aby wózek był wyposażony w pionowy uchwyt na butlę z tlenem

3. Prosimy (w pkt. 7) o wyrażanie zgody na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2060 mm. Oferowana długość wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i pozwala na zaoferowanie wymiarów leża (przestrzeni dla pacjenta) zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego w pkt. 10 tj. długości min. 193 cm oraz szerokości min. 61 cm.

Ad. 3 NIE zgodnie z SIWZ

4. Prosimy (w pkt. 8 i 9) o wyrażanie zgody na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 810 mm. W oferowanym wózku szerokość całkowita wózka wynosi 810 mm bez znaczenia czy barierki są opuszczone, czy podniesione.

Ad. 4 NIE zgodnie z SIWZ

5. Prosimy (w pkt. 11) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej), składane poniżej poziomu materaca; od strony nóg wózek wyposażony w chromowany uchwyt (w kształcie pałaka), wyjmowany ułatwiający manewrowanie wózkiem. Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Ad. 5 NIE zgodnie z SIWZ

6. Prosimy (w pkt. 12) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego standardowo w cztery koła jezdne, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego (z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej) oraz dodatkowo posiadającego piąte koło zapewniające manewrowanie i sterowanie wózkiem. W oferowanym wózku piąte koło wyposażone jest w mechanizm dociskający koło do podłoża, który ułatwia precyzyjną jazdę wózkiem. Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne, jak wskazane przez Zamawiającego.

Ad. 6 TAK dopuszcza

7. Prosimy (w pkt. 14) o wyrażenie zgody na zaoferowanie hydraulicznej regulacji wysokości leża dostępnej z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 62,5 – 93,5 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca).

Ad. 7 TAK dopuszcza

8. Prosimy (w pkt. 17) o wyrażenie zgody na zaoferowanie barierki bocznej stalowej, lakierowanych proszkowo (czerwone elementy aktywujące), składanych, z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Oferowany parametr nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Ad. 8 NIE zgodnie z SIWZ

9. Prosimy (w pkt. 19) o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji segmentu pleców manualnie ze wspomaganiami sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 83,5°. Oferowany zakres będzie wystarczający, aby ustawić segment oparcia pleców pod odpowiednim, bezpiecznym kątem dla pacjenta, ponadto ustawienie segmentu pod kątem prostym (90°) jest nieergonomiczne i może być niebezpieczne dla pacjenta.

Ad. 9 NIE zgodnie z SIWZ

10. Prosimy (w pkt. 20) o przyznanie 5 pkt. za zaoferowanie pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga regulowanej hydraulicznie w zakresie 14,5° przy użyciu pedałów nożnych w obu dłuższych stron wózka. Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego i jest wystarczający do prowadzenia wszystkich procedur medycznych.

Ad. 10 NIE zgodnie z SIWZ

11. Prosimy (w pkt. 24) o przyznanie 5 pkt. za zaoferowanie materaca piankowego w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, bakteriostatycznym, zabezpieczonym przed powstawaniem pleśni i wnikaniem płynów o grubości 10 cm, mocowanego do leża za pomocą specjalnych pasków uniemożliwiających samoczynne przesuwanie. Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto paski są łatwiejsze w utrzymaniu w czystości niż rzepy, gdyż paski są prane wraz z pokrowcem, natomiast rzepy są zamocowane bezpośrednio do leża i trudno je zdezynfekować.

Ad. 11 NIE zgodnie z SIWZ

12. Prosimy (w pkt. 25) o wyrażenie zgody na zaoferowanie teleskopowego, wykonanego ze stali nierdzewnej wieszaka infuzyjnego, 2-częściowego z regulacją wysokości, wyjmowanego, z 4 hakami z tworzywa, max. obciążenie do 6 kg. Oferowane rozwiązanie jest lepsze niż wskazane przez Zamawiającego, ponieważ stal nierdzewna nie ulegnie korozji.

Ad. 12 NIE zgodnie z SIWZ

13. Prosimy (w pkt. 26) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w półkę na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację?

Ad. 13 Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w półkę na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację

Dotyczy masażer klatki piersiowej:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do masażu klatki piersiowej o parametrach :

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej:

1. Cykl pracy: 50% kompresja / 50% dekompresja

2. Urządzenie w pełni elektryczne
3. Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC
4. Możliwość kompresji klatki piersiowej u małych dorosłych pacjentów a także u dużych dzieci (w granicach 2-6 cm)
5. Naturalna relaksacja/dekompresja klatki piersiowej po każdym uciśnięciu
6. Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny, zasilanie ze ściany karetki DC 12V zasilanie z gniazda sieci AC 213V
7. Czas ładowania akumulatora wewnętrznego 135minut.
8. Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania
9. Ładowarka wewnątrz urządzenia
10. Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego 90-120 min.
11. Waga urządzenia z akcesoriami 12 kg.
12. Bezprzewodowa transmisja danych z pamięci urządzenia za pomocą karty SD o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera
13. Wyposażenie: torba, deska pod plecy, akumulator, wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami przy masażu (2 szt.).

Ad.1-13 NIE zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie z 29.09.2020 r. na dzień **06.10.2020 r.**, godziny pozostają bez zmian.

Szpital Pomnik Chrztu Polski
Mgr inż. Zbigniew Beneda
Z-CADYREKTORA
Ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy