



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/9/2023

Przasnysz, 09.02.2023 r.

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Dotyczy Pakiet nr I, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Dotyczy Pakiet nr I, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 5

Dotyczy Pakietu II - Rękaw papierowo - foliowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od potwierdzenia szczelności mikrobiologicznej zgodnie z normą EN ISO 11607 -1, wystawione przez niezależną organizację notyfikacyjną, na rzecz potwierdzenia powyższego przez producenta

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Dotyczy Pakietu II - Papier krepowany

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego jak niżej:

60/60	zielony	i	biały	–	pakowane	po	750	arkuszy
75/75	zielony	i	biały	–	pakowane	po	348	arkuszy
90/90	zielony	i	biały	–	pakowane	po	252	arkusze
Przy	odpowiednim			przeliczeniu		ilości		opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7

Dotyczy

Pakietu

VI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do wykrywania pozostałości białkowych, gdzie odczyt następuje od 1 minuty, jednocześnie spełniając wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem:

DYREKTOR
SP ZZO z w. Przasnyszu
Zbigniew Makowski
mgr Zbigniew Makowski

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405