




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswiakielce.pl

🌐 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 12 lutego 2024 r.

Znak postępowania: **01/PN/2024**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowego niejąłowego asortymentu, wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1

Dot. Część 16. Poz.5,6,7,8

Czy Zamawiający w tych pozycjach wymaga zaoferowania papieru oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Sony, czy dopuści papier kompatybilny wyprodukowany przez innego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier wyprodukowany przez innego producenta, który spełnia warunek równoważności parametrów technicznych w części 16 dla poz.5,6,7,8.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie opisanym w SWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w części 16, poz. 5,6,7,8 po 1 szt. – zostanie wezwany do przekazania próbek asortymentu wskazanego jako równoważny. Próbką nie będzie stanowić części oferty, ale posłuży potwierdzeniu tego co jest w treści oferty Wykonawcy. Przedłożone próbki będą badane pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanym w formularzu asortymentowo-cenowym i ofertą Wykonawcy. Próbki nie podlegają zwrotowi.

Pytanie 2

Część 2. Czy Zamawiający dopuści szybki test ureazowy bez narzędzia do przenoszenia materiału badanego na pole testu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza szybki test ureazowy bez narzędzia do przenoszenia materiału badanego na pole testu, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zał. nr 4 "Projektowane postanowienia umowy" par. 3 pkt. 2 - część 8 "Cewnik pH-metryczny z impedancją"

Czy Zamawiający zmieni wymagany okres ważności dla cewników pH-metrycznych z impedancją jednorazowego użytku z min. 12 miesięcy na min. 8 miesięcy?

Uzasadnienie: Deklarowany przez producenta okres ważności cewników jednorazowego użytku wynosi 12 miesięcy od daty

produkcji. Ze względu na fakt, że cewniki jednorazowego użytku będące przedmiotem procedury przetargowej importowane są z USA, nie jest możliwe zapewnienie 12-miesięcznego terminu ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu ważności dla cewników pH-metrycznych z impedancją jednorazowego użytku z min. 12 miesięcy na min. 8 miesięcy.

Pytanie 4

Dotyczy zał. nr 4 "Projektowane postanowienia umowy" par. 6 pkt 1(2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od Umowy do 5% wartości niezrealizowanej części Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od realizacji Umowy do 5% wartości niezrealizowanej umowy.

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno - gospodarczych
SP ZOZ MSWiA w Kielesach
im. św. Jana Pawła II

Szymon Mazurkiewicz