



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w  
Kielcach**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (041) 349 35 00 Fax. (041) 349 35 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ [zoz@zozmswkielce.pl](mailto:zoz@zozmswkielce.pl)

🌐 [www.zozmswkielce.pl](http://www.zozmswkielce.pl)

Kielce, 22.11.2019 r.

Znak sprawy: 38/PN/2019

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy : Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 4 w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych**”

**ZGODNIE Z PROJEKTEM**

**BUDOWY BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN. BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE) ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 10 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK I MIN 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/80 [dawniej 101/41], 101/82 [dawniej 101/42] , 101/45, 101/70, 101/88 [dawniej 101/73], 101/75, OBREB 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH**

**Część 5- Zakup i dostawa Pierwszego wyposażenia Szpitala ogłoszonego w Dz. U.U.E nr 2019/S 220-539087**

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 modyfikuje zapisy załącznika nr4 formularza asortymentowo-cenowego .

**Było:**

7. Czy zamawiający będzie wymagał przewodowego panelu sterowania dla personelu był wyposażony w trzy strefy oznaczone innymi kolorami w celu bardziej intuicyjnej obsługi?

**ODP: Zamawiający wymaga.**

10. Czy zamawiający będzie wymagał aby materac był zintegrowany z konstrukcją łóżka oraz paneli w górnej barierce bocznej z elektronicznym wyświetlaczem oraz przyciskami służącym do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta ?

**ODP:Zamawiający będzie wymagał.**

11. Czy zamawiający będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100gram. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów ?

**ODP: Zamawiający będzie wymagał.**

**Winno być:**

7. Czy zamawiający będzie wymagał aby przewodowy panel sterowania dla personelu był

wyposażony w trzy strefy oznaczone innymi kolorami w celu bardziej intuicyjnej obsługi?

**ODP: Zamawiający dopuszcza .**

10. Czy zamawiający będzie wymagał aby materac był zintegrowany z konstrukcją łóżka oraz paneli w górnej barierce bocznej z elektronicznym wyświetlaczem oraz przyciskami służącym do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta ?

**ODP: Zamawiający dopuszcza.**

11. Czy zamawiający będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100gram. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów ?

**ODP: Zamawiający dopuszcza.**

Pozostałe warunki podane w SIWZ nie ulegają zmianie i wraz z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, stanowią treść SIWZ.

Z-CA DYREKTORA  
Zarządzam:  
ds. Inwestycyjno - Technicznych  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Kielcach  
*Iolanta Cygan*