

Znak: ZOZ.V.010/DZP/69/19

Sucha Beskidzka dnia 05.11.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz innych produktów dla Apteki Szpitalnej w ZOZ Sucha Beskidzka – znak sprawy ZOZ.V.010/DZP/69/19.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Czy w Pakiecie 59, pozycja 1 Zamawiający wymaga środka do gorącej dezynfekcji o parametrach zalecanych przez producenta wymienionych aparatów, tzn. zawartości 21g kwasu cytrynowego w 100g preparatu oraz gęstości 1,097g/ml?

Odp. Tak

2. Czy w Pakiecie 59, pozycja 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji chemicznej na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru w opakowaniach o pojemności 8,8l a 10kg (czyli 14 opakowań 8,8l/10kg)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej
mgr Jolanta Buczewski