

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania

Dostawa masek, bolusów, znaczników do radioterapii dla Zakładu Radioterapii

Znak sprawy: ZP/68/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Do pakietu nr 1, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania masek termoplastycznych 3 punktowych o grubości 2 mm tak jak jest to dopuszczone w pozycji nr 3. Dopuszczenie w/w masek znacząco wpłynie na konkurencyjność i umożliwi szpitalowi pozyskanie większej ilości ofert oraz wybranie najkorzystniejszej z nich.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza maski termoplastyczne 3 punktowe o grubości 2 mm

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego
Dyrektor Marzena Kula