



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 27.05.2019r.

DZPZ-530-Zp/22/PN-20/19

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: „Dostawa Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do pomiaru SpO<sub>2</sub>, jednorazowych rękojeści staplera edoskopowego, akcesoriów do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów oddechowych i papierów rejestracyjnych.”**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-2**

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania wolnej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowego, sterylnego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanego cyfrowo i analogowo, wyposażonego w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, w kształcie litery L, długość kabla ok. 45 cm, z warstwą samoprzylepną wykonaną z materiału eliminującego podrażnienia delikatnej skóry, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym zgodnym z opisanym w SIWZ, bez zawartości lateksu oraz ftalanów, czyli o parametrach użytkowych lepszych niż czujniki, na które wskazuje obecny opis, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego, bez żadnych zastrzeżeń?

**Odp. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące Pakietu nr 3. Zamawiający dopuszcza zaproponowane czujniki do pomiaru Sat. O2. Technologii Nellcor.**

**Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 6**

Czy zamawiający dopuści nebulizatory mikrobiologicznie czyste?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zestawów do nebulizacji mikrobiologicznie czystych. W obowiązującej procedurze szpitalnej zestaw do nebulizacji ma być sterylny.**

**Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 11**

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowany papier był w pełni kompatybilny i przetestowany do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodny z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

**Odp. papier ma być w pełni kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 15.**

*galt*

*Ja*



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalasokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

**Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4**

Prosimy o określenie, która z tabel określa parametry wymagane dla lampy z poz. 4 (załącznika nr 1) tj.: „Lampa bakteriobójcza mobilna mała”?

**Odp.** Wymagania dla lampy z poz. 4 określa tabela : **Lampa bakteriobójcza przepływowa mała naścienna z licznikiem (patrz poz. 16 tabeli)**

**Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5**

Prosimy o określenie, która tabel określa parametry wymagane dla lampy z poz. 5 (załącznika nr 1) tj.: „Lampa bakteriobójcza mobilna duża”?

**Odp.** Wymagania dla lampy z poz. 4 określa tabela : **Lampa bakteriobójcza przepływowa duża naścienna z licznikiem (patrz poz. 16 tabeli)**

**Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7**

Prosimy o podanie wymiarów filtra do lampy bakteriobójczej (poz. 7, załącznika nr 1)?

**Odp.** Wymiary filtra: 122x122 mm.

**Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 8**

Czy pod pojęciem „wkład do lampy bakteriobójczej” (poz. 8 załącznika nr 1) Zamawiający rozumie promienniki bakteriobójcze UVC? prosimy o podanie mocy wymaganych promienników.

**Odp.** Tak - promiennik UVC o mocy 30 W

**Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 9**

Prosimy o podanie wymiarów wentylatora oraz rozstawu osi (otworów do montażu), (dot. poz. 9, załącznika nr 1).

**Odp.** Wymiary wentylatora: 120x120x25 mm, rozstaw osi otworów: 105x105 mm.

**Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 1**

Prosimy o określenie jakiego licznika Zamawiający wymaga?

**Odp.** Wymagamy licznika: „LW” cyfrowy.

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Szażka



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
www.zdrowe.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742