

Nr postępowania: **GUM2024ZP0081**

Gdańsk, dnia 06.08.2024 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Dostawa spirometru, dermatoskopu, pompy próżniowej, komory laminarnej i wirówki laboratoryjnej (5 pakietów)**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 1 - 3. Klawiatura membranowa:

Czy Zamawiający dopuści klawiaturę dotykową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza klawiaturę dotykową.

Pytanie 2 – Pakiet 1 - 4. Czujnik przepływu i objętości

1) dwukierunkowa turbina cyfrowa

2) możliwość stosowania turbin jednorazowych i wielorazowych:

Czy Zamawiający dopuści spirometr wyposażony w głowicę typu Fleisch, eliminując konieczność stosowania nieekonomicznych turbin?

Odpowiedź:

Zamawiający chce mieć możliwość korzystania zarówno z turbin jednorazowych jak i wielorazowych, w związku z czym nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3 – Pakiet 1 - 10. Pamięć urządzenia na co najmniej 5.000 testów:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pamięci 20.000 testów?

Odpowiedź:

20.000 testów spełnia warunek Zamawiającego – co najmniej 5.000 testów.

Pytanie 4 – Pakiet 1 - 14. Okres gwarancji min. 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pamięci 20.000 testów?

Odpowiedź:

Gwarancja 60 m-cy spełnia warunek Zamawiającego – minimum 12 miesięcy.

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda