



Katowice, dnia 09.05.2024r.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH, Nr sprawy: ZP-24-035UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 1 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 w poz. 3 płyt tytanowych, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, profil 1.0 mm, prostych z mostem 2+2 otworowych oraz 3+3 otworowych bez rozwiązań konstrukcyjnych ułatwiających wprowadzenie i ustalenie implantu podczas zabiegu z wykorzystaniem endoskopu potwierdzonych w dokumentacji. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie nr 2 do pakietu nr 1 poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 w poz. 8 śrub tytanowych, korowych, średnica 2.0mm o długości 13,15,17 i 19mm z otworem heksagonalnym z możliwością użycia jako śruby ciągnącej (kompresyjnej). W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie nr 3 do pakietu nr 1 poz. 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 w poz. 9 wiertel umożliwiających użycie śruby o średnicy 2.0mm z poz. 8 jako śruby ciągnącej (kompresyjnej). W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie nr 4 do pakietu nr 1 poz. 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 w poz. 10 wiertel o trzech średnicach pasujących do opisanych w tym pakiecie śrub o średnicy 2.0mm, 2.3mm i 2.5mm. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie nr 5 do pakietu nr 2 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2 w poz. 3 płyt tytanowych, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, profil 1.0 mm, prostych z mostem 4 i 6 otworowych. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz koryguje załącznik nr 2 do SWZ.**

Pytanie 6 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1-5 dopuści możliwość oferowania śrub, mikrowkrętów w magazynkach po 5szt. każdy, a tym samym w formularzu cenowym odpowiednio przeliczając ilość sztuk na ilość magazynków czyli: 1 magazynek = 5 szt. śrub, tak aby zgadzała się całkowita ilość śrub dla poszczególnych pozycji? W przypadku pozytywnej odpowiedzi wycena będzie w odniesieniu do j.m. magazynek. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**



Pakiet nr 1

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt tytanowych do kłykcia żuchwy o profilu 1,0mm zamiast 1,3mm? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz koryguje załącznik nr 1 do SWZ.**

Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu według własnych rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawcy tj. śrub nieblokowanych kompatybilnych do dopuszczonych przez Zamawiającego płyt nieblokowanych z poz. 2? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Poz. 8 - Czy zaszła omyłka pisarska i zamiast długości 6mm powinno być 16mm a tym samym zamiast zapisu „dł. 14mm, **6mm**, 18mm” powinno być „dł. 14mm, **16mm**, 18mm”? **Odp. Zamawiający potwierdza, że zaszła pomyłka pisarska i zamiast długości 6mm powinno być 16mm.**

Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści mikrowkręt kompresyjny 1,8mm zamiast 1,7mm? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Zamawiający dopuszcza oraz koryguje załącznik nr 1 do SWZ.**

Poz. 10 – Czy Zamawiający ma na myśli wiertła do wkrętów *standardowych* 2,0mm, gdy w formularzu cenowym nie występują wkręty kompresyjne 2,0mm do wyceny a jedynie wkręty standardowe 2,0mm? **Odp. Zamawiający ma na myśli wkręty standardowych.**

Pakiet nr 4

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na profil 0,3mm dla płyt 12 otworowych rozmiar 31x36mm zamiast profilu 0,35mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz koryguje załącznik nr 4 do SWZ.**

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt tytanowych pod śruby 1,2mm i 1,5mm? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz koryguje załącznik nr 5 do SWZ.**

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów umowy:

1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 9 lit b na „3 dni robocze od dnia przestania reklamowanego towaru”? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu określonego w §2 ust. 9 lit b na „3 dni robocze od dnia przestania reklamowanego towaru”.
2. §2 ust. 10 – Czy Zamawiający odstąpi od podawania dat ważności na fakturze w przypadku wyrobów, których nie określa się takich terminów? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
3. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?
Odp. Trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy dotyczy 3 dostaw w ciągu trwania całej umowy.
4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §4 ust. 1 z 2% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Odp. Zamawiający zmienia wysokość kar umownych w §4 ust. 1 z 2% na 1% wartości niedostarczonego w terminie towaru.