

Wołów, 29.11.2022 r.

19/PCM/2022/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania nr 19/PCM/2022/ZP/A **Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu II.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Dot. SWZ, Załącznik nr 6 – Zakładka Pracownia Szpital, Statyw do zdjęć płucnych, pkt 3, Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 185 cm

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada maksymalną możliwą odległość środka detektora, licząc od podłogi wynoszącą 183 cm. Taka mała różnica nie wpływa na ograniczenie w jakikolwiek sposób możliwości diagnostycznych oferowanego aparatu. Pragniemy zauważyć, że aparat pozwala na wykonanie badań pacjentów o wzroście powyżej 200 cm a więc znacznej większości populacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

Dot. SWZ, Załącznik nr 6 – Zakładka Pracownia Szpital, System RTG podłogowy, pkt 4, Zakres ruchu lampy RTG w pionie ≥ 155 cm

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada zakres ruchu lampy RTG w pionie wynoszący 154,5 cm. Różnica wynosząca 0,5 cm nie stanowi jakiegokolwiek ograniczenia w zakresie funkcjonalności możliwości diagnostycznych aparatu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3:

Dot. SWZ, Załącznik nr 6 – Zakładka Pracownia Szpital, Konsola technika RTG, pkt 4, dysk twardy o poj. 2 TB.

Prosimy o dopuszczenia konsoli wyposażonej w dysk twardy o pojemności 1 TB? Konsola jest integralnym elementem aparatu RTG a tym samym konfiguracja o określonych parametrach jest optymalnie, zgodnie w potrzebą dobrana aby zapewniła prawidłową i nieprzerwaną pracę. Dysk ten nie służy do gromadzenia danych czy do gromadzenia wykonanych badań RTG a tym samym jego pojemność wynika z oprogramowania jakie musi zostać na konsoli zainstalowane aby zapewnić prawidłową pracę aparatu RTG.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4:

Dot. SWZ, Załącznik nr 6 – Zakładka Pracownia Szpital, Uniwersalny stół diagnostyczny, pkt 8 Zakres ruchu góra/dół blatu ≥ 35 cm

Prosimy o dopuszczenia aparatu RTG wyposażonego w stół o zakresie ruchu wynoszącym 30 cm. Tak nieznaczna różnica nie wpływa negatywnie na możliwości diagnostyczne aparatu a jednocześnie zapewnia możliwość wykonywania wszelkiego rodzaju badań realizowanych przez pracownię.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5:

Dot. SWZ, Załącznik nr 6 – Zakładka Pracownia Szpital, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI DETEKTOR MONTOWANY W STATYWIE, pkt. 7 Stopień ochrony detektora minimum IP 66; Zakładka Pracownia Szpital, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR MONTOWANY W STOLE, pkt. 7 Stopień ochrony detektora minimum IP 66, Zakładka Pracowni Brzeg Dolny, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI DETEKTOR, pkt. 5 Stopień ochrony detektora minimum IP 66, Zakładka Pracownia Wołów, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI DETEKTOR, pkt. 5 Stopień ochrony detektora minimum IP 66

Prosimy o dopuszczenia detektorów, które posiadają stopień ochrony IP53. Jest to stopień ochrony pozwalający na bezpieczną pracę detektorów w warunkach szpitalnych. Dodatkową ochronę detektora przed zalaniem i kurzem stanowi kieszeń w stole czy statywie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99
www.pcmwołow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wołow.pl

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burda

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul Inwalidów Wojennych 26
tel 71/380 58 01
WOJ DOLNOŚLĄSKIE
NIP:988-02-67-118 REGON:020749596
(2)

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wołow.pl

