



ZP 24/24

Poznań, dnia 17.06.2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

„Dostawa materiałów opatrunkowych na okres 24 miesięcy - 21 pakietów”.

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 z póź.zm) dalej pzp, wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w sposób jak poniżej:

Zmiana SWZ , Załącznik nr 1 OPZ pakiet nr 12, 13 i 14

PAKIET NR 12

Lp.	Asortyment
1.	<p>Zestaw laryngologiczny do ucha</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona o rozm. 150/140 x 190 cm (opakowanie zestawu) wykonana z mocnego laminatu ,nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, gramatura min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 188 cm H2O- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 wzmocniona ,składana teleskopowo- 1 x serweta o rozm. Min. 160x200 cm z laminatu dwuwarstwowego o min gr.55g/m2 odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 196cm H2O- 1 x serweta obłożenie chirurgiczne głowy 100/90 x 100/140 cm z przyklepym turbanem 120/90 x 60/90 cm z laminatu dwuwarstwowego : o gr min .55g/m2 odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 197 cm H2O- 2 x serweta operacyjna (bardzo chłonna – laminat trzywarstwowy o gramaturze min 60 g/m2, rozm. 90x75 cm przyklepna- 1 x serweta operacyjna (bardzo chłonna – laminat trzywarstwowy o gramaturze min 73 g/m2, 75 x 60 cm z przyklepym otworem owalnym 8 x 6 cm- 2 x serweta 90x75 cm przyklepna, z laminatu dwuwarstwowego : o gr min .55g/m2, o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 196 cm H2O- 2 x organizator przewodów (rzep) min 2x22 cm przyklepny- 3 x pojemnik plastikowy 250 ml, ze skalą,- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa, przyklepna z kształtką, rozm. 30 x 40 cm- 1 x worek na płyny o trójkątnym kształcie, rozm. Min. 50 x 50 cm-2 x płytka petriego wykonana z polistyrenu o średnicy 90 mm
2.	<p>Zestaw do FEES</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x serweta na stół narzędziowy o rozm. 150/140 x 190 cm (opakowanie zestawu) wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu ,nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 188 cm H2O- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 wzmocniona ,składana teleskopowo- 1 x serweta o rozm.min. 150x200 cm z laminatu dwuwarstwowego o gr. min 55g/m2 o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 196 cm H2O- 1 x serweta obłożenie chirurgiczne głowy 100/90 x 100/140 cm z przyklepym turbanem 120/90 x 60/90 cm z laminatu dwuwarstwowego : o gr min .55g/m2 o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 197 cm H2O- 2 x serweta operacyjna (bardzo chłonna – laminat trzywarstwowy o gramaturze min 60 g/m2, rozm. 90x75 cm przyklepna- 2 x serweta 90x75 cm przyklepna, z laminatu dwuwarstwowego : gr.min 55g/m2, o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 196 cm H2O- 2 x organizator przewodów (rzep) min. 2x22 cm przyklepny- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa, przyklepna z kształtką, rozm. 30 x 40 cm- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml,

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x pojemnik plastikowy 60 ml, - 1 x serwetka celulozowa, rozm min. 30 x 30 cm
3.	<p>Zestaw laryngologiczny do torbieli</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona o rozm. 150/140 x 190 cm (opakowanie zestawu) z mocnego laminatu, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 188 cm H2O - 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 wzmocniona składana teleskopowo - 1 x serweta o rozm. 180/150x200 cm z laminatu dwuwarstwowego : gr min.55g/m2 odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 188 cm H2O - 3 x serweta operacyjna (bardzo chłonna – laminat trzywarstwowy o gramaturze min 60 g/m2, rozm. 90x75 cm przylepna - 2 x serweta 90x75 cm przylepna, z laminatu dwuwarstwowego : gr. min 55g/m2 o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 196 cm H2O - 2 x organizator przewodów (rzep) min 2x22 cm przylepny - 2 x pojemnik plastikowy 250 ml, - 2 x arkusz medyczny obustronnie przylepny min 8,25x 8,75 cm - 1 x kieszeń z folii jednokomorowa, przylepna z kształtką, rozm. 30 x 40 cm
4.	<p>Zestaw do tonsillektomii</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona rozm. 150/140 x 190 cm (opakowanie zestawu) wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 188 cm H2O - 1 x serweta o rozm. 180x200 cm nieprzylepna z decentralnym otworem owalnym 9 x 10/12 cm w 1/3 długości z laminatu dwuwarstwowego : gr.min 55g/m2 o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H2O - 1 x nożyczki metalowe 14 cm, proste, ostro – tępe typu Deaver - 1 x pojemnik plastikowy 60 ml - 1 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek - 10 x tupfer z gazy 17 N, miękki (wykrój 20 x 20 cm) - 1 x serwetka celulozowa, rozm. Min 30 x 30 cm - 1 x taśma przylepna obustronnie, rozm.min 8,25 x 8,75 cm - 1x organizator przewodów(rzep) min 2x22 cm przylepny - 1x końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer

Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

1-4	po 1 komplecie z każdego rodzaju
-----	----------------------------------

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

PAKIET NR 13

Lp.	Asortyment
1.	Zestaw chirurgiczny uniwersalny ; 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona), 1 x serweta na stolik Mayo -min. 80 x 140 cm ; 1 x serweta z przylepcem (długość przylepca min. 80 cm / min 4,5 cm szerokości) - 240 x 150 cm; 1 x serweta z przylepcem(długość przylepca min 80 cm / min 4,5 cm szerokości) - min. 170 x 180 cm; 2 x serwety z przylepcem na szerszym boku - 75 x 90 cm; 1 x taśma medyczna samoprzylepna 9cm x 50 cm; 2 x ręczniki z włókniny kompresowej 20 x 40 cm. (+/- 10 cm)
2.	Zestaw do chirurgii pediatrycznej ; 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona), 1 x serweta na stolik Mayo – min. 80 x 145 cm ; 1 x serweta z przylepcem (długość przylepca min. 80 cm / min szer. 2,5 cm) - 240 x 150 cm; 1 x serweta z przylepcem (długość przylepca min. 80 cm / min szer. 2,5 cm) – min 175 x 180 cm; 2 x serwety z przylepcem na szerszym boku szer. 2,5 cm - 75 x 75-90 cm; 1 x taśma medyczna samoprzylepna 9cm x 50 cm; 2 x ręczniki z włókniny kompresowej min.: . 20 x 40 cm. (+/- 10 cm)

Poz. 1 – 2 - Zestawy wykonane z serwet operacyjnych min: dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia ok.56 g/m2. Chłonność materiału podstawowego min. 570% .Odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany w 2 kartony. Na opakowaniu odklejane min. 2 etykiety z numerem serii, datą ważności produktu, celem umieszczenia ich w dokumentacji medycznej.

Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

1-2	po 1 komplecie z każdego rodzaju
-----	----------------------------------

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

PAKIET NR 14

Lp.	Asortyment
1.	<p>Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m². Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic. Bluza posiada 3 kieszenie. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępne w dwóch kolorach – zielonym i ciemnoniebieskim, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu</p>
2.	<p><u>Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny</u> z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrznie w kartoniku. Szwyy wykonane techniką ultradźwiękową, w części sztywnej zapięcie na rzep ; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 102 cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 80,6kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm (+/- 10 cm) z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej.</p>
3.	<p><u>Sterylny fartuch chirurgiczny</u> z włókniny typu SMS min. 35g/m², rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrznie w kartoniku. Szwyy wykonane techniką ultradźwiękową, w części sztywnej zapięcie na rzep ; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat.</p> <p>Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log₁₀; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 80,60kPa, na mokro min. 76kPa – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm (+/- 10 cm) z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej.</p>
4.	<p><u>Sterylny fartuch chirurgiczny</u>. Gramatura min. 20g/m². Wykonany z włókniny polipropylenowej. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo 2 tasiemki w okolicy karku. Szwyy wykonane techniką tradycyjnego, pojedynczego szycia. Do każdego fartucha dołączony jest jeden ręcznik o wymiarach min. 20 cm x 30 cm (+/- 10 cm) wykonany z materiału o gramaturze 56 g². Rozmiary: L, XL. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.</p>

Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

1	po jednym opakowaniu w rozmiarze M i XL
2-4	po 1 sztuce z każdego rodzaju -rozmiar L

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści ofert

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

II. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

1. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści:

Gaziki do dezynfekcji wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki do dezynfekcji wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

2. Pytanie nr 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 10 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 10 ustęp 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.3% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

3. Pytanie nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w maksymalnej wysokości:

b) 10 % netto wartości niezrealizowanej części / pakietu którego dotyczy odstąpienie, gdy Zamawiający odstąpi od części pakietu mowy z winy Wykonawcy.

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty lub braku zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcami (art. 439 ust 5 ustawy pzp), z którymi umowy zostały zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie (odpowiadającym zmianą cen materiałów i kosztów) w jakim świadczą oni usługi w ramach niniejszej umowy, w przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy (na skutek zmiany cen materiałów lub kosztów), zostało zmienione zgodnie z § 5 ust 8 umowy, w wysokości 250,00 zł za każdy ujawniony taki przypadek

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

4. Pytanie nr 4
dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych zestawów (różnice podkreślono i pogrubiono)?

- poz. 1

Zestaw chirurgiczny uniwersalny ;

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),

1 x serweta na stolik Mayo - **79** x 145 cm ;

1 x serweta z przylepcem (długość przylepca ok. **85 cm** / ok. **4,5 cm** szerokości) - 240 x 150 cm;

1 x serweta z przylepcem (długość przylepca ok. **85 cm** / ok. **4,5 cm** szerokości) - 180 x 180 cm;

2 x serwety z przylepcem na szerszym boku - 75 x 90 cm;

1 x taśma medyczna samoprzylepna 9cm x 50 cm;

2 x ręczniki **celulozowe 30,5x34cm**.

- poz. 2

Zestaw chirurgiczny;

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),

1 x serweta na stolik Mayo - **79** x 145 cm ;

1 x serweta z przylepcem (długość przylepca ok. **85 cm** / ok. **4,5 cm** szerokości) - 240 x 150 cm;

1 x serweta z przylepcem (długość przylepca ok. **85 cm** / ok. **4,5 cm** szerokości) - 180 x 180 cm;

2 x serwety z przylepcem na szerszym boku ok. **4,5 cm** szerokości - 75 x 90 cm;

1 x taśma medyczna samoprzylepna 9cm x 50 cm;

2 x ręczniki **celulozowe 30,5x34cm**.

Poz. 1 – 2 - Zestawy wykonane z serwet operacyjnych min: dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia ok. **55 g/m2**. Odporność na przenikanie cieczy min. **115 cm** H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany w 2 kartony. Na opakowaniu odklejane min. 2 etykiety z numerem serii, datą ważności produktu, celem umieszczenia ich w dokumentacji medycznej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

5. Pytanie nr 5

Dotyczy PAKIETU 13 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu chirurgicznego uniwersalnego o poniższym składzie i parametrach:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),

1 x serweta na stolik Mayo - 80 x 145 cm ;

1 x serweta z przylepcem (długość przylepca 89 cm długości, 5 cm szerokości) - 240 x 150 cm;

1 x serweta z przylepcem (długość przylepca 89 cm długości, 5 cm szerokości- umieszczony na dłuższym boku) - 180 x 175 cm;

2 x serwety z przylepcem na szerszym boku - 75 x 90 cm;

1 x taśma medyczna samoprzylepna 10cm x 50 cm;

2 x ręczniki wysoko chłonne celulozowe min. 30 x 40 cm.

Zestaw wykonany z serwet operacyjnych dwuwarstwowych z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego 67g/m² (+/-1g/m²) oraz o parametrach znacznie przewyższających wymagania normy EN13795. Chłonność materiału podstawowego 298%. Odporność na przenikanie cieczy 242,7 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 120kPa.

Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z opaską Tyveck, po otwarciu sterylne marginesy bez kleju zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu. Etykieta główna umieszczona wewnątrz zestawu a na niej 4 naklejki transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy EAN. Produkt bezpiecznie pakowany w podwójny system pakowania z kartonem i torbą polietylenową dla dodatkowej ochrony przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami transportowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

6. Pytanie nr 6

Dotyczy PAKIETU 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii pediatrycznej o poniższym składzie i parametrach:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),

1 x serweta na stolik Mayo - 80 x 145 cm ;

1 x serweta z przylepcem (długość przylepca 89cm / szer. 2,5 cm) - 240 x 150 cm;

1 x serweta z przylepcem (długość przylepca 86 cm / szer. 2,5 cm) - 180 x 175 cm- umieszczony na dłuższym boku)

2 x serwety z przylepcem na szerszym boku szer. 2,5 cm - 75 x 90 cm;

1 x taśma medyczna samoprzylepna 10cm x 50 cm;

2 x ręczniki wysoko chłonne celulozowe min. 30 x 40 cm.

Zestaw wykonany z serwet operacyjnych dwuwarstwowych z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego 67g/m² (+/-1g/m²) oraz o parametrach znacznie przewyższających wymagania normy EN13795. Chłonność materiału podstawowego 298%. Odporność na przenikanie cieczy 242,7 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 120kPa.

Opakowanie jednostkowe wykonane z folii polietylenowej z opaską Tyveck, po otwarciu sterylne margines bez kleju zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu. Etykieta główna umieszczona wewnątrz zestawu a na niej 4 naklejki transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy EAN.

Produkt bezpiecznie zapakowany w podwójny system pakowania z kartonem i torbą polietylenową dla dodatkowej ochrony przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami transportowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

7. Pytanie nr 7

Dotyczy PAKIETU 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cystoskopii, wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze materiału podstawowego 67g/m² (+/-1g/m²) i następującym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 175 cm z otworem o wymiarach 9 cm x 15 cm z dwoma punktami lepnyymi w okolicy otworu oraz 2 punktami przylepnymi w okolicy wycięcia na uda

2 x osłona na kończynę o wymiarach 75 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z dwuwarstwowych z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 67g/m² (+/-1g/m²) oraz o parametrach znacznie przewyższających wymagania normy EN13795. Chłonność materiału podstawowego 298%. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/152 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 65/71N. Odporność na penetrację płynów 242,7 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.49log10.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe wykonane z folii polietylenowej z opaską Tyveck, po otwarciu sterylne margines bez kleju zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu. Etykieta główna umieszczona wewnątrz zestawu a na niej 4 naklejki transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy EAN. Produkt bezpiecznie zapakowany w podwójny system pakowania z kartonem i torbą polietylenową dla dodatkowej ochrony przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami transportowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

8. Pytanie nr 8

Dotyczy PAKIETU 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej o wymiarach 220 x 280 cm z otworem przylepnym o wymiarze 15cm x 15cm, w górnej części serwety. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze 67g/m² (+/- 1g/m²). W strefie

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

krytycznej wokół otworu dodatkowe wzmocnienia wysoko chłonne wykonane z laminatu dwuwarstwowego polietylen/wiskoza o gramaturze 62 g/m² (+/-1g/m²). Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe wykonane z folii polietylenowej z opaską Tyveck, po otwarciu sterylności margines bez kleju zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu. Etykieta główna umieszczona wewnątrz zestawu a na niej 4 naklejki transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy EAN.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

9. Pytanie nr 9

Dotyczy PAKIETU 15 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej o wymiarach 120 x 150 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6cm x 9cm, w górnej części serwety. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylenu o gramaturze 67g/m² (+/- 1g/m²). W strefie krytycznej wokół otworu dodatkowe wzmocnienia wysoko chłonne wykonane z laminatu dwuwarstwowego polietylen/wiskoza o gramaturze 62 g/m² (+/-1g/m²). Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe wykonane z folii polietylenowej z opaską Tyveck, po otwarciu sterylności margines bez kleju zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu. Etykieta główna umieszczona wewnątrz zestawu a na niej 4 naklejki transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy EAN.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

10. Pytanie nr 10

Pakiet 4, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

11. Pytanie nr 11

Pakiet 4, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

12. Pytanie nr 12

Pakiet 4, poz. 7-11

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

13. Pytanie nr 13

Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej nr. 11

3 szt. Tupfer włókninowy bez nitki RTG 20cm x 20cm; włóknina 30G

1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen

1 szt. Pęseta anatomiczna, metalowa dł. 12cm

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

opakowanie twardego blistera jednodzielnego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

14. Pytanie nr 14

Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 90cm x 75cm

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 45cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm

10 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa

10 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm 17-nitkowa, 8-warstwowa

1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor niebieski

1 szt. Chwytnak metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna

1 szt. Igotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm; stal nierdzewna

1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 10ml, Luer

1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 20ml, Luer

1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 1,2mm x 40mm

1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 0,8mm x 40mm

1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11

1 szt. Opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu w opakowaniu papier-folia 10cm x 15cm

opakowanie twardego blistera dwudzielnego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

15. Pytanie nr 15

Pakiet 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie w proponowanym składzie znajdują się pojemnik 120ml, który może służyć jako blister:

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml

6 x Tupfer z gazy śr. 3cm (20cm x 20cm)

1 x Chwytnak plastikowy 18cm

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. L ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

16. Pytanie nr 16

Pakiet 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm, z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 45cm x 75cm

3 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa

5 szt. Kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm włóknina 30G, 4-warstwowy

1 szt. Pęseta anatomiczna, metalowa dł. 12cm; stal nierdzewna

1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony

1 szt. Igotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13 cm; stal nierdzewna

1 szt. Nożyczki ostre/ostre, metalowe dł. 11,4cm; stal nierdzewna

opakowanie twardego blistera dwudzielnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

17. Pytanie nr 17

Pakiet 4, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m² dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) EN 13795

1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m² dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) z otworem 5 cm oraz przecięciem EN 13795

6 x tufery gazowe kula 20 cm x 20 cm

8 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml

1 x kleszcze plastikowe Kocher niebieskie 14 cm

1 x peseta plastikowa zielona 12,5cm

2 x rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M

twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety

+ dołączone osobno

1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml

1 x Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml

1 x Prontosan® roztwór ampułka 40ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

18. Pytanie nr 18

Pakiet 4, poz. 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu ilości 50 sztuk w kartonie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

19. Pytanie nr 19

Pakiet 4, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osłonę 16x250 cm nie wymaga

20. Pytanie nr 20

Pakiet 4, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę w rozmiarze 80x150cm z gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

21. Pytanie nr 21

Pakiet 4, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

22. Pytanie nr 22

Pakiet 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

23. Pytanie nr 23

Pakiet 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania około 3 minuty?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

24. Pytanie nr 24

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o szerokości 12 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

25. Pytanie nr 25

Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o szerokości 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

26. Pytanie nr 26

Pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o szerokości 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

27. Pytanie nr 27

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

28. Pytanie nr 28

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 20x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

29. Pytanie nr 29

Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 2,5-4,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

30. Pytanie nr 30

Pakiet 6, poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 4-6,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

31. Pytanie nr 31

Pakiet 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 5-9,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

32. Pytanie nr 32

Pakiet 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 6,5-13,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

33. Pytanie nr 33

Pakiet 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 8-14 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

34. Pytanie nr 34

Pakiet 6, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 1-2,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

35. Pytanie nr 35

Pakiet 6, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 1,5-3,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

36. Pytanie nr 36

Pakiet 6, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową w rozmiarze 20x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

37. Pytanie nr 37

Pakiet 6, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

38. Pytanie nr 38

Pakiet 6, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

39. Pytanie nr 39

Pakiet 6, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

40. Pytanie nr 40

Pakiet 6, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

41. Pytanie nr 41

Pakiet 6, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

42. Pytanie nr 42

Pakiet 6, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo w rozmiarze 80x145cm z warstwą chłonna 60x145cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

43. Pytanie nr 43

Pakiet 6, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5kg. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

44. Pytanie nr 44

Pakiet 6, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną bezpośrednio w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

45. Pytanie nr 45

Pakiet 6, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści kieszonki foliowe w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

46. Pytanie nr 46

Pakiet 6, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową w rozmiarze 30x40cm lub 50x60cm nie zamykaną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

47. Pytanie nr 47

Pakiet 6, poz. 44

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100mb. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

48. Pytanie nr 48

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 110mm x 90 mm (rozłożony)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

49. Pytanie nr 49

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 2 x po 50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

50. Pytanie nr 50

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

51. Pytanie nr 51

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną w rozmiarze 150cm x 190cm, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

52. Pytanie nr 52

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160cm x 220cm z laminatu Pakiet 12, poz. 2 dwuwarstwowego, odporność na przenikanie cieczy 196cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

53. Pytanie nr 53

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową ze wzmocnieniem serwetę/turban na głowę pacjenta 100cm x 100cm (turban 60cm x 90cm), odporność na przenikanie cieczy 197cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

54. Pytanie nr 54

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną dwuwarstwową o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 75cm x 90cm z przylepnym otworem owalnym 8cm x 6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

55. Pytanie nr 55

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną dwuwarstwową o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 75cm x 90cm, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

56. Pytanie nr 56

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów (rzep) 2x22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

57. Pytanie nr 57

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek na płyny w rozmiarze 60cm x 100cm w kształcie stożkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

58. Pytanie nr 58

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płytkę petriego wykonaną z polistyrenu o średnicy 120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

59. Pytanie nr 59

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aby płytka petriego została doklejona osobno do zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

60. Pytanie nr 60

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy w ilości 5 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

61. Pytanie nr 61

Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną w rozmiarze 150cm x 190cm, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

62. Pytanie nr 62

Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 200cm z laminatu dwuwarstwowego, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

63. Pytanie nr 63

Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową ze wzmocnieniem serwetę/turban na głowę pacjenta 100cm x 100cm (turban 60cm x 90cm), odporność na przenikanie cieczy 197cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

64. Pytanie nr 64

Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną dwuwarstwową o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 75cm x 90cm, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

65. Pytanie nr 65

Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów (rzep) 2x22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

66. Pytanie nr 66

Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetkę w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

67. Pytanie nr 67

Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy w ilości 5 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

68. Pytanie nr 68

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną w rozmiarze 150cm x 190cm, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

69. Pytanie nr 69

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 200cm z laminatu dwuwarstwowego, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

70. Pytanie nr 70

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną dwuwarstwową o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 75cm x 90cm, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

71. Pytanie nr 71

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów (rzep) 2x22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

72. Pytanie nr 72

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści arkusz medyczny obustronnie przylepny 8,25cm x 8,75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

73. Pytanie nr 73

Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy w ilości 5 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

74. Pytanie nr 74

Pakiet 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną w rozmiarze 150cm x 190cm, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

75. Pytanie nr 75

Pakiet 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nożyczki ostro/tępe z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

76. Pytanie nr 76

Pakiet 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetkę w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

77. Pytanie nr 77

Pakiet 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści taśmę przylepną obustronnie 8,25cm x 8,75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

78. Pytanie nr 78

Pakiet 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów (rzep) 2x22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

79. Pytanie nr 79

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, taśma lepna 5x95cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, taśma lepna 5x95cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, taśma lepna 5x90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm, wykonana z włókniny typu spunlance

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

80. Pytanie nr 80

Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, taśma lepna 2,5x80cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, taśma lepna 2,5x80cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, taśma lepna 2,5x75cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlance

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

81. Pytanie nr 81

Pakiet 14, poz. 1

Czy w miejsce opisanego kompletu Zamawiający dopuści komplet o poniższym opisie?

Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorze niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPA zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3 Wyniki potwierdzone załączeniem raportu z badań wykonanych na gotowym wyrobie (ubrani operacyjnym) wykonanych w niezależnym laboratorium.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

82. Pytanie nr 82

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wzmocnieniem w części przedniej kończącym się na wysokości 25-32cm od dolnej krawędzi fartucha w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

83. Pytanie nr 83

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie na rękawach o długości M – 32cm, L – 34cm, XL -34cm, XXL – 34cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

84. Pytanie nr 84

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie w części przedniej i na rękawach umieszczone od wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

85. Pytanie nr 85

Pakiet 14, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

86. Pytanie nr 86

Pakiet 14, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

87. Pytanie nr 87

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 102cm H₂O w strefie krytycznej i 35cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 80,6kpa?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

88. Pytanie nr 88

Pakiet 14, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm wykonane z włókniny typu spunlance?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

89. Pytanie nr 89

Pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho 80,60kpa i mokro 76kpa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho 83,17 MD i 43,63 CD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

90. Pytanie nr 90

Pakiet 20, poz. 1-2,4,5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

91. Pytanie nr 91

Pakiet 20, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z opatrunkiem wykonany z chłonnej włókniny wiskozowo-poliestrowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

92. Pytanie nr 92

Pakiet 20, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

93. Pytanie nr 93

Pakiet nr 3

Pozycja 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastyczną opaskę podtrzymującą o rozciągliwości ok. 80% i właściwościach kohezyjnych 6 cm x 4 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

94. Pytanie nr 94

Pakiet nr 3

Pozycja 24 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do zaopatrywania sztucznych przetok z nacięciem w kształcie litery „Y” - pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

95. Pytanie nr 95

Pakiet nr 3

Pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazową igłę kulkową wykonaną ze austenitycznej stali nierdzewnej oraz poliwęglanu – końcówka / nasadka „luer lock” – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

96. Pytanie nr 96

Pakiet nr 3

Pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowy uchwyt typu rzep do mocowania drenów i przewodów, rozmiar 2,5 cm x 14 cm, pakowany po 130 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę tj. 16 opakowań?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować przedmiot o którym mowa w zapytaniu. Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

97. Pytanie nr 97

Pakiet nr 3

Pozycja 28 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu akcesoriów pomocniczych w którego składzie znajduje się:

1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3 cm, 25 miejsc

1 x uchwyt Velcro 2,5 x 14 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5 cm

1 x podstawka do skalpeli, 3 miejsca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

98. Pytanie nr 98

Pakiet nr 5

Pozycje 1-4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 2-4 minuty, o wymiarach odpowiednio:

Pozycja 1 – 2,7m x 12 cm

Pozycja 2 – 2,7 m x 15 cm

Pozycja 3 – 2,7 m x 8 cm

Pozycja 4 – 2,7 m x 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

99. Pytanie nr 99

Pakiet nr 12

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw laryngologiczny do ucha o składzie
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm (opakowanie zestawu) wykonana z mocnego laminatu ,nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, gramatura min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 190 cm H2O

- 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocniona, składana teleskopowo

- 1 x serweta 200 cm x 200 cm z laminatu dwuwarstwowego o min gr. 49g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O

- 1 x serweta obłożenie chirurgiczne głowy typu turban przylepna 120 cm x 130 cm / 75 cm x 100 cm z laminatu dwuwarstwowego o gr min. 49 g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O

- 4 x serweta operacyjna rozm. 90 cm x 75 cm przylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem, o gramaturze podstawowej min. 49 g/m2 oraz w miejscu padu min. 110 g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O,

- 1 x serweta operacyjna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 g/m2, 75 cm x 90 cm z przylepnym otworem owalnym o średnicy 9 cm

- 4 x organizator przewodów (rzep) 2,5 x 14 cm, przylepny

- 3 x pojemnik plastikowy 250 ml, z podziałką

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa, przylepna z kształtką, rozm. 38 cm x 43 cm

- 1 x worek na płyny o trójkątnym kształcie, rozm. 47 cm x 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

100. Pytanie nr 100

Pakiet nr 12

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do FEES o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm (opakowanie zestawu) wykonana z mocnego laminatu ,nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, gramatura min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 190 cm H2O

- 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm wzmocniona, składana teleskopowo

- 1 x serweta 150 cm x 200 cm z laminatu dwuwarstwowego o min gr. 49g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O

- 1 x serweta obłożenie chirurgiczne głowy typu turban przylepna 120 cm x 130 cm / 75 cm x 100 cm z laminatu dwuwarstwowego o gr min. 49 g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O

- 2 x serweta operacyjna rozm. 90 cm x 75 cm przylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem o gramaturze podstawowej min. 49 g/m2 oraz w miejscu padu min. 110 g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O,

- 4 x serweta operacyjna w rozmiarze 90 cm x 75 cm przylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O

- 4 x organizator przewodów (rzep) 2,5 x 14 cm, przylepny

- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa, przylepna z kształtką, rozm. 30 cm x 32 cm

- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml,

- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml,

- 1 x ręcznik celulozowy w rozmiarze 30 cm x 33 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

101. Pytanie nr 101

Pakiet nr 12

Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw laryngologiczny do torbieli o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm (opakowanie zestawu) wykonana z mocnego laminatu ,nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, gramatura min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 190 cm H2O
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocniona, składana teleskopowo
- 1 x serweta 150 cm x 200 cm z laminatu dwuwarstwowego o min gr. 49g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O
- 3 x serweta operacyjna rozm. 90 cm x 75 cm przylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem o gramaturze podstawowej min. 49 g/m2 oraz w miejscu padu min. 110 g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O,
- 2 x serweta operacyjna w rozmiarze 90 cm x 75 cm przylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O
- 2 x organizator przewodów (rzep) 2,5 x 14 cm, przylepny
- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml,
- 2 x przyklepiec obustronnie lepny 6 cm x 6 cm
- 1 x kieszeń z folii jednokomorowa, przylepna z kształtką, rozm. 38 cm x 43 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

102. Pytanie nr 102

Pakiet nr 12

Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do tonsillektomii o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm (opakowanie zestawu) wykonana z mocnego laminatu ,nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, gramatura min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 190 cm H2O
- 1 x serweta o rozm. 100 cm x 150 cm, nieprzylepna, z decentralnym otworem owalnym 7 cm x 10 cm, z laminatu dwuwarstwowego o min gr. 49g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O
- 1 x serweta operacyjna rozm. 90 cm x 75 cm przylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem o gramaturze podstawowej min. 49 g/m2 oraz w miejscu padu min. 110 g/m2, odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 150 cm H2O,
- 1 x nożyczki metalowe 14,5 cm, proste, ostro – tępe
- 1 x pojemnik plastikowy 60 ml
- 5 x kompres z gazy z nitką rtg, 10 cm x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek
- 10 x tufier z gazy z nitką rtg, 20 nitek, miękki (wykrój 20 cm x 20 cm)
- 1 x ręcznik celulozowy w rozmiarze 30 cm x 33 cm
- 1 x przyklepiec obustronnie lepny 6 cm x 6 cm
- 2 x organizator przewodów (rzep) 2,5 x 14 cm, przylepny
- 1 x końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

103. Pytanie nr 103

Pakiet nr 12

Pozycje 1-4 - czy Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

104. Pytanie nr 104

Pakiet nr 13

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 190 cm (wzmocniona),

1 x serweta na stolik Mayo - 80 cm x 145 cm ;

1 x serweta dwuwarstwowa z przylepcem 240 cm x 150 cm;

1 x serweta dwuwarstwowa z przylepcem – 175 cm x 200 cm;

2 x serwety z przylepcem na szerszym boku - 75 cm x 90 cm;

1 x taśma medyczna samoprzylepna 10 cm x 50 cm;

4 x ręczniki z włókniny celulozowej 30 cm x 33 cm.

Zestaw wykonany z serwet operacyjnych dwuwarstwowych wykonanych z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 49 g/m². Chłonność materiału podstawowego min. 195% .Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 132 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany w karton. Na opakowaniu odklejane 2 etykiety z numerem serii, datą ważności produktu, celem umieszczenia ich w dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

105. Pytanie nr 105

Pakiet nr 13

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 190 cm (wzmocniona),

1 x serweta na stolik Mayo - 80 cm x 145 cm;

1 x serweta dwuwarstwowa z przylepcem - 240 cm x 150 cm;

1 x serweta dwuwarstwowa z przylepcem – 175 cm x 200 cm;

2 x serwety z przylepcem na szerszym boku szer. 2,5 cm - 75 cm x 90 cm;

1 x taśma medyczna samoprzylepna 10 cm x 50 cm;

4 x ręczniki z włókniny celulozowej 30 cm x 33 cm.

Zestaw wykonany z serwet operacyjnych dwuwarstwowych wykonanych z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 49 g/m². Chłonność materiału podstawowego min. 195% .Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 132 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany w karton. Na opakowaniu odklejane 2 etykiety z numerem serii, datą ważności produktu, celem umieszczenia ich w dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

106. Pytanie nr 106

Pakiet 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na płyny 50cm x 50cm stożkowa, z końcówką odpływową?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

107. Pytanie nr 107

Pakiet 12 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160cm x 220cm z laminatu dwuwarstwowego, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

108. Pytanie nr 108

Pakiet 12 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160cm x 220cm z laminatu dwuwarstwowego, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

109. Pytanie nr 109

Pakiet 12 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w ilości 1szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

110. Pytanie nr 110

Pakiet 4, poz. 1-6: Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki miały wysoką przepuszczalność pary wodnej na poziomie min. 1500 g/m²/24h wg (Lyssy)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

111. Pytanie nr 111

pakiet 5, poz.1-4: Czy zamawiający dopuści opaski gipsowe szybkowiązące o deklarowanym czasie wiązania 3 min. - 3 min. 30 sek. i deklarowany czas trwania plastyczności 2 min. i następujących rozmiarach ? :

1. 3 m x 12 cm

2. 3 m x 15 cm

3. 3 m x 8 cm

4. 3 m x 6 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

112. Pytanie nr 112

pakiet 6, poz.3-8: Czy zamawiający wymaga siatek opatrunkowych składających się z przędzy jedwab poliamidowy 50% i jedwab poliuretanowy 50% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

113. Pytanie nr 113

pakiet 6, poz.31-32, 34: Czy zamawiający wymaga serwet z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 47g/m² i składzie z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, folia trójwarstwowa, embosowana o grubości 24 μm (21,5 g/m²) oraz min. chłonności 286 % i odporności na przenikanie cieczy 277cm H₂O ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

114. Pytanie nr 114

pakiet 6, poz.33 : Czy zamawiający wymaga serwet z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m² i składzie z folii polipropylenowo-polietylenowa, embosowanej i włókniny polipropylenowej, o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H₂O i o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.397 % ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

115. Pytanie nr 115

pakiet 6, poz.36 : Czy zamawiający wymaga serwety (włóknina - folia) na stół do instrumentarium o min. gramaturze 82 g/m2 i szerokości warstwy chłonnej 66 cm oraz jej chłonności 400% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

116. Pytanie nr 116

pakiet 6, poz.37 : Czy zamawiający wymaga pokrowca na stolik Mayo o rozmiarze 145 cm x 80 cm z warstwą chłonną (85 cm x 76 cm) i piaskowanej folii, składany teleskopowo o gramaturze 82 g/m2 i barierowości dla wody 300 cm H2O ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

117. Pytanie nr 117

pakiet 2, poz.1-4: Czy zamawiający dopuści serwety (włóknina - folia) na stół do instrumentarium o min. gramaturze 82 g/m2 i szerokości warstwy chłonnej 66 cm oraz jej chłonności 400% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

118. Pytanie nr 118

pakiet 12, poz.1-4: Czy zamawiający wymaga, aby serwety o gramaturze 55 g/m2 były wykonane z laminatu dwuwarstwowego : (folia embosowana polipropylenowo-polietylenowa i włóknina polipropylenowa) i miały odporność na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H2O i chłonność badaną wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.397 % i były potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

119. Pytanie nr 119

pakiet 13, poz.1: Czy Zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny uniwersalny o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),
- 1 x serweta na stolik Mayo - 80 x 145 cm ;
- 1 x serweta z przylepcem (długość przylepca ok. 80 cm / ok. 5 cm szerokości) – 240 x 150 cm;
- 1 x serweta z przylepcem (długość przylepca ok. 80 cm / ok. 5 cm szerokości) - 180 x 170 cm;
- 2 x serwety z przylepcem na szerszym boku - 75 x 90 cm;
- 1 x taśma medyczna samoprzylepna 9cm x 50 cm;
- 2 x ręczniki z włókniny kompresowej 20 x 40 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

120. Pytanie nr 120

pakiet 13, poz.2:

Czy zamawiający dopuści zestaw do chirurgii pediatrycznej o następującym składzie :

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocniona),
- 1 x serweta na stolik Mayo - 80 x 145 cm ;
- 1 x serweta z przylepcem (długość przylepca ok. 80 cm / szer. 2,5 cm) - 210 x 150 cm;
- 1 x serweta z przylepcem (długość przylepca ok. 80 cm / szer. 2,5 cm) - 180 x 150 cm;
- 2 x serwety z przylepcem na szerszym boku szer. 2,5 cm - 75 x 75-90 cm;
- 1 x taśma medyczna samoprzylepna 9cm x 50 cm;
- 2 x ręczniki z włókniny kompresowej 20 x 40 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

121. Pytanie nr 121

pakiet 13, poz.1-2 :

Czy zamawiający dopuści zestawy serwet operacyjnych min: dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min.55 g/m². Chłonność materiału podstawowego min. 397% .Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H₂O oraz odporności na wypychanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 247 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany w 2 kartony. Na opakowaniu odklejane min. 2 etykiety z numerem serii, datą ważności produktu, celem umieszczenia ich w dokumentacji medycznej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

122. Pytanie nr 122

Pakiet 14, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min 37cmH₂O, zamiast 49cmH₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

123. Pytanie nr 123

Pakiet 14, poz 3: Czy Zamawiający dopuści fartuch odporności na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min 37cmH₂O, zamiast 49cmH₂O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho 132kPa zamiast 143 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

124. Pytanie nr 124

Pakiet 14, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zabiegowego w kolorze niebieskim, wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², posiadającego długi prosty rękaw zakończony ściągaczem poliestrowym (o dł. 8cm), lamówkę przy szyi, która jest jednocześnie wiązaniem oraz pasek przymocowany do tej lamówki, służący do wiązania fartucha w pasie po jego oderwaniu od fartucha, fartuchy złożone w sposób „book folded” umożliwiający aseptyczne założenie wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

125. Pytanie nr 125

Pakiet 20: Czy Zamawiający wymaga paroprzepuszczalności (wg. Lyssy) przylepców dla poszczególnych pozycji :

Poz. 1 - 4200 g/m²/24h

Poz. 2 - 1500 g/m²/24h

Poz. 4 - 6200 g/m²/24h

Poz. 5 -1550 g/m²/24h

Poz. 6 - 1550 g/m²/24h

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

126. Pytanie nr 126

Czy Zamawiający odstąpi od udostępnienia na żądanie Zamawiającego rejestru i wydruku temperatur? Po stronie Wykonawcy leży odpowiedzialność za warunki i sposób transportu wyrobów medycznych. Zapisy dot. rejestru i wydruku temperatur mają zastosowanie przy transporcie wyrobów farmaceutycznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 2 ust. 10 oraz 11 określono warunki z zastrzeżeniem – o ile dotyczy

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

127. Pytanie nr 127

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 10 oraz 11 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie ""wyrobów medycznych""? Przepisy prawa (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) stawiają wymagania dotyczące temperatury w transporcie produktów leczniczych; nie stawiają jednak takich wymagań w transporcie wyrobów medycznych. Wymóg wydruku temperatury transportu wyrobów medycznych nie ma zatem oparcia w przepisach prawa i jest nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia."

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 2 ust. 10 oraz 11 określono warunki z zastrzeżeniem – o ile dotyczy.

128. Pytanie nr 128

Pakiet 13 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny składający się z:

"1 serwety na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczników 30 cm x 40 cm z białej celulozy wzmocnionej nitką poliestrową.

1 serwety na stolik Mayo 80 cm x 140 cm

1 taśmy samoprzylepnej włókninowej 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepnych serwet operacyjnych 3-warstwowych 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepnej serwety 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm i szerokości 5 cm

1 samoprzylepnej serwety 3-warstwowa 150 cm x 240 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji"

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu min. 74 g/m². Chłonność materiału min. 330% .Odporność na przenikanie cieczy min. 172 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 228 kPa. Zestaw do transportu bezpiecznie podwójnie pakowany w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Na opakowaniu odklejane min. 2 etykiety z numerem serii, datą ważności produktu, nr katalogowy, LOT, wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

129. Pytanie nr 129

Pakiet 13 Poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw pediatryczny w składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wzmocniona)

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z białej celulozy wzmocnionej nitką poliestrową.

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne z przylepcem na szerszym boku 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm x 3 cm.

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

paskiem samoprzylepnym 80cm x 3 cm.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m² (+/-0,5g/m²) . Chłonność materiału min. 340%. Odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 175 kPa. Zestaw do transportu podwójnie pakowany w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Na opakowaniu odklejane min. 2 etykiety z numerem serii, datą ważności produktu, nr katalogowy, LOT, wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

130. Pytanie nr 130

Pakiet 14 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. (+/-2g/m2)

Komplet w rozmiarach w S-XXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

131. Pytanie nr 131

Pakiet 14 Poz.2

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej długość wzmocnienia fartucha min.85-100 cm, w rękawach min. 42cm. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep ; troki mocowane ultradźwiękowo. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS.

Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu. Rozmiary S-M-120, L-130, XL-150, XL long -170, XXL-150. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min.123 cmH2O, mniej krytycznej min. 41 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa. Fartuch pakowany z dwoma rękawami z celulozy w rozmiarze min. 40x30cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

132. Pytanie nr 132

Pakiet 14 Poz.3

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep ; troki mocowane ultradźwiękowo. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu.

Rozmiary S-M-120, L-130, XL-150, XL long -170, XXL-150. Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 88 N w kierunku wzdłużnym i min. 44N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 41 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min 160kPa, na mokro min 142kPa. Fartuch pakowany z dwoma rękawami z celulozy w rozmiarze min. 40x30cm .

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

133. Pytanie nr 133

Pakiet 14 Poz.4

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny. Gramatura 35g/m². Wykonany z włókniny polipropylenowej. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem z tyłu, zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. W okolicach szyi, zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką tradycyjnego, pojedynczego szycia. Do każdego fartucha dołączone są 2 ręczniki 20 x 30 cm. wykonany z materiału o gramaturze min.65 g/m². Rozmiary: M- L, XL. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min.2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części I niniejszego pisma

134. Pytanie nr 134

Pakiet 3, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga brzegów podwiniętych z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

135. Pytanie nr 135

Pakiet 3, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

136. Pytanie nr 136

Pakiet 6, poz. 3-8,16-20,44

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-8,16-20,44 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

137. Pytanie nr 137

Pakiet 6, poz. 3-8

Czy zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie siatki o długości 1 mb w stanie spoczynku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje wyceny za opakowanie siatki o długości 1 mb w stanie spoczynku

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

138. Pytanie nr 138

Pakiet 6, poz. 18-20

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga brzegów podwiniętych z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

139. Pytanie nr 139

Pakiet 6, poz. 44

Czy zamawiający dopuści wycenę z opakowanie 100 mb?

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie w formie rolki po 100 mb?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować wielkość opakowania, o którym mowa w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość nie ulegnie zmianie

III. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump do dnia 24 czerwca 2024 roku, do godz.: 07:00. Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump do dnia 1 lipca 2024 roku, do godz.: 07:00. Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:

Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2024 r. o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

zmienia się na:

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2024 r. o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21 września 2024 r (nie dłużej niż 90 dni).

zmienia się na:

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania **ofert do dnia 28 września 2024 r** (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępni publikację ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Anna Łohynowicz

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Pachciarz

p.o. Dyrektora Szpitala

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem