



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

(041) 260-42-00 Fax. (041) 260-42-05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielce.pl

Znak Sprawy: 13/PN/2020

Kielce, dn. 07.10.2020 r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

„Sukcesywna dostawa odczynników do badania moczu – właściwości fizyko-chemicznych oraz osadu wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania:

Pytania nr 1

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zabezpieczeniem co najmniej dwóch pól przed wpływem kwasu askorbinowego na wynik badania?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga pasków testowych z zabezpieczeniem dwóch pól przed wpływem kwasu askorbinowego.

Pytania nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator osadu posiadał automatyczną, nie wymagającą dodatkowych czynności procedurę mycia dziennego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

Pytania nr 3

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości zamówienia testów paskowych do sprawdzenia stosunku Kreatyniny do Mikroalbuminy od tego samego producenta, co dostarczane testy oraz urządzenia?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga

Pytania nr 4

Czy Zamawiający nie dopuszcza konieczności wykonywania kalibracji czytnika testów paskowych kodami kalibracyjnymi?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający nie dopuszcza konieczności kalibracji czytnika pasków kodami kalibracyjnymi.

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach

.....**Halina Oleniecka**
podpis osoby upoważnionej