



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.zgwk.pl/rodo

Znak sprawy: TWI.3201.5.2023

Tomaszów Mazowiecki, 26.04.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

=====

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.:

**„Dostawa urządzeń i szkła laboratoryjnego
oraz odczynników do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych”**

WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Pozycja nr 173: Roztwór buforowy pH 13 zapewniające spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34: wedle dostępnej wiedzy bufor pH 13 z iso 17034 został wycofany z produkcji, dostępne są jedynie z NIST, podaję przykładowe numery katalogowe: 046307.AP Thermo fisher 1130525 Reagecon ten posiada iso 17025 33552-1L Honeywell jedyny dostępny zbliżony to bufor o pH 12,4 firmy labstand, ten posiada ISO 17034. Proszę o informację czy którykolwiek jest możliwy do zaakceptowania.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę co do roztworu buforowego pH 13 w odniesieniu do NIST.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.

/-/ Prezes Zarządu – Maria Chilińska

/-/ Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Rabczewski

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

mgr Paweł Rabczewski

PREZES ZARZĄDU

mgr/żn. Maria Chilińska