



DZP/270/DM/23

Tychy, 21.07.2023r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawę nici chirurgicznych oraz trokarów laparoskopowych II” – nr sprawy: 19/23/ZP/TPbN

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści Szew chirurgiczny syntetyczny, pleciony, zbudowany na Poliglaktyna 910 (kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu), powleczenie 50% Kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L - laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia. Okres wchłaniania 60-70 dni, 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, Poz. 6-8 bez dodatku Triclosanu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

z up.

Wioleta Szyszka - Pietroń

Sporządził:
Dawid Malicki
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837
MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 115 530 750,00 zł

