

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b> tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/28/2024
	Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych oraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych (3 sztuki)	

Elbląg, dnia 31.10.2024r.

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych oraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych (3 sztuki), Nr sprawy ZP/28/2024.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

#### **Pytanie 1 – p 39**

W Załączniku nr 1.1 do SWZ do SWZ ( PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – 3 SZTUKI WRAZ Z SYSTEMEM DO NADZORU URZĄDZEŃ POCT)

w pkt. 33 Zamawiający wpisał „, Zapewnienie podłączenia do systemu zarządzania 2 analizatorów.(Analizatory znajdujące się w lokalizacji: OAiIT, Oddział Chorób Płuc).Połączenie wszystkich analizatorów do sieci LIS. Dwukierunkowa transmisja danych do systemu informatycznego. ( miejsce ,czas wykonania badania , oraz dane osoby wykonującej badanie). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ds. POCT z dnia 23.10.2023.”

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „, Połączenie wszystkich analizatorów do sieci LIS. Dwukierunkowa transmisja danych do systemu informatycznego. ( miejsce ,czas wykonania badania , oraz dane osoby wykonującej badanie). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ds. POCT z dnia 23.10.2023 ? ”

Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z pkt. 28 parametrów technicznych do podłączenia analizatora znajdującego się w Laboratorium do laboratoryjnego systemu informatycznego ( LIS ),

natomiast zgodnie z pkt. 29 parametrów technicznych podłączy aparaty znajdujące się na OAiIT oraz Oddziale Chorób Płuc do szpitalnego systemu informatycznego ( HIS ).

Zaoferowany przez Wykonawcę system do nadzoru nad urządzeniami POCT da również możliwość Zamawiającemu podglądu wyników pacjenta badań wykonywanych na Oddziale Chorób Płuc oraz OAiIT.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem możliwości podglądu wyników badań pacjenta wykonanych na Oddziale Chorób Płuc oraz OAiIT.**

Dyrektor  
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  
 (-)  
 lek. Mirosław Gorbaczewski